

Agenzia Regionale per la protezione ambientale del Piemonte
C.F. 07176380017

VERBALE DI PROCEDURA TELEMATICA

**Procedura aperta ai sensi dell'art.71, del D. Lgs.36/2023 finalizzata alla conclusione di un accordo quadro per la fornitura di materiali di riferimento standard per la durata di mesi 48
CIG ACCORDO QUADRO 9961210A87**

Verbale di valutazione conformità specifiche tecniche

Con Determinazione Dirigenziale n.702 del 30/08/2023 del Dirigente Responsabile della Struttura Complessa Dipartimento Affari amministrativi e personale è stata indetta procedura aperta, ai sensi dell'art.71 del D. Lgs.36/2023 finalizzata alla conclusione di un accordo quadro per la fornitura di materiali di riferimento standard per la durata di mesi 48 con aggiudicazione mediante il criterio del prezzo più basso calcolato per ogni singolo prodotto sull'unità di misura.

Con successiva Determinazione Dirigenziale n. 972 del 10/11/2023 a seguito di esito di soccorso istruttorio, si è proceduto come segue:

Ammissione al proseguimento della procedura di gara dei seguenti concorrenti:

Lab Service Analytica S.r.l.

Areachem S.r.l.

LGC Standards S.r.l.

Chemical Research 2000 S.r.l.

Non ammissione del Concorrente Quantanalitica Srl

In data 20/11/2023 la Struttura Acquisti beni e servizi ha aperto sulla piattaforma telematica "Sintel" le offerte tecnico-economiche presentate dai soli operatori economici ammessi ed ha verificato la presenza della documentazione tecnica richiesta nei documenti di gara.

La Struttura Acquisti beni e servizi ha quindi trasmesso al Coordinamento Laboratori, in data 21.11.2023, per la verifica di idoneità tecnica e per la successiva stesura della graduatoria definitiva, quanto segue:

Documentazione tecnica costituita da n. 4 cartelle contenenti la documentazione tecnica dei seguenti operatori economici:

Lab Service Analytica S.r.l.

Areachem S.r.l.

LGC Standards S.r.l.

Chemical Research 2000 S.r.l.

Si procede con la verifica tecnica precisando quanto segue:

- Verificato il rispetto dei requisiti previsti sul capitolato speciale d'appalto e suoi allegati, **in particolare quanto indicato all'art. 2 del Capitolato Speciale d'Appalto, Caratteristiche della fornitura e specifiche tecniche**, l'aggiudicazione seguirà per singolo prodotto valutato conforme (art 4.1 disciplinare di gara)

ARPA Piemonte - Ente di diritto pubblico

Codice fiscale - Partita IVA 07176380017

Dipartimento Affari amministrativi e Personale

Struttura semplice - Acquisti beni e servizi

Via Pio VII, 9 – 10135 Torino - Tel. 011.19681540 Fax: 011.19681541

e-mail: acquisti@arpa.piemonte.it

- la verifica tecnica sarà effettuata su tutti i prodotti offerti con accreditamento ISO 17034 e la graduatoria sarà redatta secondo quanto disposto all'art. 4.2 del disciplinare di gara.
- **Solo nel caso in cui non siano presentate offerte**, per materiali con accreditamento ISO 17034, si procederà con la valutazione dei prodotti non accreditati, purché forniscano adeguate evidenze di riferibilità e conformità della certificazione.

Ditta Lab Service Analytica S.r.l.

La Struttura Coordinamento Laboratori ha demandato l'Ufficio Acquisti a richiedere alla Ditta la ritrasmissione della documentazione tecnica, già presentata in sede di offerta ma pervenuta in un unico file scannerizzato che non consente di poter effettuare le valutazioni poiché risulta inaccessibile anche la possibilità di utilizzo del "trova".

L'Ufficio Acquisti beni e servizi, ha proceduto ad inoltrare la richiesta suindicata, con nota Pec protocollo n. 00114618 del 20\12\2023.

La Ditta ha fatto pervenire quanto richiesto nella stessa data del 20.12.2023

SUBLOTTO SSI, MRC, PCR

La Ditta non ha presentato offerta per questi sublotto.

SUBLOTTO FIF

Tutti i prodotti offerti sono stati valutati CONFORMI ad eccezione dei prodotti elencati valutati NON CONFORMI:

- Pos.15 FIF0740-00005MG Bis - (4-aminophenyl) methane [CAS 101-77-9], certificato

Il confezionamento offerto è superiore rispetto al massimo ammesso.

- Pos.17 FIF0745-00005MG 4-Aminophenylether (4,4'-Oxydianiline) (CAS 101-80-4), certificato

Il confezionamento offerto è superiore rispetto al massimo ammesso.

- Pos.18 FIF0746-00100MG 2,4,5-Trimethylaniline (CAS 137-17-7), prodotto puro, (purity ≥ 98%)

Il confezionamento offerto è inferiore rispetto al minimo ammesso;

- Pos.19 FIF0747-00005MG 3,3'- Dimethyl benzidine (o-Tolidine) [CAS 119-93-7], certificato

Il confezionamento offerto è superiore rispetto al massimo ammesso.

SUBLOTTO SCI

Tutti i prodotti offerti sono stati valutati CONFORMI ad eccezione dei prodotti elencati valutati NON CONFORMI:

- Pos. 5 SCI0085-00010MG Benzo(a)pirene deuterato D12 purezza > 97% CAS 63466-71-7 (tipo Dr.Ehrenstorfer codice: C20635100)

Nonostante sia stato offerto il codice del tipo indicato nella descrizione, il prodotto offerto presenta una purezza diversa (96,5%) rispetto a quella richiesta (> 97%).

- Pos.22 SCI0197-01200µL WHO PCB [13C12] Extraction Standards, met_EN1948-4 (paragrafo 6 tabella 1), 1000 ppb in nonano (composizione tipo P48-W-ES Ditta Wellington)

ARPA Piemonte - Ente di diritto pubblico

Codice fiscale - Partita IVA 07176380017

Dipartimento Affari amministrativi e Personale

Struttura semplice - Acquisti beni e servizi

Via Pio VII, 9 – 10135 Torino - Tel. 011.19681540 Fax: 011.19681541

e-mail: acquisti@arpa.piemonte.it

Il prodotto offerto presenta concentrazione (100 ng/ml) diversa rispetto a quanto richiesto (1000 ppb).

- Pos.24 SCI0199-01200µL Recovery Standards PCB [13C12], met_EN1948-4 (paragrafo 6 tabella1), 1000 ppb in nonano (composizione tipo P48-RS Ditta Wellington)

Il prodotto offerto presenta concentrazione (100 ng/ml) diversa rispetto a quanto richiesto (1000 ppb).

- Pos.28 SCI0205 Samplig Standards PCB [13C12], met_EN1948-4 (paragrafo 6 tabella1), 1000 ppb in nonano (composizione tipo P48-SS Ditta Wellington)

Il prodotto offerto presenta concentrazione (100 ng/ml) diversa rispetto a quanto richiesto (1000 ppb).

- Pos.52 SCI0245-00001ML PCB Aroclor 1242 (CAS 53469-21-9) - 1000 µg/mL in isoottano (tipo Supelco cod. 44806);

Il prodotto offerto presenta solvente diverso (Esano) rispetto a quanto richiesto (Isoottano).

- Pos. 53 SCI0246-00001ML PCB Aroclor 1254 (CAS 11097-69-1) - 1000 µg/mL in isoottano (tipo Supelco cod. 44808);

Il prodotto offerto presenta solvente diverso (Esano) rispetto a quanto richiesto (Isoottano).

- Pos. 54 SCI0247-00001ML PCB Aroclor 1260 (CAS 11096-82-5) - 1000 µg/mL in isoottano (tipo Supelco cod. 44809)

Il prodotto offerto presenta solvente diverso (Esano) rispetto a quanto richiesto (Isoottano).

- Pos.57 SCI0250-01200ML Native PCB Window Defining Solution/Mixture for DB-5 or Equivalent Column Concentrazione 2.5 ug/ml

Il confezionamento offerto è superiore al massimo ammesso.

- Pos.58 SCI0252-01200ML Aminomethyl phosphonic acid (13C 15 N methylene-D2 *CH4D2*NO3P) 100 ug/ml in water chemical purity > 96% (unlabeled CAS number 1066-51-9), certificato

Il prodotto offerto non presenta la marcatura D2 come richiesto.

SUBLOTTO SOR

Tutti i prodotti offerti sono stati valutati CONFORMI ad eccezione dei prodotti elencati valutati NON CONFORMI:

- Pos.45 SOR0840-00010ML Esaclorobenzene [CAS 118-74-1], 10 mg/l in cicloesano

Il prodotto offerto presenta solvente diverso (Acetonitrile) rispetto a quanto richiesto (Cicloesano).

- Pos.72 SOR1055-01200µL Tetrafluoro-2-(heptafluoropropoxy) propanoic acid (tipo HFPO-DA - ditta Wellington), 50 µg/mL in metanolo

Il prodotto offerto non è equivalente al tipo richiesto.

Ditta Areachem S.r.l.

SUBLOTTO SSI

Tutti i prodotti offerti sono stati valutati CONFORMI ad eccezione dei prodotti elencati valutati NON CONFORMI:

- Pos.53 SSI0412-00100ML Soluzione Standard di FORMAZINA 10 NTU, cod 26599-42 HACH LANGE

ARPA Piemonte - Ente di diritto pubblico

Codice fiscale - Partita IVA 07176380017

Dipartimento Affari amministrativi e Personale

Struttura semplice - Acquisti beni e servizi

Via Pio VII, 9 – 10135 Torino - Tel. 011.19681540 Fax: 011.19681541

e-mail: acquisti@arpa.piemonte.it

Non è stato offerto, come richiesto nella descrizione, il prodotto Originale.

- Pos.62 SSI0475-00100ML Mix Interference Check Solution A (EPA 6020), 12 analiti (tipo 59219 - Absolute Standard), varie conc. in HNO₃ 5%

Le concentrazioni degli analiti del prodotto offerto sono diverse rispetto a quelle del tipo richiesto nella descrizione;

- Pos.63 SSI0476-00100ML Mix Interference Check Solution B (EPA 6020), 11 analiti (tipo 52331 - Absolute Standard), varie conc. in HNO₃ 5%

Le concentrazioni degli analiti del prodotto offerto sono diverse rispetto a quelle del tipo richiesto nella descrizione.

- Pos.81 SSI0501-00100ML Standard per turbidimetria 400 NTU

Il prodotto offerto è costituito da microsfele polimeriche e non da formazina.

- Pos.86 SSI0534-00001PZ Set di calibrazione per Turbiquant® 1500 IR (0,02 - 10,0 - 1000 NTU)

Il codice prodotto offerto non corrisponde al prodotto richiesto in quanto non è per Turbiquant® 1500 IR.

SUBLOTTO FIF

Tutti i prodotti offerti sono stati valutati CONFORMI ad eccezione dei prodotti elencati valutati NON CONFORMI:

- Pos.12 FIF0735-00100MG 4-Aminobiphenyl (CAS 92-67-1), prodotto puro, (purity ≥ 98%)

Il prodotto offerto presenta una purezza diversa (95,3%) rispetto a quella richiesta (≥ 98%).

- Pos.13 FIF0737-00250MG 4-Chloro-2-methylaniline (CAS 95-69-2), prodotto puro, (purity ≥ 98%)

Il prodotto offerto presenta una purezza diversa (97,8%) rispetto a quella richiesta (≥ 98%).

- Pos.18 FIF0746-00100MG 2,4,5-Trimethylaniline (CAS 137-17-7), prodotto puro, (purity ≥ 98%)

Il prodotto offerto presenta una purezza diversa (96,1%) rispetto a quella richiesta (≥ 98%).

- Pos. 50 FIF1092-00250MG Nonylphenol, purezza > 98% g/g, CAS (84852-15-3)

Il prodotto offerto presenta una purezza diversa (95,6%) rispetto a quella richiesta (> 98%).

- Pos.53 FIF_NOCODE1 D-GLUCOSE (CAS 50-99-7), purezza ≥ 99%

Il prodotto offerto presenta una purezza diversa (98%) rispetto a quella richiesta (≥ 99%).

SUBLOTTO MRC

Tutti i prodotti offerti sono stati valutati CONFORMI ad eccezione del prodotto elencato valutato NON CONFORME:

- Pos.39 MRC_NO CODE6 NIST1944 New York/New Jersey waterway sediment

A seguito della valutazione del laboratorio, il prodotto offerto è stato valutato non conforme rispetto all'uso previsto in quanto non contiene i composti presenti nel prodotto richiesto NIST 1944.

SUBLOTTO SCI

Tutti i prodotti offerti sono stati valutati CONFORMI ad eccezione dei prodotti elencati valutati NON CONFORMI:

- Pos.43 SCI0230-00001ML Miscela Custom 23 native PAH solution, 50 ug/mL in ethyl acetate (composizione in calce)

ARPA Piemonte - Ente di diritto pubblico

Codice fiscale - Partita IVA 07176380017

Dipartimento Affari amministrativi e Personale

Struttura semplice - Acquisti beni e servizi

Via Pio VII, 9 – 10135 Torino - Tel. 011.19681540 Fax: 011.19681541

e-mail: acquisti@arpa.piemonte.it

Il prodotto offerto presenta solvente diverso (Diclorometano\Ethyl Acetato) rispetto a quanto richiesto (Ethyl Acetato).

- *Pos.44 SCI0231-00001ML Miscela Custom 7 deuterated PAH solution, 20 µg/mL in ethyl acetate*

Il prodotto offerto presenta solvente diverso (Diclorometano\Ethyl Acetato) rispetto a quanto richiesto (Ethyl Acetato).

- *Pos.45 SCI0232-00001ML Miscela Custom 3 deuterated PAH solution, 20 ug/mL in ethyl acetate*

Il prodotto offerto presenta solvente diverso (Diclorometano\Ethyl Acetato) rispetto a quanto richiesto (Ethyl Acetato).

SUBLOTTO SOR

Tutti i prodotti offerti sono stati valutati CONFORMI

SUBLOTTO PCR

Il prodotto offerto è stato valutato CONFORME

Ditta LGC standards S.r.l.

La Struttura Coordinamento Laboratori ha demandato l'Ufficio Acquisti a richiedere alla Ditta i seguenti chiarimenti riferiti al **sublotto SSI**:

- *Pos. 60 cod. Arpa SSI0465*

si chiede di fornire indicazioni in merito all'Accreditamento UN EN ISO 17034, in quanto la colonna Q, relativa al prodotto offerto non risulta compilata;

- *Pos. 72 cod. Arpa SSI0487*

Nella cartella zippata – sublotto SSI, è stata caricata per il prodotto posizione 72, una scheda tecnica che non corrisponde al codice prodotto offerto nell' Allegato 4A – Offerta tecnico economica. Si presume, data la mole di prodotti e la conseguente documentazione da allegare, che trattasi di mero errore. Si richiede pertanto, quale soccorso procedimentale, la trasmissione della scheda tecnica corretta.

- *Nell'Allegato 4/A per i prodotti SSI, non risulta compilata la colonna P “Soluzioni SSI per” come previsto dal capitolato tecnico Articolo 2 punti 12 e 13.*

Considerato che, a seguito di un quesito posto da un concorrente, è stato pubblicato sulla piattaforma Sintel e sul sito istituzionale, in data 13.10.2023, un chiarimento che ha evidenziato, da parte di questa Stazione Appaltante un'anomalia, nello specifico, la carenza di una delle voci di scelta (voce cromatografia ionica) proprio nella colonna P. Considerato altresì che, tale disagio potrebbe aver creato dubbi nella compilazione di tale colonna si chiede, di indicare e/o confermare quanto segue:

- *Per i prodotti presenti nella lista di fornitura e contenenti nella descrizione l'indicazione “soluzione per ICP-MS o ICP-ottico o AAS GF si richiede l'indicazione della voce di scelta corrispondente;*
- *Per i prodotti nella cui descrizione è presente la dicitura Cromatografia Ionica si dà per scontato che gli stessi siano SSI per cromatografia ionica*
- *per i prodotti SSI che non sono utilizzati con nessuno strumento è invece corretto che non sia stata effettuata la compilazione della colonna P.*

ARPA Piemonte - Ente di diritto pubblico

Codice fiscale - Partita IVA 07176380017

Dipartimento Affari amministrativi e Personale

Struttura semplice - Acquisti beni e servizi

Via Pio VII, 9 – 10135 Torino - Tel. 011.19681540 Fax: 011.19681541

e-mail: acquisti@arpa.piemonte.it

L'Ufficio Acquisti beni e servizi, ha proceduto ad inoltrare la richiesta suindicata, con nota Pec protocollo n. 00111814 del 12\12\2023.

La Ditta ha fatto pervenire quanto richiesto in data 14.12.2023

Con successiva nota Pec protocollo n.4136 del 17.01.2024 più integrazione nella stessa data, l'Ufficio Acquisti beni e servizi, su richiesta della Struttura Coordinamento Laboratori, ha altresì proceduto a richiedere gli ulteriori seguenti chiarimenti relativi ai **sublotti SCI e SOR**:

- *Pos. 25 cod. Arpa SCI0200 e Pos 51 Arpa SOR0925 si chiede di fornire indicazioni in merito all'Accreditamento UN EN ISO 17034, in quanto la colonna Q, relativa ai prodotti offerti non risulta compilata.*

La Ditta ha fatto pervenire quanto richiesto in data 19.01.2024

SUBLOTTO SSI

Tutti i prodotti offerti sono stati valutati CONFORMI ad eccezione dei prodotti elencati valutati NON CONFORMI:

- *Pos.57 SSI0449-00100ML Standard per tensioattivi anionici (MBAS), dodecilbenzensolfonato di sodio [CAS 25155-30-0], 1000 mg/L in acqua*

Il prodotto offerto (MBAS) è diverso rispetto a quanto richiesto (dodecilbenzensolfonato di sodio [CAS 25155-30-0]).

- *Pos.81 SSI0501-00100ML Standard per turbidimetria 400 NTU*

Il prodotto offerto è costituito da microsfere polimeriche e non da formazina.

- *Pos.93 SSI0551-00100ML NITRITI (come N) 1000 mg/L, soluzione per cromatografia ionica*

Il codice del prodotto offerto non corrisponde al prodotto richiesto (offerto come Nitriti e non come N).

- *Pos.115 SSI0585-00125ML CROMO 1000 mg/l soluzione per GF-AAS*

A seguito della valutazione del laboratorio, il prodotto offerto è stato valutato non conforme rispetto all'uso previsto.

SUBLOTTO FIF

Tutti i prodotti offerti sono stati valutati CONFORMI ad eccezione dei prodotti elencati valutati NON CONFORMI:

- *Pos.15 FIF0740-00005MG Bis - (4-aminophenyl) methane [CAS 101-77-9], certificato*

Il confezionamento offerto è superiore rispetto al massimo ammesso.

- *Pos.17 FIF0745-00005MG 4-Aminophenylether (4,4'-Oxydianiline) (CAS 101-80-4), certificato*

Il confezionamento offerto è superiore rispetto al massimo ammesso.

- *Pos.18 FIF0746-00100MG 2,4,5-Trimethylaniline (CAS 137-17-7), prodotto puro, (purity ≥ 98%)*

Il confezionamento offerto è inferiore rispetto al minimo ammesso.

- *Pos.19 FIF0747-00005MG 3,3'- Dimethyl benzidine (o-Tolidine) [CAS 119-93-7], certificato*

ARPA Piemonte - Ente di diritto pubblico

Codice fiscale - Partita IVA 07176380017

Dipartimento Affari amministrativi e Personale

Struttura semplice - Acquisti beni e servizi

Via Pio VII, 9 – 10135 Torino - Tel. 011.19681540 Fax: 011.19681541

e-mail: acquisti@arpa.piemonte.it

Il confezionamento offerto è superiore rispetto al massimo ammesso;

- *Pos.20 FIF0749-00100MG o-toluidine (CAS 95-53-4), prodotto puro, (purity ≥ 98%)*

Il confezionamento offerto è inferiore rispetto al minimo ammesso.

SUBLOTTO MRC

Tutti i prodotti offerti sono stati valutati CONFORMI

SUBLOTTO SCI

- *Pos.1 SCI0254-00001ML Miscela custom, Mix aromatici 15 analiti in metanolo*

Il confezionamento offerto è superiore al massimo ammesso.

- *Pos.2 SCI0255-00001ML Miscela custom, Mix clorurati 21 analiti, 5000µg/l in metanolo*

Il confezionamento offerto è superiore al massimo ammesso.

- *Pos. 5 SCI0085-00010MG Benzo(a)pirene deuterato D12 purezza > 97% CAS 63466-71-7 (tipo Dr.Ehrenstorfer codice: C20635100)*

Nonostante sia stato offerto il codice del tipo indicato nella descrizione, il prodotto offerto presenta una purezza diversa (96,5%) rispetto a quella richiesta (> 97%).

- *Pos.22 SCI0197-01200µL WHO PCB [13C12] Extraction Standards, met_EN1948-4 (paragrafo 6 tabella 1), 1000 ppb in nonano (composizione tipo P48-W-ES Ditta Wellington)*

Il prodotto offerto presenta concentrazione (100 pg/ul) diversa rispetto a quanto richiesto (1000 ppb).

- *Pos.24 SCI0199-01200µL Recovery Standards PCB [13C12], met_EN1948-4 (paragrafo 6 tabella1), 1000 ppb in nonano (composizione tipo P48-RS Ditta Wellington)*

Il prodotto offerto presenta concentrazione (100) diversa rispetto a quanto richiesto (1000 ppb).

- *Pos.28 SCI0205 Samplig Standards PCB [13C12], met_EN1948-4 (paragrafo 6 tabella1), 1000 ppb in nonano (composizione tipo P48-SS Ditta Wellington)*

Il prodotto offerto presenta concentrazione (100 ng/ml) diversa rispetto a quanto richiesto (1000 ppb).

- *Pos.32 SCI0213-01200µL 2,4'-DDD [13C12], 50 µg/mL in nonano*

Il prodotto offerto presenta concentrazione diversa (100 µg/mL) rispetto a quella richiesta (50 µg/mL).

- *Pos.37 SCI0219-00002ML Standard Mix, 7 pesticidi nativi, miscela custom "Bioaccumulo", 10 µg/mL in nonano*

Il confezionamento offerto è superiore al massimo ammesso.

- *Pos.43 SCI0230-00001ML Miscela Custom 23 native PAH solution, 50 ug/mL in ethyl acetate (composizione in calce)*

Il prodotto offerto presenta solvente diverso (Diclorometano\Ethyl Acetato) rispetto a quanto richiesto (Ethyl Acetato).

- *Pos.58 SCI0252-01200ML Aminomethyl phosphonic acid (13C 15 N methylene-D2 *CH4D2*NO3P) 100 ug/ml in water chemical purity > 96% (unlabeled CAS number 1066-51-9), certificato*

Il prodotto offerto presenta purezza diversa (95%) rispetto a quanto richiesto (>96%).

SUBLOTTO SOR

ARPA Piemonte - Ente di diritto pubblico

Codice fiscale - Partita IVA 07176380017

Dipartimento Affari amministrativi e Personale

Struttura semplice - Acquisti beni e servizi

Via Pio VII, 9 – 10135 Torino - Tel. 011.19681540 Fax: 011.19681541

e-mail: acquisti@arpa.piemonte.it

Tutti i prodotti offerti sono stati valutati CONFORMI ad eccezione dei prodotti elencati valutati NON CONFORMI:

- Pos. 57 SOR1015-00001ML Mix Aldeidi-DNPH, 6 analiti, miscela custom "RII_6", varie conc. (espresso come aldeidi) in acetonitrile
- Pos. 58 SOR1016-00001ML Mix Aldeidi-DNPH, 9 analiti, miscela custom "RII_7", varie conc. (espresso come aldeidi) in acetonitrile
- Pos. 59 SOR1017-00001ML Mix Aromatici, 14 analiti, miscela custom "RII_8", 2000 mg/L in metanolo
- Pos.61 SOR1019-00001ML Mix Clorurati, 22 analiti, miscela custom "RII_10", 2-20 g/L in metanolo
- Pos. 62 SOR1028-00001ML Mix IPA, 11 analiti, miscela custom "Q_aria", 500 µg/mL in toluene
- Pos.67SOR1042-00001ML Mix Clorurati, 7 analiti, miscela custom "RII_10_control", 2 g/L in metanolo
- Pos. 68 SOR_NOCODE 1 Mix 947 miscela custom 28 compounds 50µg/ml in metanolo
- Pos. 69 SOR1048-00001ML Mix 19 analiti vari, miscela custom "Q_acque-GC-MS_3", 100 µg/mL in acetato di etile o acetone o metanolo
- Pos.70 SOR1050-00001ML Mix Pesticidi, 27 analiti, miscela custom "Q_acque-GC-MS_2", 100 µg/mL in acetato di etile o metanolo o acetone
- Pos.79 SOR1080-00001ML Mix ftalati, miscela Custom - 8 componenti 200 mg/l in metanolo
- Pos.80SOR1082-00001ML MADEP VPH Calibration standard mixture, 2000 µg/ml in metanolo, (tipo cod. SMA-200-1 ditta Ultra Scientific)

Tutti i prodotti sopra elencati presentano confezionamento offerto superiore al massimo ammesso.

SUBLOTTO PCR

Il prodotto offerto è stato valutato CONFORME

Ditta Chemical Research 2000 S.r.l.

La Struttura Coordinamento Laboratori ha demandato l'Ufficio Acquisti a richiedere alla Ditta i seguenti chiarimenti riferiti al **sublotto SSI**:

- Pos. 4 (codice Arpa SSI0108-00500ML – Descrizione POTASSIO CLORURO 0.01M (1413 µS/cm a 25°C) Standard per conducibilità)
- Pos. 5 (codice Arpa SSI0109-00500ML - Descrizione POTASSIO CLORURO 0.1M (12,85 mS/cm) Standard per conducibilità)
- Pos. 44 (codice Arpa SSI0319-00500ML – Descrizione POTASSIO CLORURO 0,001M (147 uS/cm) Standard per conducibilità)

Si chiede di confermare se le soluzioni di conducibilità offerte sono standardizzate con potassio cloruro come richiesto nelle diverse descrizioni

- Pos. 61 (codice Arpa SSI0472 – Descrizione TISAB III concentrato con CDTA)

Si chiede di confermare che il prodotto offerto è con CDTA come richiesto

ARPA Piemonte - Ente di diritto pubblico

Codice fiscale - Partita IVA 07176380017

Dipartimento Affari amministrativi e Personale

Struttura semplice - Acquisti beni e servizi

Via Pio VII, 9 – 10135 Torino - Tel. 011.19681540 Fax: 011.19681541

e-mail: acquisti@arpa.piemonte.it

- Pos. 85 (codice Arpa SSI0529-00100ML – Descrizione Modificante di matrice per AA - Palladio nitrato 1% Pd in 1÷15% HNO₃)

Si chiede conferma della concentrazione 1÷15% di HNO₃.

- Pos. 87 (codice Arpa SSI0535-00100ML – Descrizione Modificante di matrice per AA - Ammonio diidrogeno fosfato al 10% in H₂O)

Si chiede conferma della matrice in acqua.

- Pos. 99 (codice Arpa SSI0561-00250ML – Descrizione Standard cromo VI 5 mg/l in acqua)

Si chiede di confermare che il prodotto offerto sia in acqua;

- Pos. 111 (codice Arpa SSI0578-00100ML – Descrizione Solfito soluzione standard 1000mg/l)

si chiede di indicare il solvente del prodotto offerto.

- Pos. 124 (codice Arpa SSI_NOCODE1 – Descrizione Buffer solution, ftalato, Valore pH: 4,00, ±0,02; soluzione tampone pH AVS TITRINORM (tipo VWR Chemicals cod. 32095.297)
- Pos. 125 (codice Arpa SSI_NOCODE2 – Descrizione Buffer solution, fosfato, Valore pH: 7,00, ±0,02, soluzione tampone (tampone fosfato) AVS TITRINORM (tipo VWR Chemicals cod. 32096.291)

Si chiede di confermare se i prodotti offerti siano i rispettivi equivalenti dei prodotti richiesti.

Infine, nella cartella zippata denominata SCHEDE TECNICHE CR2000 sono presenti delle anomalie, rispetto alle schede tecniche dei prodotti sotto riportati.

Considerata la mole di prodotti con conseguente documentazione da allegare si presume che trattasi di mero errore, pertanto, si richiede, quale soccorso procedimentale, quanto segue:

- Pos. 65 (codice Arpa SSI0479-01000ML – Descrizione TAMPONE SOLUZIONE pH 4 CERTIFICATA)

Nella cartella zippata denominata SCHEDE TECNICHE CR2000 è stata fornita per il prodotto posizione 65, una scheda tecnica con codice diverso (B-0470-4-1L) rispetto a quello indicato nell'Allegato 4A – Offerta tecnico economica (EXAB-0470-1000-1L).

Si richiede la trasmissione della scheda tecnica corretta.

- Pos. 109 (codice Arpa SSI0573 – Descrizione Modificante di matrice per AA - Ammonio fosfato monobasico al 10%, in HNO₃ 2% (concentrazione in tracce Cd<0,5 µg/L e Pb <1 µg/L)

Nell'Allegato 4A – Offerta tecnico economica, è stato indicato per il prodotto posizione 109, identico codice offerto per il prodotto posizione 87, inoltre nella scheda tecnica non sono chiare le caratteristiche richieste da questa Stazione Appaltante ossia (in HNO₃ 2% (concentrazione in tracce Cd<0,5 µg/L e Pb <1 µg/L)

Si richiede, la trasmissione della scheda corretta con evidenza delle caratteristiche richieste e l'indicazione del codice prodotto di riferimento riferito alla posizione 109 presente nell'Allegato 4/A.

- Pos. 46 (codice Arpa SSI0356-00100ML – Descrizione CROMO VI 1000 ppm in acqua)
- Pos. 115 (codice Arpa SSI0585-00125ML – Descrizione CROMO 1000 mg/l soluzione per GF-AAS)

Per entrambe le posizioni, sono state compilate le informazioni richieste nell'Allegato 4A – Offerta tecnico economica ma non risultano presenti le schede tecniche a conferma di quanto dichiarato. Si richiede, la trasmissione delle schede tecniche dei prodotti codice Arpa SSI0356-00100ML e codice Arpa SSI0585-00125ML)

L'Ufficio Acquisti beni e servizi, ha proceduto ad inoltrare la richiesta suindicata, con nota Pec protocollo n. 00112344 del 13\12\2023.

ARPA Piemonte - Ente di diritto pubblico

Codice fiscale - Partita IVA 07176380017

Dipartimento Affari amministrativi e Personale

Struttura semplice - Acquisti beni e servizi

Via Pio VII, 9 – 10135 Torino - Tel. 011.19681540 Fax: 011.19681541

e-mail: acquisti@arpa.piemonte.it

La Ditta ha fatto pervenire, **solo parzialmente** quanto richiesto in data 04.01.2024

Con successiva nota Pec protocollo n.4103 del 17.01.2024 più integrazione nella stessa data, l'Ufficio Acquisti beni e servizi, su richiesta della Struttura Coordinamento Laboratori, ha altresì proceduto a richiedere gli ulteriori seguenti chiarimenti relativi ai **sublotti SCI e SOR**:

- *Pos. 25 cod. Arpa SCI0200 e Pos 51 Arpa SOR0925*
si chiede di fornire indicazioni in merito all'Accreditamento UN EN ISO 17034, in quanto la colonna Q, relativa ai prodotti offerti non risulta compilata.

La Ditta ha fatto pervenire quanto richiesto in data 19.01.2024

SUBLOTTO SSI

Tutti i prodotti offerti sono stati valutati CONFORMI ad eccezione dei prodotti elencati valutati NON CONFORMI:

- *pos. 16 SSI0192-00125ML CIANURI - (complexed CN) come $K_3Fe(CN)_6$ [CAS 13746-66-2], 1000 mg/L, soluzione per cromatografia ionica*

il prodotto offerto presenta un confezionamento inferiore al minimo ammesso.

- *Pos.41 SSI0296-00100ML STAGNO 1000 mg/l soluzione per ICP-MS*
- *Pos.55 SSI0437-00100ML TUNGSTENO 1000 mg/L soluzione per ICP-MS*
- *Pos.60 SSI0465-00100ML MOLIBDENO 1000 mg/L soluzione per ICP-MS*
- *Pos.70 SSI0485-00500ML CALCIO 1000 mg/l soluzione per cromatografia ionica*
- *Pos.74 SSI0490-00500ML MAGNESIO 1000 mg/l soluzione per cromatografia ionica*
- *Pos.76 SSI0492-00500ML POTASSIO 1000 mg/l soluzione per cromatografia ionica*
- *Pos. 103 SSI0566-00500ML SODIO 1000 mg/l soluzione per cromatografia ionica*

A seguito della valutazione del laboratorio, i prodotti offerti sono stati valutati non conformi rispetto all'uso previsto.

- *Pos. 109 SSI0573 Modificante di matrice per AA - Ammonio fosfato monobasico al 10%, in HNO₃ 2% (concentrazione in tracce Cd<0,5 µg/L e Pb <1 µg/L)*

A seguito dei chiarimenti richiesti non è stata fornita la documentazione per la valutazione.

SUBLOTTO FIF

Tutti i prodotti offerti sono stati valutati CONFORMI ad eccezione dei prodotti elencati valutati NON CONFORMI:

- *Pos.15 FIF0740-00005MG Bis - (4-aminophenyl) methane [CAS 101-77-9], certificato*

Il confezionamento offerto è superiore rispetto al massimo ammesso.

- *Pos.17 FIF0745-00005MG 4-Aminophenylether (4,4'-Oxydianiline) (CAS 101-80-4), certificato*

Il confezionamento offerto è superiore rispetto al massimo ammesso.

- Pos.18 FIF0746-00100MG 2,4,5-Trimethylaniline (CAS 137-17-7), prodotto puro, (purity \geq 98%)

Il confezionamento offerto è inferiore rispetto al minimo ammesso.

- Pos.19 FIF0747-00005MG 3,3'- Dimethyl benzidine (o-Tolidine) [CAS 119-93-7], certificato
- Il confezionamento offerto è superiore rispetto al massimo ammesso.**

- Pos.20 FIF0749-00100MG o-tolidine (CAS 95-53-4), prodotto puro, (purity \geq 98%)

Il confezionamento offerto è inferiore rispetto al minimo ammesso.

SUBLOTTO MRC, PCR

La Ditta non ha presentato offerta per questi sublotti.

SUBLOTTO SCI

- Pos.1 SCI0254-00001ML Miscela custom, Mix aromatici 15 analiti in metanolo

Il confezionamento offerto è superiore al massimo ammesso

- Pos.2 SCI0255-00001ML Miscela custom, Mix clorurati 21 analiti, 5000 μ g/l in metanolo

Il confezionamento offerto è superiore al massimo ammesso.

- Pos. 5 SCI0085-00010MG Benzo(a)pirene deuterato D12 purezza > 97% CAS 63466-71-7 (tipo Dr.Ehrenstorfer codice: C20635100)

Nonostante sia stato offerto il codice del tipo indicato nella descrizione, il prodotto offerto presenta una purezza diversa (96,5%) rispetto a quella richiesta (> 97%).

- Pos.22 SCI0197-01200 μ L WHO PCB [13C12] Extraction Standards, met_EN1948-4 (paragrafo 6 tabella 1), 1000 ppb in nonano (composizione tipo P48-W-ES Ditta Wellington)

Il prodotto offerto presenta concentrazione (100 pg/ul) diversa rispetto a quanto richiesto (1000 ppb).

- Pos.24 SCI0199-01200 μ L Recovery Standards PCB [13C12], met_EN1948-4 (paragrafo 6 tabella1), 1000 ppb in nonano (composizione tipo P48-RS Ditta Wellington)

Il prodotto offerto presenta concentrazione (100) diversa rispetto a quanto richiesto (1000 ppb).

- Pos.28 SCI0205 Samplig Standards PCB [13C12], met_EN1948-4 (paragrafo 6 tabella1), 1000 ppb in nonano (composizione tipo P48-SS Ditta Wellington)

Il prodotto offerto presenta concentrazione (100 ng/ml) diversa rispetto a quanto richiesto (1000 ppb).

- Pos.32 SCI0213-01200 μ L 2,4'-DDD [13C12], 50 μ g/mL in nonano

Il prodotto offerto presenta concentrazione diversa (100 μ g/mL) rispetto a quella richiesta (50 μ g/mL).

- Pos.37 SCI0219-00002ML Standard Mix, 7 pesticidi nativi, miscela custom "Bioaccumulo", 10 μ g/mL in nonano

Il confezionamento offerto è superiore al massimo ammesso.

- Pos.43 SCI0230-00001ML Miscela Custom 23 native PAH solution, 50 μ g/mL in ethyl acetate (composizione in calce)

Il prodotto offerto presenta solvente diverso (Diclorometano\Ethyl Acetato) rispetto a quanto richiesto (Ethyl Acetato).

- Pos.58 SCI0252-01200ML Aminomethyl phosphonic acid (13C 15 N methylene-D2 *CH4D2*NO3P) 100 μ g/ml in water chemical purity > 96% (unlabeled CAS number 1066-51-9), certificato

ARPA Piemonte - Ente di diritto pubblico

Codice fiscale - Partita IVA 07176380017

Dipartimento Affari amministrativi e Personale

Struttura semplice - Acquisti beni e servizi

Via Pio VII, 9 – 10135 Torino - Tel. 011.19681540 Fax: 011.19681541

e-mail: acquisti@arpa.piemonte.it

Il prodotto offerto presenta purezza diversa (95%) rispetto a quanto richiesto (>96%).

SUBLOTTO SOR

Tutti i prodotti offerti sono stati valutati CONFORMI ad eccezione dei prodotti elencati valutati NON CONFORMI:

- Pos. 57 SOR1015-00001ML Mix Aldeidi-DNPH, 6 analiti, miscela custom "RII_6", varie conc. (espresso come aldeidi) in acetonitrile
- Pos. 58 SOR1016-00001ML Mix Aldeidi-DNPH, 9 analiti, miscela custom "RII_7", varie conc. (espresso come aldeidi) in acetonitrile
- Pos. 59 SOR1017-00001ML Mix Aromatici, 14 analiti, miscela custom "RII_8", 2000 mg/L in metanolo
- Pos.61 SOR1019-00001ML Mix Clorurati, 22 analiti, miscela custom "RII_10", 2-20 g/L in metanolo
- Pos. 62 SOR1028-00001ML Mix IPA, 11 analiti, miscela custom "Q_aria", 500 µg/mL in toluene
- Pos.67SOR1042-00001ML Mix Clorurati, 7 analiti, miscela custom "RII_10_control", 2 g/L in metanolo
- Pos. 68 SOR_NOCODE 1 Mix 947 miscela custom 28 compounds 50µg/ml in metanolo
- Pos. 69 SOR1048-00001ML Mix 19 analiti vari, miscela custom "Q_acque-GC-MS_3", 100 µg/mL in acetato di etile o acetone o metanolo
- Pos.70 SOR1050-00001ML Mix Pesticidi, 27 analiti, miscela custom "Q_acque-GC-MS_2", 100 µg/mL in acetato di etile o metanolo o acetone
- Pos.79 SOR1080-00001ML Mix ftalati, miscela Custom - 8 componenti 200 mg/l in metanolo
- Pos.80SOR1082-00001ML MADEP VPH Calibration standard mixture, 2000 µg/ml in metanolo, (tipo cod. SMA-200-1 ditta Ultra Scientific)

Tutti i prodotti sopra elencati presentano confezionamento offerto superiore al massimo ammesso.

Si allegano al presente verbale:

- Graduatoria per sublotto con l'indicazione anche delle offerte non conformi;
- File contenente i prodotti per i quali non sono pervenute offerte

Letto, confermato, sottoscritto

La Responsabile del Progetto
Paola Maria QUAGLINO