

**PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71, DEL D.LGS. N. 36/2023, PER  
L'AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA A N. 3 LOTTI DI STRUMENTAZIONE  
TECNICO-SCIENTIFICA DA DESTINARE AI LABORATORI DI ARPA PIEMONTE  
(n. gara 9288260)**

**QUESITO PERVENUTO IN DATA 17 OTTOBRE 2023**

**QUESITO LOTTO 3 N°1 SISTEMA GC/MS SINGOLO QUADRUPOLO CON PURGE & TRAP E  
AUTOCAMPIONATORE**

**Capitolato tecnico Articolo 3 punto 2 (PURGE & TRAP CON AUTOCAMPIONATORE)**

Punto 2.3 Vassoio di alloggiamento campioni predisposto per essere eventualmente refrigerato attraverso collegamento a chiller.

chiediamo conferma che il chiller non debba essere incluso nella fornitura

**RISPOSTA QUESITO**

Si conferma che è richiesta la predisposizione del sistema al collegamento ma NON è richiesta la fornitura del chiller.

Il Dirigente della Struttura Semplice  
Dott. Massimo Boasso