

**PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71, DEL D.LGS. N. 36/2023, PER
L'AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA A N. 8 LOTTI DI STRUMENTAZIONE
TECNICO-SCIENTIFICA DA DESTINARE ALLE STRUTTURE DI ARPA PIEMONTE**

SEDUTA DEL 05 marzo 2024

VERBALE TECNICO LOTTO 2

N. 1 analizzatore automatico discreto multiparametrico per analisi di campioni acquosi

DESTINAZIONE:

Laboratorio Specialistico Sud-Ovest, SEDE di Cuneo

In relazione alla fornitura in oggetto, in data 05/03/24 alle ore 09.30 si è riunita in videoconferenza la Commissione di gara nominata con Determinazione Dirigenziale n.30 del 31/01/2024 e composta dai seguenti membri:

Presidente: Dott.ssa Laura Erbetta, Dirigente Responsabile della Struttura Semplice Coordinamento rete laboratoristica e servizi a supporto;

Commissari*: Dott. Massimo Di Martino, collaboratore professionale sanitario in servizio presso il Dipartimento Sviluppo e coordinamento servizi, ICT e promozione ambientale – Struttura semplice Centro regionale di biologia molecolare – La Loggia (TO)

Commissari*: Dott.ssa Karin Podetti collaboratore tecnico professionale in servizio presso il Dipartimento territoriale Sud Ovest – Cuneo - Servizio Laboratorio specialistico Sud Ovest

Funge da Segretaria verbalizzante: la Dott.ssa Carla L'Afflitto – Collaboratore amministrativo in servizio presso la Struttura semplice Acquisti beni e servizi

Per la fornitura di cui al Lotto 2 *N. 1 analizzatore automatico discreto multiparametrico per analisi di campioni acquosi* sono pervenute tre offerte dai seguenti operatori economici:

1. Ditta Hellma Italia S.r.l.
2. Ditta Systea S.p.a.
3. Ditta Thermo Fisher Scientific S.p.A.

Durante la seduta si è proceduto alla disamina della documentazione tecnica presentata da ogni singolo Concorrente.

Sono state lette ed esaminate le tre offerte tecniche, al fine di verificare che le stesse rispettassero i requisiti minimi irrinunciabili stabiliti nel capitolato tecnico di gara.

L'esito di tale verifica ha determinato quanto segue:

1) Ditta Hellma Italia S.r.l.

L'offerta risulta CONFORME ai requisiti minimi richiesti

2) Ditta Systea S.p.a.

L'offerta risulta NON CONFORME ai requisiti minimi richiesti riguardo ai seguenti punti:

RIF. CAPITOLATO	REQUISITO RICHIESTO	OFFERTA
PUNTO 1.8	Numero Test per ora: ≥ 300 con metodica a singolo reagente	Il rispetto del requisito è dichiarato soltanto per analisi biochimiche non pertinente rispetto alle analisi chimiche su matrici acquose cui è destinato lo strumento
PUNTO 2.1	L'analizzatore deve utilizzare celle ottiche di idoneo materiale (plastica/vetro/quarzo) e percorso ottico adeguato ad assicurare almeno i limiti di rilevabilità (LOQ) richiesti sotto riportati	Le prestazioni dichiarate NON soddisfano i LOQ richiesti per: - COLORE - CROMO VI - CLORO RESIDUO - Nitriti come NO ₂

3) Ditta Thermo Fisher Scientific S.p.A.

Si ritiene necessario che la Ditta precisi in maniera inequivocabile alcuni aspetti tecnici con riferimento ai seguenti punti dei requisiti minimi irrinunciabili riportati nel Capitolato speciale di gara.

Nell'offerta tecnica la ditta dichiara genericamente di soddisfare i requisiti di cui al PUNTO 2.1 riportando che:

"L'analizzatore utilizza celle ottiche in plastica e percorso ottico adeguato ad assicurare i limiti di rilevabilità (LOQ) richiesti."

rimandando al dettaglio della scheda tecnica allegata all'offerta. Tale scheda riporta le seguenti prestazioni come limiti di rilevabilità (e non come LOQ):

- 0,001ppm per determinazione Ammoniaca
- 0,002 ppm per determinazione Nitriti
- 3 ppb per determinazione Cromo esavalente

Tali valori (riferiti al limite di rilevabilità LR e non di quantificazione LOQ come richiesto) non è chiaro se soddisfino i limiti richiesti come LOQ sui primi due analiti, mentre per il CromoVI il LOQ è apparentemente non rispettato.

Si richiede pertanto alla Ditta di precisare quali siano i LOQ (non i limiti di rilevabilità) per tutti gli analiti di interesse indicati in Capitolato (Azoto ammoniacale, Nitriti, Cromo VI, Fenoli, Aldeidi, Cloro residuo, Colore, Silice, Ortofosfati) e se questi interamente soddisfino i requisiti richiesti.

In conclusione, si esclude la Ditta Systea S.p.a. e si sospende la valutazione dell'offerta tecnica per la ditta Thermo Fisher Scientific S.p.A. in attesa di chiarimento per le motivazioni sopra riportate.

Con nota PEC a firma del Responsabile della Struttura semplice Acquisti beni e servizi, verranno posti a quest'ultima i chiarimenti necessari.

La seduta si conclude alle ore 11.00


Ai sensi dell'art.25 del D.lgs 82/2005, io sottoscritta Laura Erbetta attesto che le firme autografe, acquisite digitalmente, di Massimo Di Martino, Karin Podetti e da Carla L'Afflitto da me personalmente conosciuti, sono state apposte in mia presenza in videoconferenza.

Letto, confermato e sottoscritto

Dott.ssa Laura Erbetta (Presidente)

Firmato digitalmente da: LAURA ERBETTA
Data: 18/03/2024 10:12:38


Dott. Massimo Di Martino (Commissari)




Dott.ssa Karin Podetti (Commissari)



Dott.ssa Carla L'Afflito (Segretaria)





**PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71, DEL D.LGS. N. 36/2023, PER
L'AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA A N. 8 LOTTI DI STRUMENTAZIONE
TECNICO-SCIENTIFICA DA DESTINARE ALLE STRUTTURE DI ARPA PIEMONTE**

SEDUTA DEL 10/04/2024

VERBALE TECNICO LOTTO 2

N. 1 analizzatore automatico discreto multiparametrico per analisi di campioni acquosi

DESTINAZIONE:

Laboratorio Specialistico Sud-Ovest, SEDE di Cuneo

In relazione alla fornitura in oggetto, in data 10/04/24 alle ore 11.00 si è riunita in videoconferenza la Commissione di gara nominata con Determinazione Dirigenziale n.30 del 31/01/2024 e composta dai seguenti membri:

Presidente: Dott.ssa Laura Erbetta, Dirigente Responsabile della Struttura Semplice Coordinamento rete laboratoristica e servizi a supporto;

Commissari*: Dott. Massimo Di Martino, collaboratore professionale sanitario in servizio presso il Dipartimento Sviluppo e coordinamento servizi, ICT e promozione ambientale – Struttura semplice Centro regionale di biologia molecolare – La Loggia (TO)

Commissari*: Dott.ssa Karin Podetti collaboratore tecnico professionale in servizio presso il Dipartimento territoriale Sud Ovest – Cuneo - Servizio Laboratorio specialistico Sud Ovest

Funge da Segretaria verbalizzante: la Dott.ssa Carla L'Afflitto – Collaboratore amministrativo in servizio presso la Struttura semplice Acquisti beni e servizi

Per la fornitura di cui al Lotto 2 N. 1 analizzatore automatico discreto multiparametrico per analisi di campioni acquosi sono pervenute tre offerte dai seguenti operatori economici:

1. Ditta Hellma Italia S.r.l.
2. Ditta Systea S.p.a.
3. Ditta Thermo Fisher Scientific S.p.A.

Durante la seduta precedente (05/03/2024) si è proceduto alla disamina della documentazione tecnica presentata dai tre concorrenti e sono emersi alcuni dubbi circa la compilazione dell'offerta tecnica trasmessa dalla Ditta Thermo Fisher Scientific S.p.A.; pertanto, si è richiesto di attivare soccorso procedimentale trasmettendo il quesito alla Ditta Thermo Fisher Scientific S.p.A.

In data odierna si è dunque proceduto alla disamina della documentazione tecnica presentata dalla Ditta Thermo Fisher Scientific S.p.A. in risposta alla richiesta di chiarimenti tecnici circa i requisiti prestazionali dell'apparecchiatura formulata con nota Arpa 24188 del 18.03.2024

E' stata letta ed esaminata la risposta al chiarimento fornita dalla Ditta Thermo Fisher Scientific S.p.A pervenuta con PEC in data 02/04/2024 (GA23-323 - ARPA PIEMONTE- ID SINTEL- 176333610 - risposta chiarimenti tecnici LOTTO 2).

I dati tecnici forniti dalla Ditta come Limiti di Rivelabilità (LOD) e tradotti in Limiti di Quantificazione (LOQ) secondo quanto dettato dalla Norma ISO/TS1530:2009 in base alla relazione $LOQ = 3 LOD$, evidenziano che i requisiti minimi irrinunciabili riportati nel Capitolato di gara non sono rispettati per i seguenti parametri: Nitriti, Cromo VI mentre per Aldeidi e Colore (scala Pt/Co) il kit di analisi non è disponibile.

Considerato che già nella seduta del 05/03/24 veniva esclusa la Ditta Systea S.p.a. per mancato soddisfacimento dei requisiti minimi irrinunciabili come da Capitolato di gara e che, alla luce dei chiarimenti pervenuti, si esclude la Ditta Thermo Fisher Scientific S.p.A. con le medesime motivazioni, si ritiene di procedere all'affidamento della fornitura alla Ditta Hellma Italia S.r.l. quale unico fornitore non escluso senza attribuzione del punteggio tecnico premiante.

La seduta si conclude alle ore 11:30


Ai sensi dell'art.25 del D.lgs. 82/2005, io sottoscritta Laura Erbetta attesto che le firme autografe, acquisita digitalmente, di Massimo Di Martino, Karin Podetti e da Carla L'Afflitto, da me personalmente conosciuti, è stata apposta in mia presenza in videoconferenza

Letto, confermato e sottoscritto

Dott.ssa Laura Erbetta (Presidente)

Firmato digitalmente da: LAURA ERBETTA
Data: 10/04/2024 15:05:10

Dott. Massimo Di Martino (Commissari)



Dott.ssa Karin Podetti (Commissari)



Dott.ssa Carla L'Afflitto (Segretaria verbalizzante)

