

**PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71, DEL D.LGS. N. 36/2023, PER
L'AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA A N. 8 LOTTI DI STRUMENTAZIONE
TECNICO-SCIENTIFICA DA DESTINARE AI LABORATORI DI ARPA PIEMONTE
(n. gara 9410277)**

**LOTTO 8 N. 1 ICP ottico con autocampionatore, nebulizzatore e sistema refrigerante –
Destinazione Laboratorio Specialistico Nord-Est, SEDE di Novara**

QUESITO 1 pervenuto in data 22_11_2023

Capitolato speciale di gara Articolo 3 lotto 8 punti 2.4 / 2.10 / 5.1 dei requisiti minimi irrinunciabili

- punto 2.4 - si parla di un policromatore tipo Echelle mentre i ns strumenti sono dotati di ottica di tipo ORCA con 15 rilevatori; qs caratteristica ci esclude a priori?
 - punto 2.10 - i ns rivelatori non necessitano di raffreddamento bensì di una termostatazione regolata a 32°C; qs caratteristica ci esclude a priori?
 - Punto 5.1 dei requisiti minimi irrinunciabili alla pag 23 del Capitolato Speciale di Gara: i ns strumenti non necessitano di Chiller di raffreddamento in quanto raffreddati esclusivamente ad aria a beneficio dell'ambiente e dei consumi. questa caratteristica ci esclude a priori?
- Attendiamo Vs cortese risposta in merito

RISPOSTA QUESITO 1

L'offerta deve rispettare i requisiti minimi irrinunciabili di cui all'art. 3 del Capitolato speciale d'appalto.

Nello stesso articolo 3, è stato altresì disposta la possibilità di offrire soluzioni tecnologicamente differenti che assicurino le medesime prestazioni fornendo descrizione dettagliata e documentazione comprovante il funzionamento e l'efficacia di tali sistemi e che se tali prestazioni necessitano l'acquisizione di dotazioni aggiuntive queste dovranno far parte dell'offerta.
L'ammissibilità di tali soluzioni sarà verificata in fase di valutazione tecnica

Il Dirigente della Struttura Semplice
Dott. Massimo Boasso