

**PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71, DEL D.LGS. N. 36/2023, PER
L'AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA A N. 8 LOTTI DI STRUMENTAZIONE
TECNICO-SCIENTIFICA DA DESTINARE AI LABORATORI DI ARPA PIEMONTE
(n. gara 9410277)**

LOTTO 8

**N. 1 ICP ottico con autocampionatore, nebulizzatore e sistema refrigerante – Destinazione
Laboratorio Specialistico Nord-Est, SEDE di Novara**

Quesiti pervenuti in data 01_12_2023

QUESITO 1

Disciplinare di gara Articolo 17 griglia di valutazione lotto 8 PUNTO 2

Con eliminazione della piuma fredda del plasma senza gas, si fa riferimento a gas come argon, azoto ecc. o si include anche la semplice aria compressa di normale dotazione del laboratorio?

RISPOSTA QUESITO 1

si intende che l'eliminazione della piuma fredda del plasma non deve essere realizzata mediante l'utilizzo di gas, compresa aria compressa.

QUESITO 2

Disciplinare di gara Articolo 17 griglia di valutazione lotto 8 PUNTO 4

Tempo complessivo di acquisizione analisi di un campione: si richiede di specificare in dettaglio cosa si intende per tempo complessivo e in quali condizioni di analisi. Vale a dire quanti elementi e con quale modalità di lettura.

RISPOSTA QUESITO 2

Per tempo complessivo si intende il tempo che intercorre dall'aspirazione di un campione all'aspirazione del campione o del bianco successivo. Set di 12 elementi alle concentrazioni indicate al punto 3.1 dei requisiti minimi irrinunciabili.

QUESITO 3

Capitolato speciale di gara Articolo 3 lotto 8 punto 4.5 dei requisiti minimi irrinunciabili

L'intera analisi deve poter essere riprocessata a posteriori senza alcuna limitazione, potendo visionare anche righe spettrali non acquisite nel metodo originale.

Si chiede conferma che con la dicitura sopra riportata si intende la capacità del software di riprocessare un qualsiasi campione acquisito in precedenza cambiando la sua destinazione finale come possibile standard, controllo qualità, o qualsiasi funzione possa essere presente. - la funzione di reprocess deve assicurare la visualizzazione di righe spettrali non presenti nel metodo di analisi utilizzato per l'acquisizione.

RISPOSTA QUESITO 3

si intende che, in fase di post analisi, campioni/standard/controlli qualità possano essere riprocessati, senza dover essere rianalizzati, anche per ulteriori elementi e/o righe di emissione non presenti nel metodo originale

Tutti i requisiti minimi irrinunciabili e gli elementi oggetto di valutazione dichiarati dalle ditte saranno oggetto di verifica in fase di collaudo.

Il Dirigente della Struttura Semplice
Dott. Massimo Boasso