

**PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71, DEL D.LGS. N. 36/2023, PER
L'AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA A N. 8 LOTTI DI STRUMENTAZIONE
TECNICO-SCIENTIFICA DA DESTINARE ALLE STRUTTURE DI ARPA PIEMONTE**

SEDUTA DEL_20 febbraio 2024

VERBALE TECNICO LOTTO 3

N.1 MICRO-FTIR PER ANALISI MICROPLASTICHE SULLE ACQUE

DESTINAZIONE:

Laboratorio di Biologia molecolare di La Loggia (TO) – Strada Nizza 24

In relazione alla fornitura in oggetto, in data 20/02/24 alle ore 09.30 si è riunita in videoconferenza la Commissione di gara nominata con Determinazione Dirigenziale n.30 del 31/01/2024 e composta dai seguenti membri:

Presidente: Dott.ssa Laura Erbetta, Dirigente Responsabile della Struttura Semplice Coordinamento rete laboratoristica e servizi a supporto;

Commissari: Dott. Massimo Di Martino, collaboratore professionale sanitario in servizio presso il Dipartimento Sviluppo e coordinamento servizi, ICT e promozione ambientale – Struttura semplice Centro regionale di biologia molecolare – La Loggia (TO)

Commissari: Dott.ssa Karin Podetti collaboratore tecnico professionale in servizio presso il Dipartimento territoriale Sud Ovest – Cuneo - Servizio Laboratorio specialistico Sud Ovest

Funge da Segretaria verbalizzante: la Dott.ssa Carla L'Afflitto – Collaboratore amministrativo in servizio presso la Struttura semplice Acquisti beni e servizi

Per la fornitura di cui al Lotto 3 *N.1 MICRO-FTIR PER ANALISI MICROPLASTICHE SULLE ACQUE* sono pervenute due offerte dai seguenti operatori economici:

- **Ditta JASCO EUROPE S.R.L**
- **Ditta Thermo Fisher Scientific S.p.A.**

Durante la seduta si è proceduto in primis, alla disamina della documentazione tecnica presentata da ogni singolo Concorrente. Sono state lette ed esaminate tutte le offerte tecniche, al fine di verificare che le stesse rispettassero i requisiti minimi irrinunciabili stabiliti nel capitolato tecnico di gara.

L'esito di tale verifica ha determinato quanto segue:

- **Ditta JASCO EUROPE S.R.L**
L'offerta risulta CONFORME ai requisiti minimi richiesti
- **Ditta Thermo Fisher Scientific S.p.A.**
L'offerta risulta NON CONFORME ai requisiti minimi richiesti riguardo ai seguenti punti:

RIF. CAPITOLATO	REQUISITO RICHIESTO	OFFERTA
PUNTO 1.1	Accuratezza spettrale: $\pm 0.01 \text{ cm}^{-1}$	Accuratezza spettrale: $\pm 0.02 \text{ cm}^{-1}$
PUNTO 1.3	Precisione N° onda = 0.0005 cm^{-1}	Precisione N° onda = 0.0008 cm^{-1}


La seduta si conclude alle ore 11.00

Ai sensi dell'art.25 del D.lgs 82/2005, io sottoscritta Laura Erbetta attesto che le firme autografe, acquisite digitalmente, di Massimo Di Martino, Karin Podetti e da Carla L'Afflitto da me personalmente conosciuti, sono state apposte in mia presenza in videoconferenza

Letto, confermato e sottoscritto

Dott.ssa Laura Erbetta (Presidente)

Dott. Massimo Di Martino (Commissari)



Dott.ssa Karin Podetti (Commissari)



Dott.ssa Carla L'Afflitto (Segretario Verbalizzante)

