

**PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71, DEL D.LGS. N. 36/2023, PER L'AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA A N. 3 LOTTI DI STRUMENTAZIONE TECNICO-SCIENTIFICA DA DESTINARE ALLA RETE DI RILEVAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA GESTITA DA ARPA PIEMONTE  
(n. gara 9418521)**

**QUESITO 1**

Relativamente a quanto indicato all'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto, si chiede conferma che:

- manuali d'uso, certificazioni di conformità e licenze d'uso dei software applicativi, che si prevede debbano essere forniti a corredo della strumentazione, non vadano forniti in sede di offerta, ma in fase di consegna della strumentazione;
- report strumentali, certificati di calibrazione, curve di calibrazione..., essendo documenti che si riferiscono allo specifico strumento, debbano essere forniti in fase di consegna e non allegati all'offerta tecnica.

Per poter presentare tutta la documentazione necessaria alle verifiche propedeutiche all'aggiudicazione, si chiede cortesemente di indicare esplicitamente quale documentazione tecnica di quella precedentemente citata sia necessario presentare in fase di offerta.

**RISPOSTA QUESITO 1**

manuali d'uso e licenze d'uso dei software applicativi sono da fornire in sede di consegna dello strumento;

- tutte le certificazioni/documenti previsti all'art.3 dal capitolato tecnico REQUISITI MINIMI IRRINUNCIABILI (a seconda del lotto per il quale si partecipa) devono essere presentate in sede di offerta unitamente alla documentazione tecnica.

**QUESITO 2**

Relativamente al paragrafo 16.1 del Disciplinare di gara, in particolare relativamente agli elementi oggetto di valutazione per l'attribuzione del punteggio tecnico (PT), si chiede conferma che, relativamente al punto 10 -Caratteristiche aggiuntive della fornitura: "Possibilità monitoraggio altri inquinanti (Black Carbon, PM1)" verrà premiata l'offerta di campionatori che permettano il monitoraggio di altri inquinanti o la possibilità di implementazione, intendendo Black Carbon e PM1 a titolo di esempio e non come elenco esaustivo.

**RISPOSTA QUESITO 2**

Si conferma che, relativamente al p.to 10 delle Caratteristiche aggiuntive della fornitura, si intende il monitoraggio di Black Carbon e PM1 solo come titolo di esempio e non come elenco esaustivo.

**QUESITO 3**

Si chiede conferma che la procedura per la verifica di interfacciamento dei campionatori sequenziali con il SRR della Qualità dell'aria descritta nell'allegato 1 al Capitolato Speciale di Appalto non sia propedeutica alla presentazione delle offerte, ma possa essere svolta dopo la stipula del contratto e in tempi utili per rispettare i tempi di consegna della fornitura indicati in gara.

**RISPOSTA QUESITO 3**

Secondo quanto previsto dall'art.3.1 del capitolato tecnico di gara la procedura di verifica interfacciamento dei campionatori NON è propedeutica alla presentazione delle offerte. E' propedeutica alla stipula del contratto e di conseguenza alla fornitura dello strumento.

Qualora non venga dimostrata la perfetta funzionalità del driver di comunicazione per il collegamento degli strumenti al sistema di acquisizione dati delle stazioni di monitoraggio il contratto non verrà stipulato.

#### **QUESITO 4**

In relazione alla gara ID 176377730 per il lotto 2 viene richiesto "tubo di prelievo di idonea metratura per l'alloggiamento in cabina". Dato che vengono richiesti 7 campionatori situati in luoghi diversi e non si hanno ulteriori indicazioni tecniche richiediamo dimensioni precise per poter offrire il materiale corretto (lunghezza tubi, spessore tetto, tappi, adattatori etc).

#### **RISPOSTA QUESITO 4**

Al fine di possedere tutte le informazioni utili sulle caratteristiche delle cabine è stata prevista la possibilità di effettuare sopralluoghi al fine di valutare la possibilità di una corretta installazione dello strumento proposto nelle singole stazioni nel rispetto delle norme tecniche di riferimento per la determinazione del particolato atmosferico. Il Disciplinare di gara, all'art.2.4, prevede altresì che qualora il sopralluogo non sia effettuato, le ditte partecipanti si impegnano all'atto dell'offerta a fornire l'apparecchiatura nelle modalità più consone per l'alloggiamento nella stazione di qualità dell'aria.

Il Dirigente della Struttura Semplice  
Dott. Massimo Boasso