

**Agenzia Regionale per la protezione ambientale del Piemonte
C.F. 07176380017**

**Procedura aperta ai sensi dell'art.60, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 finalizzata alla conclusione di un accordo quadro per la fornitura di prodotti per microbiologia, biologia cellulare ed ecotossicologia e kit chimici per la durata di mesi 48.
CIG accordo quadro 96941433E0**

VERBALE DI VALUTAZIONE CONFORMITA' SPECIFICHE TECNICHE

Con Determinazione Dirigenziale n. 328 del 24/04/2023 è stata indetta procedura aperta, ai sensi dell'art. 60, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 finalizzata alla conclusione di un accordo quadro per la fornitura di prodotti per microbiologia, biologia cellulare ed ecotossicologia e kit chimici per la durata di mesi 48, con aggiudicazione mediante il criterio del prezzo più basso calcolato per ogni singolo prodotto sull'unità di misura.

Entro il termine di presentazione delle offerte, fissato alle ore 12:00 del 05/06/2023, sono pervenute 11 (undici) offerte, presentate dalle seguenti ditte:

1. Thermo Fisher Diagnostics S.p.a.
2. Euroclone S.p.a.
3. Biolife Italiana S.r.l.
4. Idexx Laboratories Italia S.r.l.
5. D.I.D. Diagnostic International Distribution S.p.a.
6. Life Technologies Italia Fil. Life Technologies Europe B.V.
7. Liofilchem S.r.l.
8. Nordtest S.r.l.
9. Hach Lange S.r.l.
10. Biorerieux Italia S.p.a.
11. Ecotox LDS S.r.l.

Con Determinazione Dirigenziale n. 516 del 16/06/2023 è stato adottato il provvedimento di ammissione dei concorrenti alla successiva fase di gara.

In data 21/06/2023 la Struttura Acquisti beni e servizi ha aperto sulla piattaforma telematica "Sintel" le offerte tecnico-economiche presentate da tutti gli 11 (undici) operatori economici ammessi ed ha verificato la presenza della documentazione richiesta.

Tutte le offerte presentate sono risultate complete di documentazione tecnica e dei *files* costituenti l'offerta tecnico-economica ("Allegato 4" e "Allegato 4/A").

La Struttura Acquisti beni e servizi ha quindi trasmesso al Coordinamento Laboratori, in data 22/06/2023, per la verifica di idoneità tecnica e per la successiva stesura della graduatoria definitiva, quanto segue:

- l'elenco dei prezzi offerti per ciascun prodotto;
- l'"Allegato 4/A" (elenco prodotti offerti) e la documentazione tecnica (Scheda tecnica e/o certificato d'analisi di ogni prodotto offerto) presentati da ciascun operatore economico.

Si evidenzia che, come previsto dall'art. 4.1 del Disciplinare di gara:

- l'aggiudicazione avviene per singolo prodotto valutato tecnicamente conforme;
- la verifica tecnica sui prodotti offerti viene svolta solo nei confronti dell'Operatore economico che ha presentato il prezzo più basso per ogni prodotto. In caso di esclusione per non conformità

tecnica, si procederà alla valutazione tecnica dell'offerta presentata dall'Operatore Economico che segue in graduatoria, scorrendo la medesima finché non si giunga all'individuazione della prima offerta idonea. Verificato il rispetto dei requisiti previsti nel Capitolato e suoi allegati, l'aggiudicazione seguirà per singolo prodotto valutato conforme.

Come previsto dall'art. 18 del Disciplinare di gara si è proceduto, pertanto, per ogni operatore economico, all'esame della documentazione tecnica dei prodotti con il prezzo più basso, valutandone l'idoneità tecnica e provvedendo alle verifiche di cui all'art. 15 del Disciplinare di gara.

Thermo Fisher Diagnostics S.p.a.

Per i prodotti sottoelencati, su richiesta del Coordinamento Laboratori, con nota prot. 00062241 del 05/07/2023 la S.S. Acquisti ha chiesto alla Ditta i seguenti chiarimenti:

- **Posizione 21** SIE0013-00002ML (siero aggl. - Salmonella - polivalente O gruppi A-S): è stato richiesto l'invio della scheda tecnica, in quanto è stata allegata nella documentazione tecnica la sola scheda di sicurezza. Thermo Fisher ha inviato la scheda tecnica entro il termine assegnato, in data 14/07/2023.
- **Posizione 92** TER0277-00004PZ (Legionella MWY Selective supplement ISO - Flacons da 500 mL di terreno base oppure per preparare 500 ml di terreno): è stato richiesto di confermare che il confezionamento proposto fosse di 10 x 500 ml, diversamente da quanto riportato sulla scheda tecnica relativa al codice catalogo indicato nell'offerta tecnico-economica (ovvero 10 x 100 ml). Thermo Fisher ha riscontrato entro il termine assegnato, con nota del 14/07/2023, confermando che il confezionamento offerto è 10 x 500 ml.

Tutti i prodotti offerti al prezzo più basso sono stati valutati CONFORMI.

Euroclone S.p.a.

Tutti i prodotti offerti al prezzo più basso sono stati valutati CONFORMI.

Biolife Italiana S.r.l.

Per i prodotti sottoelencati, su richiesta del Coordinamento Laboratori, con nota prot. 00064752 del 14/07/2023, la S.S. Acquisti ha chiesto alla Ditta i seguenti chiarimenti:

- **Posizione 131** TEP0083-00020PZ (Plate Count agar + neutralizzante, piastre a contatto pronte Ø 55 mm (area di superficie 25 cm² compatibile con lo strumento SAS): poiché la temperatura di conservazione riportata sulla scheda tecnica allegata da Biolife (temperatura compresa tra i 10 e i 25 gradi) non rispetta l'intervallo indicato da Arpa sul Capitolato tecnico (riga 16, Specifiche Tecniche: "La temperatura di conservazione deve essere 5+/-3 °C"), è stato richiesto alla ditta di specificare se il prodotto possa essere comunque mantenuto alla temperatura indicata da Arpa senza subire alterazioni delle sue caratteristiche tecniche, allegando idonea documentazione tecnica a supporto. Con nota del 25/07/2023, Biolife chiedeva ulteriori 10 (dieci) giorni per procedere alle prove di laboratorio necessarie a fornire la documentazione tecnica richiesta, proroga che veniva accordata da Arpa con nota prot. 00069402 del 26/07/2023. Biolife ha riscontrato entro il termine assegnato, con nota del 09/08/2023, dichiarando che i test eseguiti hanno dimostrato che le piastre conservate a 2-8°C presentano caratteristiche chimico-fisiche e *performances* microbiologiche conformi agli *standard* di qualità di prodotto e comparabili al campione di riferimento conservato a 15-25°C, confermando che il prodotto PLATE COUNT AGAR + NEUTRALIZZANTI Ref 4915663 può essere conservato anche a 2-8°C fino alla data di scadenza riportata in etichetta.

Tutti i prodotti offerti al prezzo più basso sono stati valutati CONFORMI, ad eccezione dei prodotti di seguito elencati valutati NON CONFORMI:

- **Posizione 61** TEF0084-00006PZ EC (X-Gluc agar, Flacons di terreno pronto da 100 ml (CHROMOGENIC E.COLI)). Il prodotto offerto è stato ritenuto NON CONFORME perché la sua composizione non corrisponde a quella indicata nel metodo di riferimento.
- **Posizione 118** TEF_NOCODE_1 (Baird Parker agar base - flacons di terreno pronto da 90 ml + vials di RPF supplemento da 10 ml). Il prodotto offerto è stato ritenuto NON CONFORME perché il tipo di confezionamento proposto comporta una mancata corrispondenza tra il

volume del terreno base (600 ml) e quello del relativo supplemento (4 x 10 ml invece di 6 x 10 ml)

Tra i prodotti offerti, il seguente è stato valutato come seconda migliore offerta:

- Posizione 140 TEP0037-00020PZ (Rambach agar - piastre pronte diametro 90 mm): è stato ritenuto NON CONFORME in quanto la composizione del terreno offerto non corrisponde a quella del metodo di riferimento.

Idexx Laboratories Italia S.r.l.

Tutti i prodotti offerti al prezzo più basso sono stati valutati CONFORMI.

D.I.D. Diagnostic International Distribution S.p.a.

Per i prodotti sottoelencati, su richiesta del Coordinamento Laboratori, con nota prot. 00061617 del 04/07/2023, la S.S. Acquisti ha chiesto alla Ditta i seguenti chiarimenti:

- Posizione 146 TER0250-00001PZ (Kit per colorazione di Gram con safranina 4 x 250 ml): risultando una piccola discrepanza tra il confezionamento richiesto e dichiarato (4 x 250 ml) e quello riportato nella scheda tecnica del prodotto offerto (4 x 240 ml), si è chiesta conferma che il confezionamento offerto (cod. fornitore 361520) fosse 4 x 250 ml. DID ha riscontrato entro il termine assegnato, con nota del 05/07/2023, confermando che il confezionamento offerto è 4 x 240 ml.

Tutti i prodotti offerti al prezzo più basso sono stati valutati CONFORMI.

Life Technologies Italia Fil. Life Technologies Europe B.V.

Tutti i prodotti offerti al prezzo più basso sono stati valutati CONFORMI.

Liofilchem S.r.l.

Per il prodotto sottoelencato, su richiesta del Coordinamento Laboratori, con nota prot. 00062236 del 05/07/2023, la S.S. Acquisti ha chiesto alla Ditta i seguenti chiarimenti:

- Posizione 92 TER0277-00004PZ (Legionella MWY Selective supplement ISO - Flaconi da 500 mL di terreno base oppure per preparare 500 ml di terreno): relativamente al confezionamento offerto, rilevandosi incongruenze tra quanto dichiarato nell'Allegato 4A Offerta tecnico-economica (100 ml) e quanto indicato nella scheda tecnica del prodotto (10 x 100 ml), si è chiesta conferma del confezionamento offerto, del prezzo unitario e del prezzo a confezione. Liofilchem ha riscontrato entro il termine assegnato, con nota del 13/07/2023, confermando che la confezione offerta è pari a 10 x 100 ml, che il prezzo a confezione offerto è pari a € 126,77 e che il prezzo a unità di misura è pari a € 0,12677. Poiché, a fronte del chiarimento pervenuto, questa offerta non è risultata la migliore, il prodotto non è stato valutato.

Per il prodotto sottoelencato, su richiesta del Coordinamento Laboratori, con nota prot. 00064783 del 14/07/2023, la S.S. Acquisti ha chiesto alla Ditta i seguenti chiarimenti:

- Posizione 145 BIO0039-00020PZ (Indicatore biologico di sterilizzazione a secco con fiale contenenti spore di Bacillus atrophaeus (concentrazione 10^6) con terreno colturale ed indicatore di pH): relativamente al confezionamento offerto si è chiesto di confermare la pezzatura proposta (100 pz), di indicare il periodo di validità del prodotto e di precisare se il prodotto può essere consegnato con un periodo di validità residua pari ad almeno 18 (diciotto) mesi. Liofilchem ha riscontrato entro il termine assegnato, con nota del 17/07/2023, confermando la confezione offerta, che il prodotto ha una validità totale dalla data di produzione di 24 (ventiquattro) mesi e che la ditta garantisce una validità residua, al momento della consegna, non inferiore a 18 (diciotto) mesi. A fronte del chiarimento pervenuto, si è ritenuto che il prodotto offerto soddisfi le esigenze della Stazione Appaltante.

Tutti i prodotti offerti al prezzo più basso sono stati valutati CONFORMI, ad eccezione del prodotto di seguito elencato:

- Posizione 140 TEP0037-00020PZ (Rambach agar - piastre pronte diametro 90 mm): il prodotto è stato ritenuto NON CONFORME in quanto la composizione del terreno offerto non corrisponde a quella del metodo di riferimento.

Nordtest S.r.l.

Per il prodotto sottoelencato, su richiesta del Coordinamento Laboratori, con nota prot. 00061627 del 04/07/2023, la S.S. Acquisti ha chiesto alla Ditta i seguenti chiarimenti:

- Posizione 196 PBL0158-00001PZ (Soluzione ricostituente per batteri luminescenti per test di tossicità con Vibrio fischeri per apparecchio Microtox - conf. da 50 ml (cod.686016 Ditta Modern Water oppure cod. BIO2001 Ditta Aqua Science): poiché nella documentazione tecnica è presente solo la scheda di sicurezza sulla quale è indicato un confezionamento da 1L (1000 ml), si è richiesta la scheda tecnica del prodotto offerto e la conferma che il confezionamento indicato sia da 50 ml come richiesto e come dichiarato nell'Allegato 4 A - Offerta tecnico-economica. Nordtest ha riscontrato entro il termine assegnato, con nota del 04/07/2023, allegando scheda tecnica e confermando il confezionamento offerto (50 ml).

Tutti i prodotti offerti al prezzo più basso sono stati valutati CONFORMI.

Hach Lange S.r.l.

Per i prodotti sottoelencati, su richiesta del Coordinamento Laboratori, con nota prot. 00064771 del 14/07/2023, poiché nella documentazione tecnica era presente solo la scheda di sicurezza, la S.S. Acquisti ha chiesto la scheda tecnica dei seguenti prodotti:

- Posizione 235 KIT0088-00300PZ (Set per analisi di cianuri liberi (QUIKCHEM REAGENTS), da 300 test, cod. 52906, ditta Lachat - Hach LANGE).
- Posizione 236 KIT0096-00500ML (Reagente piridina/acido barbiturico, da 500 mL, cod. 52013, ditta Hach-LANGE).
- Posizione 240 KIT0143-00100PZ (Reagenti GaniChem-N, Azoto 0,5 - 150, da 100 test, cod. GCA200, ditta Hach-Lange).
- Posizione 242 KIT0145-00005PZ (Test Set per GANIMEDE N, small measuring range, 5 soluzioni, cod. GCS300, ditta Hach-Lange).
- Posizione 243 KIT0146-00005PZ (Test Set per GANIMEDE N, large measuring range, 5 soluzioni, cod. GCS350, ditta Hach-Lange).
- Posizione 247 KIT0151-00005PZ (Set di calibrazione per Ganimede P, 5 soluzioni, cod. GCS200, ditta Hach-Lange).

Hach Lange ha riscontrato entro il termine assegnato, con nota del 18/07/2023, inviando le schede tecniche mancanti.

Tutti i prodotti offerti al prezzo più basso sono stati valutati CONFORMI.

Biomerieux Italia S.p.a.

Per i prodotti sottoelencati, su richiesta del Coordinamento Laboratori, con nota prot. 00061632 del 04/07/2023, la S.S. Acquisti ha chiesto alla Ditta i seguenti chiarimenti:

- Posizione 188 PBL0138-00400PZ API (PSIpette - conf. da 400 pz, cod.70250 o cod.234-1S BioMerieux): considerato che al posto della scheda tecnica è allegato un certificato di conformità dal quale risulta che il produttore è Thermofisher (invece di Biomerieux, come indicato nell'Allegato 4A - Offerta tecnico-economica) e che il confezionamento indicato è 400 x 8, invece di 400, si è chiesto conferma che il produttore sia Biomerieux e che il confezionamento indicato sia da intendere 400 pz; si è inoltre chiesta la scheda tecnica del prodotto offerto. Biomerieux ha riscontrato entro il termine assegnato, con nota del 06/07/2023, confermando che il produttore è Thermo Fisher Scientific, che il confezionamento offerto è di 1 x 400 pz; relativamente alla scheda tecnica è stato segnalato che, in quanto prodotto consumabile, la stessa non è prevista, ma è stato fornito dettaglio delle specifiche tecniche.

Tutti i prodotti offerti al prezzo più basso sono stati valutati CONFORMI.

Ecotox LDS S.r.l.

Tutti i prodotti offerti al prezzo più basso sono stati valutati CONFORMI.

Dei 255 prodotti messi in gara, 25 sono andati deserti per assenza di offerta e 2 non sono assegnati per non conformità delle offerte presentate e quindi per mancanza di offerta valida.

Allegati:

1. Graduatoria

**Il Responsabile Unico del Procedimento
Paola QUAGLINO**