

**Rdo mepa n. 3612582  
Fornitura di n. 1 spettrofotometro a scansione doppio raggio – laboratorio Cuneo  
CIG. N. Z563B7582A**

**QUESITO PERVENUTO AL 23.06.2023**

**QUESITO N.1**

*con la presente vorremmo chiedere la seguente informazione.*

*Nell'allegato 1 – Scheda Tecnica sono indicati i requisiti minimi, al punto 1.2 viene indicata come sorgente luminosa la lampada allo xenon. Si richiede se sia possibile offrire in alternativa un sistema equipaggiato con una lampada alogena (per il campo visibile) e una al deuterio (per il campo UV), che copre il medesimo campo di utilizzo (da 190 a 1100 nm) ma con una maggiore stabilità e una maggiore intensità sopra gli 800 nm.*

**RISPOSTA**

*Il capitolato di gara prevede, tra le caratteristiche minime, quello della lampada allo Xenon quale sorgente luminosa. Tale requisito è da intendersi come irrinunciabile.*

Il Dirigente della Struttura Semplice  
Dr. Massimo Boasso  
*(firmato digitalmente)*