

Procedura aperta ai sensi dell'art. 60, comma 1, del D.Lgs.50/2016, finalizzata all'aggiudicazione della fornitura ed installazione di n. 1 (uno) Spettrometro di massa ad alta risoluzione interfacciato con 1 cromatografo liquido ad alta prestazione (UHPLC) con autocampionatore da destinare al laboratorio specialistico Sud/Est sede Alessandria - CIG 9385180F87

CHIARIMENTI

DOMANDA:

In merito alla gara CIG 9385180F87 avente come oggetto "Procedura aperta per la fornitura di n.1 spettrometro di massa ad alta risoluzione interfacciato con cromatografo liquido e autocampionatore" dopo aver visionato il capitolato tecnico ed il disciplinare, si evince chiaramente che i requisiti minimi e le caratteristiche migliorative a punteggio presenti individuano un analizzatore a triplo quadrupolo. Si chiede quindi conferma che l'analizzatore di massa presente nei titoli della gara, ovvero "spettrometro di massa ad alta risoluzione" sia solo un refuso di stampa e si volesse intendere "analizzatore a triplo quadrupolo"

RISPOSTA:

La dicitura "spettrometro di massa ad alta risoluzione", riportata non solo nei titoli ma anche nel testo del documento "Allegato al Disciplinare di Gara Capitolato Speciale d'Appalto" non è un refuso di stampa.

Si intende infatti riferirsi non già ad uno strumento basato su una specifica tecnologia, bensì ad uno spettrometro di massa che, a prescindere dalla tecnologia applicata, sia in grado di produrre determinazioni di massa ad alta risoluzione, attestata dalle prestazioni analitiche minime richieste.

A conferma di ciò, con riferimento al documento "Allegato al Disciplinare di Gara Capitolato Speciale d'Appalto", si precisa quanto segue:

all'art.3, tabella c), punto 9: la dicitura "in Q1 e Q3" costituisce refuso di stampa da omettere
all'art.3, tabella c), punto 12: la dicitura "I quadrupoli" costituisce refuso di stampa da correggere nella doppia forma "Il/i quadrupolo/i"

In merito al Disciplinare di gara si evidenzia che sono presente i seguenti refusi:

- 1) Agli artt.1 e 3 "Premesse" e "Oggetto dell'appalto, durata e importo" **anzichè** "*spettrometro di massa triplo quadrupolo interfacciato con autocampionatore*" **leggasi** "**spettrometro di massa ad alta risoluzione**".
- 2) All'art.3 "Oggetto dell'appalto, durata e importo" anziché 2 cromatografi liquidi ad alte prestazioni leggasi "**1 cromatografo liquido**".

3) REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Anziché

Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio:

Forniture analoghe di materiali consumabili per strumentazione di importo minimo pari a € 200.000,00 o.f.e

Leggasi Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio:

Forniture di strumentazione analoga di importo minimo pari a € 175.000,00 o.f.e

Il Dirigente Responsabile della Struttura Semplice
Acquisti Beni e Servizi

Dott. Massimo Boasso