

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DEL PIEMONTE

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
Sede legale: Via Pio VII, n. 9 – 10135 TORINO
PARTITA IVA 07176380017

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**STRUTTURA COMPLESSA
DIPARTIMENTO AFFARI AMMINISTRATIVI E PERSONALE**

**STRUTTURA SEMPLICE
UFFICIO ACQUISTI BENI E SERVIZI**

OGGETTO: Struttura Semplice Acquisti Beni e Servizi. RDO Mepa. Fornitura a n. 6 lotti di strumentazione tecnico scientifica. Aggiudicazione lotti 1,2,3,4,5. Ditte diverse. Euro 102.815,62 o.f.c.. Capitolo 22500/2022.

Capitolo/anno	Importo	Beneficiario
----------------------	----------------	---------------------

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO AFFARI AMMINISTRATIVI E PERSONALE**(Dott. Roberto Giovanetti)**

Presa visione della proposta del Responsabile della Struttura Semplice Acquisti Beni e Servizi, Dott. Massimo Boasso, di seguito integralmente riportata:

“Con Determinazione dirigenziale n. 926 del 7.10.2022 del Dirigente Responsabile del Dipartimento Affari Amministrativi e Personale è stata indetta una procedura di gara mediante RDO - richiesta di offerta su Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), ad oggetto: Fornitura a n. 6 lotti di strumentazione tecnico scientifica da destinare a diversi laboratori Arpa Piemonte (n. RDO: 3227751) - criterio di selezione del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95, comma 4 lett.B, D.Lgs. 50/2016 comma 4;

Il quadro economico di spesa, opportunamente prenotato con la determinazione dirigenziale succitata, è pari ad € 133.000,00 oneri fiscali esclusi (importo con iva € 164.920,00) ed è suddiviso, per ciascun lotto di gara, come di seguito indicato:

LOTTO 1 - N° 13 misuratori multi parametrici portatili matrici acquose	IMPORTO IN EURO
N° 13 misuratori multi parametrici portatili matrici acquose	€ 58.500,00
Importo Totale soggetto a ribasso d'asta	€ 58.500,00
IVA 22%	€ 12.870,00
TOTALE IVA inclusa	€ 71.370,00
ex Art. 113 D.lgs. 50/2016 - 2% (aliquota 80% da destinarsi al gruppo di progettazione, direzione servizi,etc.)	€ 936,00
ex Art. 113 D.lgs. 50/2016 – 2% (aliquota 20% da destinarsi all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, etc.)	€ 234,00
TOTALE	€ 72.540,00

LOTTO 2 - N° 2 muffole per laboratorio	IMPORTO IN EURO
N° 2 muffole per laboratorio	€ 12.500,00
Importo Totale soggetto a ribasso d'asta	€ 12.500,00
IVA 22%	€ 2.750,00
TOTALE IVA inclusa	€ 15.250,00
ex Art. 113 D.lgs. 50/2016 - 2% (aliquota 80% da destinarsi al gruppo di progettazione, direzione servizi,etc.)	€ 200,00
ex Art. 113 D.lgs. 50/2016 – 2% (aliquota 20% da destinarsi all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, etc.)	€ 50,00
TOTALE	€ 15.500,00

LOTTO 3 – Evaporatori rotanti da banco dotati di due chiller	IMPORTO IN EURO
N. 3 sistemi di evaporazione rotante comprensivi di garanzia e formazione	€ 25.000,00
Importo Totale soggetto a ribasso d'asta	€ 25.000,00

IVA 22%	€ 5.500,00
TOTALE IVA inclusa	€ 30.500,00
ex Art. 113 D.lgs. 50/2016 - 2% (aliquota 80% da destinarsi al gruppo di progettazione, direzione servizi, etc.)	€ 400,00
ex Art. 113 D.lgs. 50/2016 – 2% (aliquota 20% da destinarsi all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, etc.)	€ 100,00
TOTALE	€ 31.000,00

LOTTO 4 – N. 1 generatore di azoto puro da laboratorio con compressore integrato oil free	IMPORTO IN EURO
N. 1 generatore di azoto puro da laboratorio con compressore integrato oil free comprensivi di garanzia	€ 18.000,00
Importo Totale soggetto a ribasso d'asta	€ 18.000,00
IVA 22%	€ 3.960,00
TOTALE IVA inclusa	€ 21.960,00
ex Art. 113 D.lgs. 50/2016 - 2% (aliquota 80% da destinarsi al gruppo di progettazione, direzione servizi, etc.)	€ 288,00
ex Art. 113 D.lgs. 50/2016 – 2% (aliquota 20% da destinarsi all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, etc.)	€ 72,00
TOTALE	€ 22.320,00

LOTTO 5 – N. 1 mulino tritatore a lame	IMPORTO IN EURO
N. 1 mulino tritatore a lame comprensivi di garanzia e formazione	€ 10.000,00
Importo Totale soggetto a ribasso d'asta	€ 10.000,00
IVA 22%	€ 2.200,00
TOTALE IVA inclusa	€ 12.200,00
ex Art. 113 D.lgs. 50/2016 - 2% (aliquota 80% da destinarsi al gruppo di progettazione, direzione servizi, etc.)	€ 160,00
ex Art. 113 D.lgs. 50/2016 – 2% (aliquota 20% da destinarsi all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, etc.)	€ 40,00
TOTALE	€12.400,00

LOTTO 6 – N. 1 Analizzatore multi parametrico di gas per interventi in emergenza	IMPORTO IN EURO
N. 1 Analizzatore multi parametrico di gas per interventi in emergenza	€ 9.000,00
Importo Totale soggetto a ribasso d'asta	€ 9.000,00
IVA 22%	€ 1.980,00
TOTALE IVA inclusa	€ 10.980,00
ex Art. 113 D.lgs. 50/2016 - 2% (aliquota 80% da destinarsi al gruppo di progettazione, direzione servizi, etc.)	€ 144,00

ex Art. 113 D.lgs. 50/2016 – 2% (aliquota 20% da destinarsi all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, etc.)	€ 36,00
TOTALE	€ 11.160,00

La scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata inizialmente in data 21.10.2022. h: 12:00. A seguito di comunicazioni pervenute da operatori economici che hanno evidenziato malfunzionamenti, effettivamente appurati, del nuovo portale MEPA il Responsabile della S.S. Acquisti beni e servizi ha deciso di revocare la RDO per avviarne una nuova con scadenza delle offerte alla data del 25.10.2022 h:12:00;

Nei termini fissati sono pervenute le offerte dalle ditte sotto indicate:

Denominazione concorrente	lotti	Data presentazione offerta
Orion srl	1	21/10/2022
Hanna Instruments srl	1	21/10/2022
Buchi Italia srl	3	22/10/2022
Seneco srl	3	20/10/2022
Analytical Technology srl	4	20/10/2022
LNI Swissgas srl	4	20/10/2022
Claind srl	4	21/10/2022
Verder Scientific Srl	5	20/10/2022

Nessuna offerta è pervenuta per il lotto 6.

Per tale lotto, sarà effettuata apposita analisi tecnico amministrativa al fine di individuare i motivi dell'esito infruttuoso valutando l'opportunità di avviare nuova procedura di acquisto eventualmente anche con singolo operatore economico.

La Struttura Acquisti beni e servizi ha proceduto:

- all'apertura e verifica della documentazione amministrativa richiesta con esito favorevole: tutte le offerte presentate sono state infatti ammesse alla successiva fase della procedura;
- all'apertura delle offerte tecniche corredate dell'allegato Dettaglio tecnico- economico.

La documentazione tecnica succitata è stata visionata da personale tecnico competente, al fine di verificarne la rispondenza rispetto ai requisiti minimi fissati in capitolato. Sono stati redatti due verbali, uno del 18.11.2022 a cura del RUP Responsabile della SC Dipartimento Rischi fisici e tecnologici, l'altro del 25.11.2022 a cura del RUP Responsabile della Struttura Semplice coordinamento rete laboratoristica e Servizi a supporto, allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. Dagli stessi si evince in particolare:

lotto 1: la non conformità tecnica dell'offerta della ditta Orion srl;

lotto 2: la non conformità tecnica dell'offerta della ditta Verde Scientific srl

lotto 3: la non conformità tecnica dell'offerta della Seneco srl.

Considerati gli esiti dei verbali succitati ed i prezzi offerti Iva esclusa, la graduatoria dei lotti della rdo è la seguente:

LOTTO 1 - misuratori multiparametrici	
<i>DITTA OFFERENTE</i>	<i>Importo o.f.e.</i>
Hanna Instruments srl	29.620,85

LOTTO 2 - muffole per laboratorio	
<i>DITTA OFFERENTE</i>	<i>Importo o.f.e.</i>
Savatec Strumeneti srl	9.780,00
Seneco srl	11.644,00
Montepaone srl	12.330,00

LOTTO 3 - sistemi di evaporazione rotante	
<i>DITTA OFFERENTE</i>	<i>Importo o.f.e.</i>
Buchi Italia srl	23.478,00

LOTTO 4 - generatore di azoto	
<i>DITTA OFFERENTE</i>	<i>Importo o.f.e.</i>
LNI Swissgas srl	11.496,25
Analytical Technology srl	11.500,00
Claind srl	13.129,50

LOTTO 5 -mulino tritratore	
<i>DITTA OFFERENTE</i>	<i>Importo o.f.e.</i>
VERDER SCIENTIFIC SRL	9.900,00

Alla luce degli allegati succitati, si propone di accettare le sotto riportate offerte e di affidare la fornitura dei lotti 1, 2, 3, 4 e 5 della procedura di gara mediante RDO (richiesta di offerta) n. 3227751 su Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), alle seguenti Ditte, come segue:

lotto 1 (CIG 943039829E): Hanna Instruments srl, con sede legale in Viale Delle Industrie 11, 35010 Villafranca Padovana (PD), codice Fiscale e P.IVA 04211270287, per un importo complessivo di €29.620,85 IVA esclusa (€ 36.137,44 IVA inclusa);

lotto 2 (CIG 9430749445): Savatec Strumeneti srl, con sede legale in Via Marochetti 16/E, 10126 Torino, P.IVA 07214840014, per un importo complessivo di € 9.780,00 IVA esclusa (€11.931,60 IVA inclusa);

lotto 3 (CIG 94310279AD): Buchi Italia srl, sede legale via Emilio Motta, 10, 20144 Milano, P.IVA 10607700159, per un importo complessivo di € 23.478,00 IVA esclusa (€28.643,16 IVA inclusa);

lotto 4 (CIG 94314739BA): LNI Swissgas srl, Via Sassoferato, 1, 20135 Milano P.IVA 09832330964, per un importo complessivo di € 11.496,25 IVA esclusa (€ 14.025,43 IVA inclusa);

lotto 5 (CIG 94314842D0): Verder Scientific Srl, Via Pino Longhi, 12, 24066 Pedrengo BG, P.IVA 03428060168, per un importo complessivo di € 9.900,00 IVA esclusa (€ 12.078,00 IVA inclusa);

Si ritiene di fare fronte all'onere complessivo presunto derivante dal presente provvedimento, pari ad € 102.815,62 o.f.c., sulla base della nuova classificazione di Bilancio:

COD. MISSIONE	DESCRIZIONE MISSIONE
09	sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
COD. PROGRAMMA	DESCRIZIONE PROGRAMMA
02	tutela valorizzazione e recupero ambientale
CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO
22500	acquisto di attrezzature e strumentazioni tecnico scientifiche
CODICE PIANO DEI CONTI V LIVELLO	DESCRIZIONE PIANO DEI CONTI V LIVELLO
U.2.02.01.05.001	Attrezzature scientifiche
LOTTO 1 Importo impegno (o.f.c.) € 36.137,44	a favore della ditta Hanna Instruments srl
CIG LOTTO 1: 943039829E	CUP I83C22000640005
LOTTO 2 Importo impegno (o.f.c.) €11.931,60	a favore della ditta Savatec Strumeneti srl
CIG LOTTO 2: 9430749445	CUP I83C22000640005
LOTTO 3 Importo impegno (o.f.c.) €28.643,16	a favore della ditta Buchi Italia srl
CIG LOTTO 3: 94310279AD	CUP I83C22000640005
LOTTO 4 Importo impegno (o.f.c.) €14.025,43	a favore della ditta LNI Swissgas srl
CIG LOTTO 4: 94314739BA	CUP I83C22000640005
LOTTO 5 Importo impegno (o.f.c.) €12.078,00	a favore della ditta Verder Scientific Srl
CIG LOTTO 5: 94314842D0	CUP I83C22000640005
ESERCIZIO IN CORSO	IMPORTO IMPEGNO (o.f.c.)
2022	LOTTO 1: € 36.137,44 LOTTO 2: €11.931,60

	LOTTO 3: €28.643,16 LOTTO 4: €14.025,43 LOTTO 5: €12.078,00
--	---

Pertanto,

rispetto alla prenotazione assunta con Determinazione Dirigenziale n. 926 del 7.10.2022, si registra sul bilancio 2022 una minor spesa pari ad Euro 50.944,38 dovuta ai ribassi d'asta offerti in sede di gara relativamente ai lotti 2 / 3 / 4 / 5;

in relazione al lotto 6 – *N. 1 Analizzatore multiparametrico di gas per interventi in emergenza*, si richiede di mantenere la prenotazione ancora presente pari ad Euro 11.160,00 iva compresa sino alla conclusione del procedimento.

Atteso che la competenza dell'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi degli artt. 26 e 39 del Regolamento di Organizzazione approvato con Decreto del Direttore Generale n. 55 del 16.06.2015;

Visto il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, ad oggetto: Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli Enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

Visto il Decreto n. 164 del 29/12/2021 ad oggetto "Struttura denominata Dipartimento Affari amministrativi e Personale. Attribuzione della relativa responsabilità al Direttore Amministrativo.";

Visto il Decreto del Direttore Generale n.60 del 27/05/2022 ad oggetto: "Piano Nazionale per gli investimenti complementari (PNC) . Programma "Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima". Approvazione dell'Accordo Operativo con l'Istituto Superiore di Sanità e del conseguente Accordo Attuativo fra Arpa Piemonte (capofila) e le ARPA/APPA partecipanti al raggruppamento."

Visto il Decreto del Direttore Generale n. 96 del 19/08/2022 ad oggetto: "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024: variazione di bilancio in entrata e spesa sull'esercizio 2022 correlata al Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari (PNC) - Programma "Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima"

Visto il Decreto del Direttore Generale n. 162 del 28/12/2021 ad oggetto "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024".

Visto il Regolamento di organizzazione approvato con Decreto del Direttore Generale n. 103 del 16/09/2022;"

Verificata la regolarità giuridico amministrativa della proposta sopra riportata, si ritiene di condividerne i contenuti e di disporre in conformità ad essa;

Tutto ciò premesso;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si richiamano integralmente,

1. di approvare, per i lotti 1/2/3/4/5, le risultanze dei verbali di idoneità tecnica del 18.11.2022 (lotto 2 RUP Responsabile della SC Dipartimento Rischi fisici e tecnologici) e del 25.11.2022 (lotti 1, 3, 4, 5 RUP Responsabile della Struttura Semplice coordinamento rete laboratoristica e Servizi a supporto) allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. di accettare le sotto riportate offerte dei lotti 1, 2, 3, 4, 5 da aggiudicare al prezzo più basso, relative alla procedura di gara mediante RDO (richiesta di offerta) n. 3227751 su Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), ad oggetto: Fornitura a n. 6 lotti di strumentazione tecnico scientifica da destinare a diversi laboratori Arpa Piemonte:

lotto 1 (CIG 943039829E): Hanna Instruments srl, con sede legale in Viale Delle Industrie 11, 35010 Villafranca Padovana (PD), codice Fiscale e P.IVA 04211270287, per un importo complessivo di €29.620,85 IVA esclusa (€ 36.137,44 IVA inclusa);

lotto 2 (CIG 9430749445): Savatec Strumeneti srl, con sede legale in Via Marochetti 16/E, 10126 Torino, P.IVA 07214840014, per un importo complessivo di € 9.780,00 IVA esclusa (€11.931,60 IVA inclusa);

lotto 3 (CIG 94310279AD): Buchi Italia srl, sede legale via Emilio Motta, 10, 20144 Milano, P.IVA 10607700159, per un importo complessivo di € 23.478,00 IVA esclusa (€28.643,16 IVA inclusa);

lotto 4 (CIG 94314739BA): LNI Swissgas srl, Via Sassoferato, 1, 20135 Milano P.IVA 09832330964, per un importo complessivo di € 11.496,25 esclusa (€ 14.025,43 IVA inclusa);

lotto 5 (CIG 94314842D0): Verder Scientific Srl, Via Pino Longhi, 12, 24066 Pedrengo BG, P.IVA 03428060168, per un importo complessivo di € 9.900,00esclusa (€ 12.078,00 IVA inclusa);

3. di fare fronte all'onere complessivo presunto derivante dal presente provvedimento, pari ad € 102.815,62 o.f.c., sulla base della nuova classificazione di Bilancio:

COD. MISSIONE	DESCRIZIONE MISSIONE
09	sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
COD. PROGRAMMA	DESCRIZIONE PROGRAMMA
02	tutela valorizzazione e recupero ambientale
CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO
22500	acquisto di attrezzature e strumentazioni tecnico scientifiche
CODICE PIANO DEI CONTI V LIVELLO	DESCRIZIONE PIANO DEI CONTI V LIVELLO
U.2.02.01.05.001	Attrezzature scientifiche
LOTTO 1 Importo impegno (o.f.c.) € 36.137,44	a favore della ditta Hanna Instruments srl
CIG LOTTO 1: 943039829E	CUP I83C22000640005
LOTTO 2 Importo impegno (o.f.c.) €11.931,60	a favore della ditta Savatec Strumeneti srl
CIG LOTTO 2: 9430749445	CUP I83C22000640005
LOTTO 3 Importo impegno (o.f.c.) €28.643,16	a favore della ditta Buchi Italia srl
CIG LOTTO 3: 94310279AD	CUP I83C22000640005
LOTTO 4 Importo impegno (o.f.c.) €14.025,43	a favore della ditta LNI Swissgas srl

CIG LOTTO 4: 94314739BA	CUP I83C22000640005
LOTTO 5 Importo impegno (o.f.c.) €12.078,00	a favore della ditta Verder Scientific Srl
CIG LOTTO 5: 94314842D0	CUP I83C22000640005
ESERCIZIO IN CORSO	IMPORTO IMPEGNO (o.f.c.)
2022	LOTTO 1: € 36.137,44 LOTTO 2: €11.931,60 LOTTO 3: €28.643,16 LOTTO 4: €14.025,43 LOTTO 5: €12.078,00

4. di ridurre la prenotazione di spesa assunta con determinazione dirigenziale n. 926 del 7.10.2022 della somma di Euro 50.944,38 o.f.c dovuta ai ribassi d'asta offerti in sede di gara relativamente ai lotti 1/2 / 3 / 4 / 5 e di mantenere in vita la prenotazione relativa al lotto 6 fino alla conclusione del procedimento (importo complessivo di Euro 11.160,00 iva compresa);
5. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma digitale ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 82/2005, viene trasmesso tramite l'applicativo agenziale 'Civilia Atti' alla Struttura Semplice Ufficio Contabilità per l'espressione del parere di regolarità contabile e del visto di competenza;
6. di disporre la pubblicazione sul sito di Arpa Piemonte nella sezione (Trasparenza, valutazione e merito) dei seguenti dati:

Nominativo dell'impresa lotto 1	Hanna Instruments srl, con sede legale in Viale Delle Industrie 11, 35010 Villafranca Padovana (PD), codice Fiscale e P.IVA 04211270287
Importo del contratto	€ 36.137,44 IVA inclusa
Ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del procedimento	RUP: Dott.ssa Laura Erbetta dirigente della Struttura Semplice coordinamento rete laboratoristica e Servizi a supporto
Modalità seguita per l'individuazione del beneficiario	Procedura negoziata sottosoglia, richiesta di offerta sul portale Mepa https://www.acquistinretepa.it
Link ove sarà pubblicato l'affidamento della fornitura	http://www.arpa.piemonte.it/trasparenza/amministrazione-aperta-1

Nominativo dell'impresa lotto 2	Savatec Strumeneti srl, con sede legale in Via Marochetti 16/E, 10126 Torino, P.IVA 07214840014
---------------------------------	---

Importo del contratto	€11.931,60 IVA inclusa
Ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del procedimento	RUP: Dott.Giovanni D'Amore Responsabile della SC Dipartimento Rischi fisici e tecnologici
Modalità seguita per l'individuazione del beneficiario	Procedura negoziata sottosoglia, richiesta di offerta sul portale Mepa https://www.acquistinretepa.it
Link ove sarà pubblicato l'affidamento della fornitura	http://www.arpa.piemonte.it/trasparenza/amministrazione-aperata-1

Nominativo dell'impresa lotto 3	Buchi Italia srl, via Emilio Motta, 10, 20144 Milano, P.IVA 10607700159
Importo del contratto	€ 28.643,16 IVA inclusa
Ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del procedimento	RUP: Dott.ssa Laura Erbetta dirigente della Struttura Semplice coordinamento rete laboratoristica e Servizi a supporto
Modalità seguita per l'individuazione del beneficiario	Procedura negoziata sottosoglia, richiesta di offerta sul portale Mepa https://www.acquistinretepa.it
Link ove sarà pubblicato l'affidamento della fornitura	http://www.arpa.piemonte.it/trasparenza/amministrazione-aperata-1

Nominativo dell'impresa lotto 4	LNI Swissgas srl, Via Sassoferato, 1, 20135 Milano P.IVA 09832330964
Importo del contratto	€ 14.025,43 IVA inclusa
Ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del procedimento	RUP: Dott.ssa Laura Erbetta dirigente della Struttura Semplice coordinamento rete laboratoristica e Servizi a supporto
Modalità seguita per l'individuazione del beneficiario	Procedura negoziata sottosoglia, richiesta di offerta sul portale Mepa https://www.acquistinretepa.it
Link ove sarà pubblicato l'affidamento della fornitura	http://www.arpa.piemonte.it/trasparenza/amministrazione-aperata-1

Nominativo dell'impresa lotto 5	Verder Scientific Srl, Via Pino Longhi, 12, 24066 PEDRENGO BG, P.IVA 03428060168
Importo del contratto	€ 12.078,00 IVA inclusa
Ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del procedimento	RUP: Dott.ssa Laura Erbetta dirigente della Struttura Semplice coordinamento rete laboratoristica e Servizi a supporto
Modalità seguita per l'individuazione del beneficiario	Procedura negoziata sottosoglia, richiesta di offerta sul portale Mepa https://www.acquistinretepa.it
Link ove sarà pubblicato l'affidamento della fornitura	http://www.arpa.piemonte.it/trasparenza/amministrazione-aperta-1

Torino

Il Dirigente Responsabile della
Struttura Semplice Acquisti Beni e Servizi
Dott. Massimo Boasso

Il Dirigente Responsabile del
Dipartimento Affari Amministrativi e Personale
Dott. Roberto Giovanetti



REGIONE PIEMONTE
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DEL PIEMONTE
Sede legale: Via Pio VII n° 9 – 10135 TORINO (Tel. 011-19680111 – Fax 011-19681551)
CODICE FISCALE – PARTITA IVA 07176380017

**Fornitura a n. 6 lotti di strumentazione tecnico scientifica
da destinare a diversi laboratori Arpa Piemonte**

R.D.O. n. 3227751

VERBALE DI VERIFICA IDONEITA' TECNICA LOTTI 1 3 4 5

In riferimento a ciascun lotto di fornitura, il personale di Arpa Piemonte sotto elencato ha proceduto a verificare l'idoneità tecnica delle offerte, relative alla procedura in oggetto.

Lotto	Descrizione	Responsabile della verifica di conformità
1	N. 13 misuratori multiparametrici portatili matrici acquose	Francesca Vietti
3	N. 3 sistemi di evaporatore rotante da banco dotati di due chiller	Sara Coluccia
4	N. 1 generatore di azoto puro da laboratorio con compressore integrato oil free	Sara Coluccia
5	N. 1 mulino tritratore a lame	Sara Coluccia

Con determinazione dirigenziale n. 926 del 7.10.2022 del Dirigente Responsabile della Struttura Complessa Dipartimento affari amministrativi e personale, è stata indetta RDO (Richiesta di offerta) per la fornitura a n. 6 lotti di strumentazione tecnico scientifica da destinare a diversi laboratori Arpa Piemonte.

Il RUP dei lotti 1, 3, 4, 5, e 6, oggetto della presenta valutazione, è la Dott.ssa Laura Erbetta dirigente della Struttura Semplice coordinamento rete laboratoristica e Servizi a supporto.

Trattasi nello specifico della seguente strumentazione:

- lotto 1) N. 13 misuratori multiparametrici portatili matrici acquose
- lotto 3) N. 3 sistemi di evaporatore rotante da banco dotati di due chiller
- lotto 4) N. 1 generatore di azoto puro da laboratorio con compressore integrato oil free
- lotto 5) N. 1 mulino tritratore a lame
- lotto 6) N. 1 Analizzatore multiparametrico di gas per interventi in emergenza.

Da aggiudicare secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95, comma 4 lett.B, D.Lgs. 50/2016 comma 4, previa verifica dell'idoneità tecnica degli articoli proposti rispetto ai requisiti tecnici richiesti.

Alla procedura sono stati invitati tutti i fornitori iscritti nella categoria oggetto della RDO denominata "BENI",

La scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata inizialmente in data 21.10.2022. alle ore 12:00. A seguito di comunicazioni pervenute da operatori economici che hanno evidenziato malfunzionamenti, effettivamente rilevati, del nuovo portale MEPA, il Responsabile della S.S. Acquisti beni e servizi ha deciso di differire il termine ultimo per la presentazione delle offerte alla data del 25.10.2022 alle ore 12:00.

Entro il 17.10.2022 sono pervenuti i seguenti quesiti, di cui si riportano le relative risposte pubblicate:

- **Rif. LOTTO 1**

In riferimento allo strumento multiparametrico per le analisi in matrice acquosa, è accettabile un singolo strumento multiparametro cui collegare le singole sonde di pH, redox, DO e conducibilità?

- **Risposta:** Come si legge al punto 2.1 della scheda tecnica richiediamo una "Sonda unica porta sensori" con cavo unico di collegamento (2.2) per cui non è accettabile un singolo strumento multiparametro cui collegare le singole sonde di pH, redox, DO e conducibilità.

- **Rif. LOTTO 4**

Si richiede di verificare la possibilità di accettare la specifica della rumorosità inferiore a 58 dB(A) invece che inferiore a 50 dB(A), in quanto per nostra conoscenza risulta incompatibile con la tecnologia che permette l'erogazione di azoto alla purezza di 99,999% o migliore, con compressore integrato e alla portata richiesta in gara.

Risposta: Riteniamo accoglibile la richiesta di accettare una specifica di rumorosità < 58dB(A)

- **Rif. LOTTO 4**

Con riferimento all'Allegato 2, Scheda Tecnica, si chiede di confermare se la portata massima del generatore debba essere almeno pari a 10-12 litri/min, così come definito al punto 1.4, e che la portata riportata al punto 1.2, compresa tra 1 e 5 litri/min, sia riferita solo all'intervallo di portata che debba garantire il grado di purezza 99,999%.

Risposta: Si conferma quanto da voi indicato

- **Rif. LOTTO 4**

Con riferimento all'Allegato 2, Scheda Tecnica, si chiede se i tre giorni lavorativi indicati per garantire l'intervento di manutenzione correttiva dalla segnalazione alla ditta (riferimento punto 3.3) sono vincolanti. A questo proposito, considerando che tale manutenzione comprende tutte le operazioni di riparazione dell'apparecchiatura, nessuna esclusa, del relativo hardware e tutte le sostituzioni di parti logore o difettose con ricambistica, si ritiene che i tre giorni lavorativi indicati nella scheda tecnica non possano essere sempre compatibili con la tipologia e l'entità del guasto.

Risposta: I 3 giorni lavorativi sono VINCOLANTI per l'attivazione dell'intervento non necessariamente per la risoluzione della criticità che, a seconda dei casi, potrebbe richiedere tempi più lunghi

- **Rif. LOTTO 4**

Con riferimento all'Allegato 2, Scheda Tecnica, si chiede se siano vincolanti i 60 giorni naturali e consecutivi (festivi compresi) dalla data di ricevimento dell'ordine di esecuzione del contratto per la consegna, l'installazione e la verifica di conformità di ogni apparecchiatura nel suo complesso. In relazione alla situazione contingente che ha portato alle note difficoltà nel reperire le materie prime e gran parte degli accessori correlati alle apparecchiature, ulteriormente aggravata dal conflitto in essere tra Ucraina e Russia, i 60 giorni indicati potrebbero non essere sufficienti per garantire quanto richiesto. Si chiede quindi la possibilità che possano essere in alternativa accettati termini pari almeno a 90 giorni.

Risposta: I tempi di consegna sono quelli previsti dalle Condizioni particolari di fornitura della RDO, eventuale differimento del termine dovrà essere richiesto per straordinarie situazioni contingenti dichiarando le dovute motivazioni e dovrà essere accettato

- **Rif. LOTTO 4**

Chiediamo cortesemente di confermare se la pressione massima da fornire è tassativamente 8 bar se è possibile fornire generatori con pressione massima 5 bar.

Risposta: Si conferma il requisito indicato, pari a 8bar, in quanto tale prestazione risulta necessaria per alcune applicazioni dell'apparecchiatura.

- **RIF. Compilazione DGUE**

Con riferimento alla parte IV - B: capacità tecniche e professionali, chiedo gentilmente quanti esercizi indicare e se i dati sono da intendere per generatori di azoto in generale o con riferimento allo specifico modello che andremo ad offrire.

Risposta: Non è stata richiesta nei documenti di gara la compilazione della parte IV - B: capacità tecniche e professionali.

Nei termini fissati sono pervenute le offerte dalle ditte sotto indicate:

Denominazione concorrente	lotti	Data presentazione offerta
Orion srl	1	21/10/2022
Hanna Instruments srl	1	21/10/2022
Buchi Italia srl	3	22/10/2022
Seneco srl	3	20/10/2022
Analytical Technology srl	4	20/10/2022
LNI Swissgas srl	4	20/10/2022
Claind srl	4	21/10/2022
Verder Scientific Srl	5	20/10/2022

Nessuna offerta è pervenuta per il lotto 6

La Struttura Acquisti beni e servizi ha proceduto all'apertura e verifica della documentazione amministrativa richiesta con esito favorevole. Tutte le offerte presentate sono state infatti ammesse alla successiva fase della procedura. Si è proceduto quindi, all'apertura delle offerte tecniche corredate dell'allegato "Dettaglio tecnico-economico".

Dalla disamina delle offerte tecniche è emersa la necessità chiedere alcuni chiarimenti circa l'offerta della Ditta Orion srl per il Lotto 1. I chiarimenti richiesti rispetto ai punti della scheda tecnica si fornitura sono i seguenti:

Chiarimento 1

pto 1.3 – deve essere confermata la durata delle batterie ricaricabili al Litio

Chiarimento 2

pto 1.4 – deve essere confermata la possibilità di esecuzione back-up con batterie alcaline per il modello AQUA TROLL 500 oggetto dell'offerta

Chiarimento 3

pto 1.1 – deve essere confermato che tanto con le batterie che senza, il peso della strumentazione da portare in campo (corpo sonda con sensori, cavo, dispositivo di comunicazione e dispositivo di visualizzazione) non superi il kilogrammo di peso.

La richiesta di chiarimento è stata inoltrata da Struttura Acquisti beni e servizi alla ditta Orion srl in data 17.11.2022.

La Ditta Orion ha risposto in data 18.11.2022 come di seguito riportato

Risposta Chiarimento 1

Per la durata delle batterie il produttore dichiara 40-50 ore di uso continuo in campo. "Bluetooth technology and an internal rechargeable battery provide 40-50 hours of continuous field use". Ulteriori informazioni relative al dispositivo wireless troll com, nonché relativo manuale sono disponibili al seguente link <https://in-situ.com/us/wireless-troll-com>

Risposta Chiarimento 2

Oltre le batterie ricaricabili al litio del dispositivo di comunicazione wireless troll com, sarà presente anche un power pack per ciascuno strumento, sempre ricaricabile al litio, che garantisce durata decisamente superiore alle batterie alcaline, come elemento migliorativo. Saranno altresì presenti batterie ricaricabili al litio del dispositivo di visualizzazione e archiviazione dei dati che, potendo essere dotato di scheda SIM, consente, oltre il salvataggio dei dati, anche la trasmissione gli stessi istantaneamente via e-mail, con ulteriore back up.

Risposta Chiarimento 3

La sonda con i sensori ha un peso di 595g. Il peso del cavo dipende dalla lunghezza, la richiesta è per un cavo da 3 a 6m, un cavo di 3m pesa 245g, oltretutto è dotato di gancio, qualora si voglia ancorarlo. Il wireless troll com pesa 167g e può essere agganciato ad es. al passante dei pantaloni, per cui non è necessario tenerlo in mano. Il dispositivo di visualizzazione ha un peso tra 150g (non rugged) e 250g (rugged): noi abbiamo proposto il secondo modello in quanto più protetto in campo e nel caso di eventuali cadute in acqua. Per cui, considerando la possibilità di agganciare il wireless troll com, scaricando quindi il suo peso e di parte del cavo, con una mano si terrà un peso di circa 700g (sonda + sensori + parte di cavo) e con l'altra il peso del solo visualizzatore, max 250g nel caso di dispositivo rugged.

In data odierna, si procede con la valutazione di conformità tecnica delle offerte per i lotti 1 / 3 / 4 / 5

LOTTO 1 - N. 13 misuratori multiparametrici portatili matrici acquose CIG 943039829E

Hanno presentato offerta le ditte Hanna Instruments srl e Orion srl

La ditta Hanna Instruments srl ha presentato il seguente apparecchio HI98494 - Multiparametro con tecnologia Bluetooth e LDO

CONFORME

La ditta Orion srl ha presentato il seguente apparecchio AQUATROLL 500

NON CONFORME in quanto sulla base della risposta al chiarimento n.3 richiesto si evince che per il prodotto offerto il peso complessivo delle apparecchiature da portare in campo supera 1kg di peso e dunque non è rispettato il requisito 1.1 della scheda tecnica "Peso inferiore a 1 kg"

LOTTO 3 - N. 3 sistemi di evaporatore rotante da banco dotati di due chiller CIG 94310279AD

Hanno presentato offerta le ditte Buchi Italia srl e Seneco srl

La ditta Buchi Italia srl ha presentato il seguente apparecchio BUCHI Rotovapor R-100 System

CONFORME

La ditta Seneco srl ha presentato il seguente apparecchio IKA MODELLO RV 8 V-C

NON CONFORME in quanto nel piano di garanzia non è prevista la manutenzione preventiva richiesta.

LOTTO 4 - N. 1 generatore di azoto puro da laboratorio con compressore integrato oil free CIG 94314739BA

Hanno presentato offerta le ditte Analytical Technology srl, LNI Swissgas srl e Claind srl.

La ditta Analytical Technology srl ha presentato il seguente apparecchio N2 Mistral Evolution

CONFORME

La ditta LNI Swissgas srl ha presentato il seguente apparecchio NG SIRIO 10L 220-240VAC
CONFORME

La ditta Claind srl ha presentato il seguente apparecchio NIGEN HF-1
CONFORME

LOTTO 5 - N. 1 mulino tritratore a lame CIG 94314842D0

E' pervenuta una sola offerta dall'operatore economico Verder Scientific srl apparecchio Tritratore GM 300

CONFORME

Letto, confermato e sottoscritto:

Francesca Vietti

Sara Coluccia

LA RESPONSABILE UNICA DEL PROCEDIMENTO

Laura Erbetta



REGIONE PIEMONTE
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DEL PIEMONTE
Sede legale: Via Pio VII n° 9 – 10135 TORINO (Tel. 011-19680111 – Fax 011-19681551)
CODICE FISCALE – PARTITA IVA 07176380017

**Fornitura a n. 6 lotti di strumentazione tecnico scientifica
da destinare a diversi laboratori Arpa Piemonte**

1.

2. (R.D.O. n. 3227751)

VERBALE DI VERIFICA IDONEITA' TECNICA LOTTO 2

Il dott. Mauro Magnoni e il tecnico Maura Ghione presso il dipartimento d'Ivrea hanno proceduto a verificare l'idoneità tecnica delle offerte, relative alla procedura in oggetto.

Con determinazione dirigenziale n. 926 del 7.10.2022 del Dirigente Responsabile della Struttura Complessa Dipartimento affari amministrativi e personale, è stata indetta RDO (Richiesta di offerta) per la fornitura a n. 6 lotti di strumentazione tecnico scientifica da destinare a diversi laboratori Arpa Piemonte.

Il RUP del lotto 2, oggetto della presente valutazione, è il Dott. Giovanni D'Amore Responsabile della SC Dipartimento Rischi fisici e tecnologici. Trattasi nello specifico della seguente strumentazione:

lotto 2) N° 2 muffole per laboratorio,

da aggiudicare secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95, comma 4 lett.B, D.Lgs. 50/2016 comma 4, previa verifica dell'idoneità tecnica degli articoli proposti rispetto ai requisiti tecnici richiesti.

Alla procedura sono stati invitati tutti i fornitori iscritti nella categoria oggetto della RDO denominata "BENI",

La scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata inizialmente in data 21.10.2022, h: 12:00.

A seguito di comunicazioni pervenute da operatori economici che hanno evidenziato malfunzionamenti, effettivamente rilevati, del nuovo portale MEPA, il Responsabile della S.S. Acquisti beni e servizi ha deciso di differire il termine ultimo per la presentazione delle offerte alla data del 25.10.2022 h:12:00.

Nei termini fissati sono pervenute le offerte dalle ditte sotto indicate:

Denominazione concorrente	Lotto	Data presentazione offerta
Montepaone srl	2	24/10/2022
Seneco srl	2	21/10/2022
Verder Scientific srl	2	20/10/2022
Savatec Strumeneti srl	2	19/10/2022

La Struttura Acquisti beni e servizi ha proceduto:

- all'apertura e verifica della documentazione amministrativa richiesta con esito favorevole. Tutte le offerte presentate sono state infatti ammesse alla successiva fase della procedura.

- all'apertura e verifica della documentazione amministrativa richiesta con esito favorevole. Tutte le offerte presentate sono state infatti ammesse alla successiva fase della procedura.

Ha proceduto altresì, all'apertura delle offerte tecniche corredate dell'allegato Dettaglio tecnico-economico.

In data odierna, si procede con la valutazione delle offerte per il lotto 2 (N° 2 muffole per laboratorio) CIG 9430749445.

Hanno presentato offerte le ditte: Montepaone, srl, Seneco srl, Savatec Strumenti srl e Verder Scientific srl

La ditta Montepaone srl ha presentato il seguente apparecchio: Nabertherm LT40/11 con controller multifunzione C550:

CONFORME

La ditta Seneco srl ha presentato il seguente apparecchio: Nabertherm LT40/11 con controller multifunzione C550:

CONFORME

La ditta Savatec Strumenti srl ha presentato il seguente apparecchio: Nabertherm LT40/11 con controller multifunzione C550

CONFORME

La ditta Verder Scientific srl ha presentato il seguente apparecchio CARBOLITE CB CWF1206540TN - Forno a camera CWF 12-65:

NON CONFORME per dimensioni interne (lunghezza e profondità) non compatibili con le specifiche richieste. Tale difformità limita la superficie utile della muffola.

Letto, confermato e sottoscritto:

Mauro Magnoni

Maura Ghione

18 NOVEMBRE 2022

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO CONTABILITA'

Struttura Semplice Acquisti Beni e Servizi. RDO Mepa. Fornitura a n. 6 lotti di strumentazione tecnico scientifica. Aggiudicazione lotti 1, 2, 3, 4, 5. Ditte diverse. Euro 102.815,62 o.f.c. Capitolo 22500/2022.

adottata dal Dirigente Responsabile della Struttura:

DIPARTIMENTO AFFARI AMMINISTRATIVI E PERSONALE

pervenuta il 29/11/2022

esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla determinazione in esame e conferma l'**ASSENZA DI MOVIMENTI CONTABILI**

esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria della determinazione in esame e procede alla registrazione del movimento contabile ivi previsto

Accertamento/impegno	Capitolo	Bilancio di previsione
1526 - 1527 - 1528 - 1529 - 1530	U.2.02.01.05.000 - 22500	2022

Il Responsabile dell'Ufficio Contabilità

esprime **PARERE NEGATIVO** in ordine alla regolarità contabile della determinazione in esame per i motivi più oltre indicati.