

RICHIESTA DI CHIARIMENTO PROCEDURA NEGOZIATA NR. 3227751

Domanda n. 1:

Rif. LOTTO 4

Si richiede di verificare la possibilità di accettare la specifica della rumorosità inferiore a 58 dB(A) invece che inferiore a 50 db(A), in quanto per nostra conoscenza risulta incompatibile con la tecnologia che permette l'erogazione di azoto alla purezza di 99,999% o migliore, con compressore integrato e alla portata richiesta in gara.

Risposta:

Riteniamo accoglibile la richiesta di accettare una specifica di rumorosità < 58dB(A)