

**FORNITURA A N. 3 LOTTI DI STRUMENTAZIONE TECNICO SCIENTIFICA DA
DESTINARE AL DIPARTIMENTO RISCHI FISICI E TECNOLOGICI**

RDO 3318165

N. GARA 8781564

Richiesta chiarimento lotto 1

**n. 1 sonda spettrometrica a scintillazione per identificazione sorgenti e misura di
rateo di dose equivalente ambientale**

CIG 94724354A5

QUESITO LOTTO 1

E' derogabile il limite di peso imposto? Nel caso, sarebbe accettabile uno strumento avente peso pari a 2,5 kg?

RISPOSTA LOTTO 1

Il peso indicato per il lotto 1 all'art 4 del documento condizioni di fornitura, nel punto 1.2 **Peso: $\leq 1,5$ kg** non è derogabile poichè inserito tra i requisiti minimi irrinunciabili