

Procedura aperta ai sensi dell'art. 60, comma 1, del D.Lgs.50/2016, finalizzata all'aggiudicazione della fornitura a n.4 lotti di strumentazione tecnico scientifica da destinare al Dipartimento Rischi Fisici e Tecnologici

CHIARIMENTI LOTTO 1

DOMANDA:

Con la presente si chiede se il peso di 4Kg sia mandatorio poiché lo strumento che andremo a proporre è di 5.4 Kg
Per quanto riguarda la richiesta di conformità alla IP53: lo strumento che andremo a proporre sarà dotato di un case che lo protegge da pioggia e vento – chiediamo se possa essere accettabile.

RISPOSTA:

- a) Trattandosi di requisito minimo irrinunciabile previsto esplicitamente dal capitolato tecnico di gara, non è possibile accettare un peso diverso.
- b) In relazione alla richiesta di chiarimento di cui sopra si evidenzia che tali valutazioni potranno essere effettuate solo in fase di verifica dell'offerta al fine di vagliare se quanto proposto rispecchi il punto sotto riportato:

condizioni ambientali di utilizzo	Non soggetto ad intrusione di acqua e polveri (almeno certificazione IP53). Buona visibilità dello schermo in condizioni di diretta illuminazione solare
--	--

In particolare per la richiesta di conformità è necessario essere in possesso almeno di certificazione IP53 o migliorativa.

Il Dirigente Responsabile della Struttura Semplice
Acquisti Beni e Servizi

Dott. Massimo Boasso
Firmato in originale