

**PROCEDURA APERTA PER L'AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA A N. 5 LOTTI  
DISTINTI DI MISCELE DI GAS, GAS TECNICI ED ELIO PER LE DIVERSE SEDI DI  
ARPA PIEMONTE - GARA n. 9475194**

**QUESITI PERVENUTI AL 18.12.2023**

**QUESITO N.1** (15/12/2023)

Con riferimento al Lotto 4 si chiede di specificare:

- la tipologia di valvola delle bombole da 1 litro delle miscele di gas certificate RP;
- le misure massime accettabili del diametro delle bombole e della loro altezza, comprensiva di valvola;
- la pressione di carica delle bombole richiesta.

**RISPOSTA**

Primo quesito: per tutte le bombole Lotto 4 richiediamo valvola UNI che è lo standard europeo.

Secondo quesito: devono essere trasportate in una valigia simile a quella riportata con le seguenti dimensioni di ingombro: altezza 0,5 m x lunghezza 0,53 m x profondità 0,22 m. L'altezza utile delle bombole non dovrebbe superare i 38 cm e il diametro 10 cm. Qualora sia offerta una tipologia di bombole con manometro integrato, in tal caso la loro altezza potrebbe essere anche maggiore, ma dovrà essere ugualmente contenibile nella valigia; viceversa, se la fornitura fosse quella standard (manometro separato), allora l'altezza non dovrà superare quella sopra indicata (38 cm circa).



Terzo quesito: pressione richiesta su questa tipologia di bombole: 150 bar.

Il Dirigente della Struttura Semplice  
Massimo Boasso  
(firmato digitalmente)