

Procedura aperta ai sensi dell'art. 60, comma 1, del D.Lgs.50/2016, finalizzata all'aggiudicazione della fornitura a n.8 lotti di strumentazione tecnico scientifica da destinare alle Strutture di Arpa Piemonte

CHIARIMENTO LOTTO 8

DOMANDA:

Nel disciplinare di gara viene richiesto il Tempo complessivo di acquisizione analisi di un campione senza però dare ulteriori indicazioni sulle condizioni di lettura ad esempio il numero di repliche, tempo di integrazione, se con o senza autocampionatore, tempo di lavaggio, ecc.

Si chiede gentilmente dunque di indicare questi parametri in modo da dare una risposta corretta e poter poi valutare meglio le diverse strumentazioni offerte.

RISPOSTA:

La modalità di acquisizione adottata dovrebbe essere quella adeguata ad ottenere le prestazioni richieste dai requisiti minimi irrinunciabili con la configurazione indicata, compreso, ad esempio, l'autocampionatore. Si precisa che il criterio è riferito unicamente al tempo di acquisizione, ovvero non comprende il tempo di elaborazione successiva dei dati. In caso di dubbi, si raccomanda di specificare i tempi delle diverse fasi in modo che la commissione possa valutare dati confrontabili tra le diverse offerte.

Il Dirigente Responsabile della Struttura Semplice
Acquisti Beni e Servizi

Dott. Massimo Boasso