

**Procedura aperta ai sensi dell'art. 60, comma 1, del D.Lgs.50/2016, finalizzata all'aggiudicazione della fornitura a n.8 lotti di strumentazione tecnico scientifica da destinare alle Strutture di Arpa Piemonte**

#### **CHIARIMENTI LOTTO 4**

##### **DOMANDA:**

Per il punto: Quantitativi di materiali consumabili monouso (ad es. filtri) e solventi necessari per estrazione con celle di volume compreso tra 30 e 50 ml riempite con materiale inerte su tre cicli di estrazione con 3 statiche da 10 minuti da temperatura ambiente a 170°C  
Si richiede di definire: numero di campioni per estrazione e di indicare se l'estrazione da 3 statiche equivale ad un unico ciclo di estrazione composto da 3 statiche oppure 3 diversi cicli di estrazione composti da 3 statiche ciascuno?

##### **RISPOSTA:**

Il criterio indicato si riferisce ai materiali necessari per 1 campione su cui effettuare una procedura di estrazione costituita da 3 cicli distinti; ogni ciclo di estrazione deve prevedere 1 fase statica della durata di 10 minuti a 170°C.

Il Dirigente Responsabile della Struttura Semplice  
Acquisti Beni e Servizi  
Dott. Massimo Boasso