

A.R.P.A. PIEMONTE
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DEL PIEMONTE

“Procedura ai sensi dell’art.60 del D.Lgs. 50/2016, per la fornitura complessiva di n.2 sistemi automatici di pesatura dei filtri per la determinazione gravimetrica del PM10 e PM 2,5.
CIG 69117550AA

QUESITI PERVENUTI

DOMANDA: si richiedono chiarimenti in merito ai dettagli di analisi chimico fisiche richieste sui filtri dopo marcatura con inchiostro da voi indicato e prove conseguenti effettuate da Arpa.

RISPOSTA: il capitolato tecnico di gara, all’articolo 3, prevede che l’inchiostro utilizzato per l’effettuazione delle analisi abbia, tra le altre, la caratteristica di non contenere sostanze interferenti (nichel, cadmio, arsenico, piombo e benzo(a)pirene) e che tale caratteristica sia dimostrabile con analisi effettuate da Arpa sui filtri.

Si precisa che la dimostrazione dell’assenza delle sopra richiamate sostanze interferenti non è un’operazione a carico dell’offerente e che pertanto non deve essere preliminarmente effettuata.

Torino, lì 02/02/2017

Il Responsabile

del procedimento di gara

(Dott.ssa Rossana Maria Caterina GIANNONE)
Firmato in originale