

**Procedura negoziata con ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per la fornitura di n. 8 campionatori sequenziali di PM10 e PM 2,5 e servizio di manutenzione.  
Condizioni particolari di fornitura della RDO n. 1400345  
CIG 6853887679**

**Chiarimenti aggiornati al 16/11/2016**

Quesito	Risposta
Buongiorno.chiedete che la polizza fideiussoria sia firmata digitalmente.la firma deve essere dell'ente emittente (ossia del rappresentante della nostra agenzia assicurativa) oppure del nostro rappresentante legale (ossia di chi firma la gara)?Grazie e saluti.	Buonasera, come precisato dall'art. 3 punto 3 delle condizioni particolari di fornitura, la cauzione provvisoria deve essere firmata digitalmente dal soggetto emittente la medesima non dal Vostro legale rappresentante.
Quesito	Risposta
Buongiorno.che documento dobbiamo allegare alla voce PASSOE?grazie e saluti.	Il PASSOE è il documento rilasciato dal servizio ACV PASS da parte dell'ANAC. Le modalità di rilascio del PASSOE sono descritte, come indicato dall'art. 3 punto 2 delle condizioni particolari di fornitura, sul sito dell'Autorità nazionale anticorruzione, in particolare nei seguenti documenti: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Deliberazione del Consiglio dell'Autorità n. 111 del 20 dicembre 2012;</li> <li>• Indicazioni agli operatori economici per l'utilizzo del sistema AVCPASS di cui alla deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 del 16 dicembre 2013.</li> </ul>
Quesito	Risposta
Buongiorno, volevo sapere la differenza tra quello che richiedete al punto 2 a pagina 5 delle vostre condizioni particolari di fornitura e il vostro punto 5 a pagina 5 delle vostre condizioni particolari di fornitura. Grazie e saluti	Buongiorno, le allego un PASSOE ed un attestato di pagamento di un precedente affidamento come modello. In ogni caso le istruzioni per ottenere entrambi sono descritte sul sito dell'Autorità nazionale anticorruzione.



A.N.A.C.

Autorità Nazionale Anticorruzione

PASS OE



1900-3467-7882-8528

Gara: FORNITURA DI KIT CHIMICI DESTINATI AI LABORATORI DI ARPA PIEMONTE

#### Elenco dei Lotti cui si partecipa

633995478B	FORNITURA DI KIT CHIMICI DESTINATI AI LABORATORI DI ARPA PIEMONTE	€ 110.250,00
------------	---	--------------

#### Elenco degli operatori economici

Codice Fiscale	Operatore Economico monosoggettivo (art. 34, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 163/06)
----------------	--

Con la sottoscrizione del presente PASSOE si autorizza la Stazione Appaltante/Ente Aggiudicatore ad accedere ai dati e/o ai documenti ad esso associati, e si presta altresì pieno consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per le finalità cui al comma 3 dell'art. 6bis del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e nel rispetto dei criteri di pertinenza e non eccedenza rispetto alle suddette finalità.

#### Spazio Riservato alle sottoscrizioni

Operatore Economico con codice fiscale	Operatore Economico monosoggettivo (art. 34, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 163/06)	Sottoscrizione
--	--	----------------

**ATTENZIONE:** Il presente PASSOE dovrà essere inserito nella busta contenente la documentazione amministrativa (i.e., "Busta A", "Busta 1", ecc.) del plico di offerta relativo alle procedure di acquisto nei soli casi in cui si riferisce ad uno dei seguenti soggetti:

- Operatore economico monosoggettivo;
- Mandatario di un RTI, o consorzio ordinario o GEIE;
- Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro
- Consorzio fra imprese artigiane
- Consorzio stabile

Il presente documento dovrà essere sottoscritto in calce dal legale rappresentante o da un altro soggetto comunque abilitato ad impegnare l'Operatore Economico.

In caso di RTI, consorzio ordinario o GEIE, non ancora costituiti, il presente documento dovrà essere sottoscritto in calce dai legali rappresentanti (o da soggetti abilitati a impegnare i rispettivi enti) di tutti i soggetti partecipanti al raggruppamento o al consorzio.

In caso di RTI, consorzio ordinario o GEIE, già costituiti, il presente documento dovrà essere sottoscritto in calce dal legale rappresentante della sola mandataria (o da un altro soggetto comunque abilitato a impegnare la mandataria medesima).

In caso di Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro, Consorzio fra imprese artigiane o Consorzio stabile, il presente documento dovrà essere sottoscritto in calce dal legale rappresentante del consorzio medesimo (o da un altro soggetto comunque abilitato a



A.N.A.C.

Autorità Nazionale Anticorruzione  
Vigilanza Contratti Pubblici

# ATTESTAZIONE PAGAMENTO

Via Marco Minghelli, 10 - 00187 Roma

### Riepilogo dei dati utili per il pagamento

CODICE FISCALE OPERATORE ECONOMICO
CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG)
65990994C4
CODICE CONTRIBUTO
EE7750FAD5EC036
IMPORTO DEL CONTRIBUTO (*)
Euro : 20.00
DATA DI SCADENZA (*)
15/03/2016 12:00

L'operazione e' molto semplice:

Consegnare all'addetto dal punto vendita questo modello di pagamento contenente il codice a barre e quindi procedere al pagamento.

Al termine dell'operazione di pagamento sara' rilasciato uno **scontrino** valido come attestazione dell'avvenuto pagamento.

Per richieste di informazioni e chiarimenti il contact center dell'Autorità è disponibile al numero verde 800-896936 dal Lunedì al Venerdì dalle ore 08:00 alle ore 18:00

Numero Verde  
**800-896936**

Il pagamento del contributo puo' essere eseguito in una delle oltre 30.000 ricevitorie del Lotto e tabaccherie della rete Lottomatica Servizi distribuite su tutto il territorio nazionale. Il servizio e' attivo tutti i giorni!

Ecco il codice a barre da presentare al ricevitore



Cerca il punto vendita piu' vicino su [www.lottomaticaservizi.it](http://www.lottomaticaservizi.it)

Se il codice a barre non e' leggibile, inserire il seguente dato:  
CODICE CONTRIBUTO : EE7750FAD5EC036

(\*) Dato soggetto a variazione a seguito di rettifiche operate dalla stazione appaltante. Ogni variazione verra' comunicata a mezzo posta elettronica al richiedente il presente modello

**LOTTOMATICA**  
ITALIA SERVIZI



Quesito	Risposta
Buongiorno,nell'art. 5 pagina 7 del vostro capitolato speciale d'appalto (specifiche tecniche) vi chiediamo di specificare se i certificati di taratura dei misuratori di temperatura e pressione devono essere rilasciati da un centro ACCREDIA oppure no.	Sia i misuratori di temperatura che di pressione devono avere un certificato di taratura rilasciato da un laboratorio accreditato LAT Accredia.

<p>Buongiorno,ci potete comunicare l'importo esatto del bonifico che vi dobbiamo accreditare (come da punto 2 della pagina 6 delle vostre condizioni particolari di fornitura)?a tal fine specifichiamo che la nostra società è in possesso del sistema di qualità ISO 9001:2008.</p>	<p>In questo caso la cauzione provvisoria è pari all'1% dell'importo posto a base di gara. Poiché l'importo a base di gara IVA esclusa è di € 179.200,00 l'1% è 1.792,00. Quindi il bonifico è di € 1.792,00.</p>
<p><b>Quesito</b></p>	<p><b>Risposta</b></p>
<p>Buongiorno,si sottopongono le seguenti richieste di chiarimento.1. Si richiede di confermare che la fornitura e installazione della strumentazione dovrà avvenire entro il termine di 60 giorni a decorrere dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto, così come specificato all'ART. 9 DURATA DEL CONTRATTO del Capitolato Speciale d'Appalto - Allegato 1 alle Condizioni Particolari di Fornitura.2. Si richiede di confermare che, per il criterio di attribuzione del punteggio tecnico "PESO DELLO STRUMENTO", l'offerente deve esplicitare i seguenti valori: il "Peso dello strumento senza sistema per il mantenimento del contenitore dei filtri campionati ad una temperatura uguale o inferiore a 23°C" e il "Peso del sistema per il mantenimento del contenitore dei filtri campionati ad una temperatura uguale o inferiore a 23°C" .3. Si richiede di confermare che, per il criterio di attribuzione del punteggio tecnico "RUMOROSITÀ DELLO STRUMENTO DURANTE IL FUNZIONAMENTO", il punteggio sarà assegnato in base al valore del livello di pressione sonora a 8 metri.4. Si richiede di confermare che per mero errore di trascrizione nel Dettaglio Economico - Allegato 2 alle Condizioni Particolari di Fornitura è stata riportata per due volte l'operazione di manutenzione "Misura portata flusso di campionamento" da svolgersi con periodicità semestrale. Si richiede pertanto di confermare che, nella compilazione del dettaglio economico, l'importo IVA esclusa per questa operazione deve essere indicato una sola volta.In attesa di riscontro, si porgono i più distinti saluti</p>	<p>Si forniscono le seguenti risposte ai vostri chiarimenti.1. Si richiede di confermare che la fornitura e installazione della strumentazione dovrà avvenire entro il termine di 60 giorni a decorrere dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto, così come specificato all'ART. 9 DURATA DEL CONTRATTO del Capitolato Speciale d'Appalto - Allegato 1 alle Condizioni Particolari di Fornitura. SI2. Si richiede di confermare che, per il criterio di attribuzione del punteggio tecnico "PESO DELLO STRUMENTO", l'offerente deve esplicitare i seguenti valori: il "Peso dello strumento senza sistema per il mantenimento del contenitore dei filtri campionati ad una temperatura uguale o inferiore a 23°C" e il "Peso del sistema per il mantenimento del contenitore dei filtri campionati ad una temperatura uguale o inferiore a 23°C". No, il criterio è quello previsto dalla seconda riga della griglia di valutazione di cui all'art. 2 delle condizioni particolari di fornitura: peso dello strumento..3. Si richiede di confermare che, per il criterio di attribuzione del punteggio tecnico "RUMOROSITÀ DELLO STRUMENTO DURANTE IL FUNZIONAMENTO", il punteggio sarà assegnato in base al valore del livello di pressione sonora a 8 metri. Si conferma quanto indicato nella riga tre della griglia di valutazione di cui all'art. 2 delle condizioni particolari di fornitura.4. Si richiede di confermare che per mero errore di trascrizione nel Dettaglio Economico - Allegato 2 alle Condizioni Particolari di Fornitura è stata riportata per due volte l'operazione di manutenzione "Misura portata flusso di campionamento" da svolgersi con periodicità semestrale. Si richiede pertanto di confermare che, nella compilazione del dettaglio economico, l'importo IVA esclusa per questa operazione deve essere indicato una sola volta. Sì, è stato riportato erroneamente due volte.</p>
<p><b>Quesito</b></p>	<p><b>Risposta</b></p>
<p>Buongiorno, con riferimento alla RDO in oggetto, richiediamo cortesemente i seguenti chiarimenti:- Il capitolato speciale d'appalto prevede che i campionatori siano dotati di stampante da pannello incorporata. In considerazione delle più moderne tecnologie disponibili si richiede se siano accettati</p>	<p>Relativamente alla presenza della stampante, questa è richiesta dagli utilizzatori per avere un riscontro immediato da allegare al campionamento effettuato; pertanto è prevista a pena di esclusione come riportato nell'art. 5 del capitolato speciale al paragrafo "Per l'aspetto della comunicazione dovrà essere</p>

<p>campionatori non dotati di stampante ma di altra modalità di estrazione dei dati di campionamento, quale ad esempio memoria tipo SD estraibile in grado di memorizzare tutti i dati del campionamento e renderli disponibili agli operatori semplicemente inserendola in un qualsiasi personal computer. Tale soluzione garantisce una ottimizzazione in termini di aspetti ambientali (risparmio di carta), in termini di costi di gestione (nessun ricambio necessario nel tempo) ed in termini di operatività nel tempo ( un elemento in meno soggetto a potenziali rotture).- Il capitolato di gara prevede che la fornitura includa un servizio di manutenzione con interventi di pulizia ogni 15 giorni e indica le sedi dei dipartimenti provinciali quali siti di installazione. Si chiede di confermare che i campionatori saranno installati presso le sedi dei dipartimenti provinciali o altrimenti specificare che potranno essere installati, nei due anni di garanzia contrattuale, in postazioni differenti su tutto il territorio provinciale del dipartimento che avrà in carico il campionatore. - Richiediamo, infine, se c'è la possibilità di concedere una proroga dei termini di presentazione delle offerte.Ringraziando per l'attenzione, porgiamo cordiali saluti.</p>	<p>dotato...".Relativamente agli interventi di manutenzione questi dovranno essere effettuati o preventivamente alla campagna di monitoraggio (pulizia teste di prelievo quindicinale) oppure direttamente presso il sito di monitoraggio dello strumento se queste operazioni sono richieste dall'utilizzatore durante la campagna di monitoraggio stesso. Relativamente alla manutenzione correttiva se necessario dovrà essere effettuata direttamente sul sito di monitoraggio.I siti di monitoraggio possono ricadere nell'ambito provinciale dei dipartimenti che hanno in carico gli strumenti ovvero tutto il territorio regionale. Infine si precisa che il termine di presentazione delle offerte, pari a circa un mese, non verrà prorogato.</p>
<b>Quesito</b>	<b>Risposta</b>
<p>La presente per richiedere se la tabella indicata all'ART. 6 delle SPECIFICHE TECNICHE e nell'allegato 3 "dettaglio offerta economica" è vincolante. Nello specifico vorremmo sapere se alcune operazioni indicate possono essere escluse in quanto trattasi di operazioni comprese nel "normale" utilizzo della strumentazione e quindi a carico dell'utilizzatore.Vorremmo inoltre sapere se la frequenza di manutenzione ordinaria preventiva è vincolante oppure è a discrezione di quanto stabilito dalla DITTA/PRODUTTORE in funzione alle caratteristiche costruttive della macchina e in funzione dell'esperienza maturata nel tempo in merito alla manutenzione e alla necessità di verifica dei sensori.</p>	<p>Tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e preventiva riportate all'art. 6 devono essere effettuate dalla ditta aggiudicataria della fornitura e non sono quindi a carico di Arpa Piemonte, ragion per cui devono essere valorizzate in sede di presentazione dell'offerta economica.Relativamente alle frequenze di manutenzione ordinaria e preventiva, queste sono state ricavate da valori medi della strumentazione presente sul mercato e quindi si devono ritenere vincolanti; ove alcuni componenti o sensori fossero assenti non rientrano nelle frequenze di manutenzione indicate nella tabella di cui all'art. 6 del capitolato speciale.Distinti saluti</p>