

**PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 50/2016,
PER L'AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA A N. 6 LOTTI DI STRUMENTAZIONE
TECNICO-SCIENTIFICA DA DESTINARE AI LABORATORI DI ARPA PIEMONTE**

QUESITI LOTTO 1

**N. 1 (UNO) ICP MS (SPETTROMETRO DI MASSA A QUADRUPOLO CON SORGENTE DI IONI
AL PLASMA ACCOPPIATO INDUTTIVAMENTE**

DOMANDA n. 1

Con riferimento alla procedura in oggetto, e più precisamente a quanto previsto all'art. 17.1 del disciplinare di gara, relativamente ai criteri di valutazione di cui al punto 13 di pag 32 del disciplinare di gara (**criteri di valutazione**) Viene richiesto quanto sotto riportato:

*“Premesso che le **equazioni di correzione di interferenza** intervengono con una correzione matematica inter-elemento, confermate che la dicitura **“senza l'uso di equazioni di correzione”** si riferisce all'assenza di intervento di correzione matematica inter-elemento che il software applicherebbe in questa particolare situazione analitica per la risoluzione del contributo delle doppie cariche di Nd e Sm su As ?”*

RISPOSTA

quanto richiesto è da intendersi come parametro di confronto della risoluzione del picco dell'arsenico rispetto agli interferenti valutando la scansione di massa 74-92amu del campione con e senza aggiunta del metallo. La richiesta di non applicare correzioni è finalizzata a una valutazione comparativa della risposta minima ottenibile con lo strumento indipendentemente dagli algoritmi utilizzabili per ottimizzare la misura.

Il Dirigente della Struttura Semplice
“ Acquisti beni e servizi”

(Rossana Maria Caterina Giannone)