

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART.60, COMMA 1, DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A N.6 LOTTI DI STRUMENTAZIONE TECNICO SCIENTIFICA DA DESTINARE AI LABORATORI DI ARPA PIEMONTE.

Verbale tecnico

LOTTO 2 N. 1 (uno) Cromatografo ionico con auto campionatore

Destinazione: Laboratorio di Grugliasco

L'anno 2018, il giorno 15 del mese di giugno alle ore 10:25 presso una sala del IV piano della palazzina E1, all'interno della sede legale di Arpa Piemonte, sita in Torino, via Pio VII, 9, si procede alla verifica tecnica per l'affidamento della fornitura di **n. 1 Cromatografo ionico con autocampionatore**

La scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata per le ore **12,00 del giorno 12.04.2018.**

Alla scadenza sopra indicata sono pervenute le seguenti offerte:

- Metrohm Italiana Srl, prot. 31532 del 11/04/2018;
- ThermoFisher Scientific S.p.A. prot. 31775 del 12/04/2018;

Nella seduta pubblica (tenutasi in data 13.04.2018 h. 08:30) si è proceduto all'apertura del plico "A" relativo alla documentazione amministrativa al fine di verificarne la completezza e la conformità

Come disposto nell'art. 17 del Disciplinare di gara il criterio di aggiudicazione fissato è quello dell'"offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/ prezzo ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 **previo accertamento della rispondenza dell'offerta tecnica alle specifiche tecniche fissate dal capitolato**

Nel rispetto dell'art.77 del D.Lgs. 50/2016, si è proceduto alla nomina delle Commissioni giudicatrici con determinazione 418 del 25.05.2018 che, nel caso di specie (LOTTO 2) risulta essere la seguente:

Presidente Dott. Marco Fontana;
Commissario Sig.ra Liliana Curino;
Commissario Dott.ssa Enrica Pipino;

Nella seduta pubblica (tenutasi in data 15.06.2018 h. 09:45) si è proceduto all'apertura del plico "B" contenente la documentazione tecnica al fine di verificare la presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

Nella seduta odierna, la Commissione, in seduta riservata, si riunisce per la verifica e valutazione delle offerte tecniche pervenute

si procede, alla rispondenza dell'offerta tecnica alle specifiche minime fissate sul capitolato.

Metrohm Italiana Srl

Dall' esame dell'offerta prevenuta si evince quanto segue:

in merito al punto 5.8 "Analisi cationi analisi cationi Lo strumento deve garantire il fattore di risoluzione ($R > 1.0$) tra Sodio e Ammonio anche con un rapporto di concentrazione 1000 a 1 per tutto l'intervallo di concentrazione indicato. Il test deve essere eseguito con la colonna proposta per la determinazione di tutti i cationi richiesti (vedi punto 5.4), con volumi di iniezione compresi tra 25 e 50 microlitri" non risulta chiaro se:

le prestazioni dichiarate in relazione al fattore di risoluzione sodio/ammonio sono state ottenute per la colonna proposta per la determinazione di tutti i cationi con i volumi di iniezione previsti

Thermo Fisher Scientific S.p.A

Dall' esame dell'offerta prevenuta si evince che tutte le specifiche di minima previste nel capitolato tecnico, risultano rispettate

SI RITIENE L'OFFERTA TECNICA PRESENTATA DALLA DITTA Thermo Fisher Scientific S.p.A CONFORME

Per quanto riguarda invece le dichiarazioni e /o documentazioni contenenti le informazioni necessarie per la valutazione tecnica (art. 17 del Disciplinare di gara") si evidenzia quanto segue:

- Allegato 5/A punto 8 "Prodotti consumabili" , nella colonna "Offerta presentata" si fa riferimento ad un Allegato C che non risulta presente tra la documentazione tecnica
- Allegato 5/A punto 9 "Prodotti consumabili" non risulta chiaro se l'autocampionatore è predisposto per l'utilizzo di contenitori porta campioni non dedicati oppure se può montare esclusivamente contenitori della stessa tipologia di strumento offerto.

Si ritiene opportuno, per una corretta valutazione dell'offerta, richiedere alle Ditte **Metrohm Italiana Srl e ThermoFisher Scientific S.p.A** i chiarimenti succitati demandando a tal proposito l'Ufficio Acquisti.


La Commissione incaricata decide di ritrovarsi immediatamente dopo il termine posto alle Ditte per fornire il chiarimento succitato.

La seduta si chiude alle ore 11:00

Torino 15/06/2018

Letto, confermato e sottoscritto

Dott. Marco Fontana (Presidente)



Sig.ra Liliana Curino (Commissario)



Dott.ssa Enrica Pipino (Commissario)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Enrica Pipino', is written over a horizontal line.