

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART.60, COMMA 1, DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A N.6 LOTTI DI STRUMENTAZIONE TECNICO SCIENTIFICA DA DESTINARE AI LABORATORI DI ARPA PIEMONTE.

Verbale tecnico seconda seduta

LOTTO 2 N. 1 (uno) Cromatografo ionico con auto campionatore

Destinazione: Laboratorio di Grugliasco

In relazione alla fornitura in oggetto si evidenzia che in data 15.06.2018, si è riunita presso una sala del IV piano della palazzina E1, all'interno della sede legale di Arpa Piemonte, sita in Torino, via Pio VII, 9 la Commissione giudicatrice sotto riportata:

Presidente Dott. Marco Fontana presente in videoconferenza;

Commissario Sig.ra Liliana Curino;

Commissario Dott.ssa Enrica Pipino;

per l'accertamento della rispondenza delle offerte tecniche pervenute rispetto alle specifiche tecniche fissate dal capitolato e successiva valutazione, trattandosi di offerte da aggiudicare sulla base del miglior rapporto qualità/ prezzo ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016,

Sono pervenute n. 2 offerte dai seguenti operatori economici

- Metrohm Italiana Srl, prot. 31532 del 11/04/2018;
- ThermoFisher Scientific S.p.A. prot. 31775 del 12/04/2018;

La seduta si è conclusa alle h. 11 e non si è potuto procedere alla fissazione dei criteri qualitativi poiché per entrambe le offerte pervenute è apparso opportuno richiedere alcune precisazioni.

Con note prot. nn. 55387 e 55388 del 22.06.2018 a firma del Responsabile della Struttura semplice Acquisti beni e servizi, sono stati posti ai suddetti operatori economici i chiarimenti necessari.

Le ditte hanno fatto pervenire le risposte nei termini richiesti.

Nella seduta odierna in data 16/07/2018

si procederà pertanto, con la verifica delle risposte pervenute e se esaustive, con la valutazione delle offerte da aggiudicare sulla base del miglior rapporto qualità/ prezzo ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016

Metrohm Italiana Srl

E' stato richiesto il seguente chiarimento

in merito al punto 5.8 "Analisi cationi - Lo strumento deve garantire il fattore di risoluzione ($R > 1.0$) tra Sodio e Ammonio anche con un rapporto di concentrazione 1000 a 1 per tutto l'intervallo di concentrazione indicato. Il test deve essere eseguito con la colonna proposta per la determinazione di tutti i cationi richiesti (vedi punto 5.4), con volumi di iniezione compresi tra 25 e 50 microlitri" non risulta chiaro se:

le prestazioni dichiarate in relazione al fattore di risoluzione sodio/ammonio sono state ottenute per la colonna proposta per la determinazione di tutti i cationi con i volumi di iniezione previsti

La risposta che ha fatto pervenire l'operatore economico succitato, appare esaustiva.

SI RITIENE L'OFFERTA TECNICA PRESENTATA DALLA DITTA METROHM ITALIANA SRL CONFORME

Thermo Fisher Scientific S.p.A

Pur dichiarando la conformità in merito alle specifiche tecniche previste nella documentazione di gara, sono stati richiesti i seguenti chiarimenti in merito alle dichiarazioni e /o documentazioni contenenti le informazioni necessarie per la valutazione tecnica (art. 17 del Disciplinare di gara”).

In particolare è stato richiesto quanto segue:

nell'Allegato 5/A punto 8 “Prodotti consumabili” , nella colonna **“Offerta presentata”** si fa riferimento ad un Allegato C che non risulta presente tra la documentazione tecnica..

nell'Allegato 5/A punto 9 “Prodotti consumabili” non risulta chiaro se l'autocampionatore è predisposto per l'utilizzo di contenitori porta campioni non dedicati oppure se può montare esclusivamente contenitori della stessa tipologia di strumento offerto.

In merito alle risposte pervenute, si evidenzia quanto segue:

- Relativamente a quanto indicato **nell'Allegato 5/A punto 9 “Prodotti consumabili, la risposta appare esaustiva**, operatore economico ha infatti confermato quanto richiesto di precisare.
- Relativamente a quanto indicato **nell'Allegato 5/A punto 8 “Prodotti consumabili**, è stato presentato l'Allegato C che però risulta ancora carente di un'informazione.

Nello specifico non risulta presente l'indicazione della lista materiali, quantitativi e prezzi di fornitura annuale.

Trattasi di prezzi da considerarsi vincolanti per assegnazioni dirette o come base d'asta per eventuali acquisti nei due anni successivi

A seguito di ulteriore verifica in corso di seduta, è emerso un ulteriore dubbio, sempre in merito alle dichiarazioni e /o documentazioni contenenti le informazioni necessarie per la valutazione tecnica (art. 17 del Disciplinare di gara”) **nell'Allegato 5/A punto 4 “Prestazioni Strumento”** non si evince il cromatogramma comprensivo di tutti gli analiti richiesti per la verifica dei tempi analitici e le prestazioni per gli ioduri.

Si ritiene opportuno, richiedere alla **Ditta ThermoFisher Scientific S.p.A** i chiarimenti succitati demandando a tal proposito l'Ufficio Acquisti.

La Commissione incaricata decide di ritrovarsi immediatamente dopo il termine posto alle Ditte per fornire il chiarimento suddetto

La seduta si apre alle ore 11:00 e si chiude alle ore 12:00

Torino 16/07/2018

Letto, confermato e sottoscritto

Dott. Marco Fontana (Presidente)

Sig.ra Lilliana Curino (Commissario)

Enrica Pipino

Dott.ssa Enrica Pipino (Commissario)

Enrica Pipino
