

**PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART.60, COMMA 1, DEL D.LGS. 50/2016 PER
L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A N.6 LOTTI DI STRUMENTAZIONE TECNICO
SCIENTIFICA DA DESTINARE AI LABORATORI DI ARPA PIEMONTE.**

Verbale tecnico

LOTTO 6: N. 1 (uno) MICROSCOPIO ELETTRONICO A SCANSIONE (SEM) E MICROANALISI EDS
Destinazione: Polo Amianto Grugliasco

L'anno 2018, il giorno 10 del mese di luglio, alle ore 10:00 presso una sala del IV piano della palazzina E1, all'interno della sede legale di Arpa Piemonte, sita in Torino, via Pio VII, 9, si procede alla verifica tecnica per l'affidamento della fornitura di **n. 1 microscopio elettronico a scansione (SEM) e microanalisi EDS**

La scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata **per le ore 12,00 del giorno 12.04.2018.**

Alla scadenza sopra indicata sono pervenute le seguenti offerte:

- Jeol Italia S.p.A., prot. 31780 del 12/04/2018;
- Zeiss S.p.A. prot. 31792 del 12/04/2018;
- Assing S.p.A. prot. 31821 del 12/04/2018;

Nella seduta pubblica (tenutasi in data 13.04.2018 h. 08:30) si è proceduto all'apertura del plico "A" relativo alla documentazione amministrativa al fine di verificarne la completezza e la conformità

Come disposto nell'art. 17 del Disciplinare di gara il criterio di aggiudicazione fissato è quello dell'"offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/ prezzo ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 **previo accertamento della rispondenza dell'offerta tecnica alle specifiche tecniche fissate dal capitolato**

Nel rispetto dell'art.77 del D.Lgs. 50/2016, si è proceduto alla nomina delle Commissioni giudicatrici con determinazione 418 del 25.05.2018 che, nel caso di specie (LOTTO 5) risulta essere la seguente:

Presidente Claudio Trova;
Commissario: Daniele Denti
Commissario Arduino Ferri

Nella seduta pubblica (tenutasi in data 06.06.2018 h. 11:00) si è proceduto all'apertura del plico "B" contenente la documentazione tecnica al fine di verificare la presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

Nella seduta odierna, la Commissione, in seduta riservata, si riunisce per la verifica e valutazione delle offerte tecniche pervenute

si procede, alla rispondenza dell'offerta tecnica alle specifiche minime fissate sul capitolato.

Jeol Italia S.p.A

Dall' esame dell'offerta prevenuta si evince quanto segue:

SI RITIENE CHE L'OFFERTA TECNICA PRESENTATA DALLA DITTA Jeol Italia S.p.A rispetti i requisiti minimi previsti nel capitolato tecnico ma è presente una difformità nella relazione tecnica n. OFF/V/003 /18FV per la quale è necessario chiedere una conferma.

Nello specifico, nella suddetta relazione, si fa riferimento sia ad un microscopio elettronico modello SEM JSM – IT500A che ad un modello SEM JSM – IT500LA. Si ritiene opportuno richiedere quindi un chiarimento.

Per quanto riguarda invece le dichiarazioni e /o documentazioni contenenti le informazioni necessarie per la valutazione tecnica (art. 17 del Disciplinare di gara”) si evidenzia quanto segue: in merito ai punti 9 / 10 / 11 “*Possibilità di ottenere immagini nitide di campioni di fibre di amianto con diametri di 50 nm o inferiori (da comprovare in fase di presentazione dell'offerta con apposita dichiarazione) (punto p) scheda tecnica)*”, è stato richiesto ai fini della valutazione l'indicazione di tutti i parametri di acquisizione delle immagini (WD, I probe, EHT, marker di misura).

Dei suddetti non è stato indicato il valore di I probe.

Zeiss S.p.A

Dall' esame dell'offerta prevenuta si evince quanto segue:

SI RITIENE L'OFFERTA TECNICA PRESENTATA DALLA DITTA Zeiss S.p.A CONFORME

Assing S.p.A.

Dall' esame dell'offerta prevenuta si evince quanto segue:

nel capitolato tecnico

in merito al punto d) Ingrandimento minimo garantito almeno 25X, l'operatore economico va ad indicare un ingrandimento minimo di 2X. Non è chiaro se l'ingrandimento è ottenuto in microscopia elettronica o dalla visione con telecamera.

In merito al punto m) software comprensivo di....., nella Vs relazione tecnica al punto 15, Image snapper, non si evince se la suddivisione automatica in campi separati in un'area selezionata e loro memorizzazione..... è possibile solo su immagini acquisite o anche live.

Si ritiene opportuno, per una corretta valutazione dell'offerta, richiedere alle Ditte **Jeol Italia S.p.A** Ed **Assing S.p.A.** chiarimenti succitati demandando a tal proposito l'Ufficio Acquisti.

La Commissione incaricata decide di ritrovarsi immediatamente dopo il termine posto alle Ditte per fornire il chiarimento succitato

La seduta si chiude alle ore 15,50

Torino 10/07/2018

Letto, confermato e sottoscritto

Dott. Claudio Trova (Presidente)

(Commissario) Daniele Denti

(Commissario) Arduino Ferri