

**PROGETTO "CEM" - PROGRAMMA DI CONTRIBUTI PER IL MONITORAGGIO CEM DI CUI AL  
DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE DEL 14/07/2016 " – [COD. PROGETTO 16\_09]  
FORNITURA A N. 10 LOTTI DI STRUMENTAZIONE PER LA MISURA DI CAMPI ELETTRICI,  
MAGNETICI ED ELETTROMAGNETICI  
(CUP ASSEGNATO AL PROGETTO E69I16000140001)**

**Verbale idoneità tecnica  
Seduta riservata N° 1 del 09 febbraio 2018**

L'anno 2018, il giorno 09 del mese di febbraio, alle ore 10:00 presso una sala del IV piano della palazzina E1, all'interno della sede legale di Arpa Piemonte, sita in Torino, via Pio VII, 9, si procede alla prima seduta riservata relativa alla procedura in oggetto.

La scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata per le ore 12,00 del giorno 19.12.2017.

Alla scadenza sopra indicata sono pervenute le offerte dei sotto riportati operatori economici:

- Lepacom Srl prot.109895 del 18/12/2017 (partecipa per i lotti 1 / 3 / 6)
- DQM Srl prot. 109852 del 18/12/2017 (partecipa per i lotti 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 9 / 10)
- Delo Instruments prot. 109713 del 18/12/2017 (partecipa per i lotti 3 / 5 / 10)

In data 20.12.2017 h. 8:30, si è tenuta la seduta pubblica per la verifica della completezza e la conformità rispetto a quanto richiesto nei documenti di gara, al fine di ammettere i partecipanti alla fase successiva della gara (verifica e valutazione delle offerte tecniche, da effettuarsi in seduta riservata, a cura della Commissione giudicatrice).

Le Ditte DQM Srl e Delo Instruments sono state ammesse nella suddetta seduta, alla fase successiva della gara, per la Ditta Lepacom Srl, è stato invece necessario ricorrere al soccorso istruttorio per un'integrazione documentale. L'ammissione al prosieguo della procedura è pertanto avvenuta con successiva seduta pubblica del 17.01.2018.

Come disposto nell'art. 7 del Disciplinare di gara il criterio di aggiudicazione fissato per i diversi lotti è:

**Lotti 5 / 6 / 7 / 8 / 9** criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art.95 comma 4 punto b) del D.LGS 50/2016 previo accertamento della rispondenza dell'offerta tecnica alle specifiche tecniche fissate nel Capitolato.

**Lotti 1 / 2 / 3 / 4 / 10** verrà aggiudicata, criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 3 del D.Lgs.50/2016, previo accertamento della rispondenza dell'offerta tecnica alle specifiche tecniche fissate nel Capitolato.

Ai sensi dell' art.77 del D.Lgs. 50/2016 per le offerte di cui ai **Lotti 1 / 2 / 3 / 4 / 10** si è proceduto alla nomina della Commissione avvenuta con Determinazione Dirigenziale n.3 del 18/01/2018.

la suddetta Commissione tecnica, risulta essere così costituita:

- Dott. Mauro Magnoni (Presidente)
- Sig. Polesel Massimo (Commissario)
- Dott.ssa Sara Adda (Commissario)

Si evidenzia altresì che, la funzione di segretario verbalizzante è a cura dello stesso Presidente di Commissione

La Commissione apre la seduta procedendo con la disamina della documentazione tecnica relativa ai Lotti 5 / 6 / 7 / 8 / 9 da aggiudicare con il criterio del minor prezzo.

**LOTTO 5 CIG. 72725688F6 - N. 5 ANALIZZATORI DI SPETTRO PALMARI CON ANTENNA  
PER IDENTIFICAZIONE SEGNALI RADIOFREQUENZA  
OFFERTE PERVENUTE N. 2**

Verifica offerta operatore economico DQM srl

L'offerta tecnica presentata dall'operatore economico succitato è così costituita:

- Modello di offerta tecnica allegato 5 A – pagg. 4
- Materiale illustrativo: Brochure Scheda tecnica – pagg.10
- Chiavetta USB

Dall'esame dell'offerta prevenuta si evince che l'offerta presentata non rispecchia tutte le caratteristiche indicate nel capitolato tecnico.

In particolare in merito all' **Antenna Direttiva** punto 16 Intervallo di frequenza: almeno da 800MHz a 6GHz (per effettuazione misure di tutti segnali di telefonia e trasmissione dati)

Le incongruenze riscontrate sono le seguenti:

- ✓ L'offerta presentata è relativa ad antenna telescopica e non direttiva;
- ✓ L'intervallo di frequenza è 30MHz – 2GHz

**SI RITIENE L'OFFERTA PRESENTATA DALLA DITTA DQM SRL NON CONFORME**

Verifica offerta operatore economico Delo Instruments

L'offerta tecnica presentata dall'operatore economico succitato è così costituita:

- Modello di offerta tecnica allegato 5 A – pagg. 6
- Materiale illustrativo: Brochure Scheda tecnica – pagg.10
- CD

Dall' esame dell'offerta prevenuta si evince che tutte le specifiche di minima previste nel capitolato tecnico risultano rispettate

**SI RITIENE L'OFFERTA PRESENTATA DALLA DITTA DELO INSTRUMENTS CONFORME**

**LOTTO 6 CIG 7272625800 - N. 5 MISURATORI DI CAMPO MAGNETICO A BASSA  
FREQUENZA CON SONDA TRIASSIALE E DATALOGGER PER ACQUISIZIONE  
PROLUNGATA NEL TEMPO, CORREDATO DI SOFTWARE DI GESTIONE PER  
TRASFERIMENTO ED ELABORAZIONE DATI  
OFFERTE PERVENUTE N. 2**

Verifica offerta operatore economico Lepamom Srl

L'offerta tecnica presentata dall'operatore economico succitato è così costituita:

- Modello di offerta tecnica allegato 5 A – pagg. 4
- Materiale illustrativo: Brochure Scheda tecnica – pagg.4
- Chiavetta USB

Dall' esame dell'offerta prevenuta si evince che l'offerta presentata non rispecchia tutte le caratteristiche indicate nell'allegato 3 Schede tecniche lotti 10.

In particolare in merito al punto: Intervallo dinamico: almeno da 10nT a 300µT

Le incongruenze riscontrate sono le seguenti:

**Lo strumento proposto ha intervallo dinamico a partire da 50nT.**

**SI RITIENE L'OFFERTA PRESENTATA DALLA DITTA LEPACOM SRL NON CONFORME**

Verifica offerta operatore economico DQM srl

L'offerta tecnica presentata dall'operatore economico succitato è così costituita:

- Modello di offerta tecnica allegato 5 A – pagg. ;8
- Materiale illustrativo: Brochure Scheda tecnica – 4
- Chiavetta USB

Dall' esame dell'offerta prevenuta si evince che l'offerta presentata non rispecchia tutte le caratteristiche indicate nel capitolato tecnico

In particolare in merito al punto **misuratore compatto (utilizzabile anche come dosimetro personale), con sonda di campo magnetico interna**

Le incongruenze riscontrate sono le seguenti:

**Lo strumento è una centralina di monitoraggio da montare su supporto, e non risulta quindi di dimensioni compatte, né utilizzabile come dosimetro personale.**

**SI RITIENE L'OFFERTA PRESENTATA DALLA DITTA DQM SRL NON CONFORME**

**LOTTO 9 CIG 727265726 - N. 1 CELLA TEM  
OFFERTE PERVENUTE N. 1**

Verifica offerta operatore economico DQM srl

L'offerta tecnica presentata dall'operatore economico succitato è così costituita:

- Modello di offerta tecnica allegato 5 A – pagg. 3
- Materiale illustrativo: Brochure Scheda tecnica – pagg.7
- Chiavetta USB

**SI RITIENE L'OFFERTA PRESENTATA DALLA DITTA DQM SRL CONFORME**

La Commissione prosegue con la verifica delle specifiche di minima relative ai **Lotti 1 / 2 / 3 / 4 / 10** criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, **individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo** ai sensi dell'art. 95 comma 3 del D.Lgs.50/2016.

**LOTTO 1 CIG 7272490898 - N°1 MISURATORE CON SONDE DI CAMPO ELETTRICO E  
MAGNETICO NELL' INTERVALLO DELLE BASSE FREQUENZE CON ANALISI PICCO  
PONDERATO E NELL'INTERVALLO DELLE RADIOFREQUENZE E MICROONDE  
OFFERTE PERVENUTE N. 3**

Verifica offerta operatore economico Lepacom Srl

- Modello di offerta tecnica allegato 5 A – pagg. 4
- Materiale illustrativo: Brochure Scheda tecnica – pagg.5
- Chiavetta USB

Dall' esame dell'offerta prevenuta si evince che l'offerta presentata non rispecchia tutte le caratteristiche indicate nel capitolato tecnico

In particolare in merito al punto **Intervallo dinamico campo elettrico: (2a LF – almeno da 1V/m a 50kV/m)**

Le incongruenze riscontrate sono le seguenti:

**La sonda di campo elettrico proposta ha un intervallo dinamico da 20 V/m a 20 kV/m**

**SI RITIENE L'OFFERTA PRESENTATA DALLA DITTA LEPACOM SRL NON CONFORME**

Verifica offerta operatore economico DQM srl

L'offerta tecnica presentata dall'operatore economico succitato è così costituita:

- Modello di offerta tecnica allegato 5 A – pagg. ;11
- Materiale illustrativo: Brochure Scheda tecnica – 8
- Chiavetta USB

**SI RITIENE L'OFFERTA PRESENTATA DALLA DITTA DQM SRL CONFORME**

**LOTTO 2 CIG 7272517EDE - N. 1 MISURATORE BANDA LARGA DI CAMPI  
ELETTROMAGNETICI A RADIOFREQUENZA CORREDATO DI SERIE DI SONDE PER CAMPO  
ELETTRO E DI SOFTWARE DI INTERFACCIA  
OFFERTE PERVENUTE N. 1**

Verifica offerta operatore economico DQM srl

L'offerta tecnica presentata dall'operatore economico succitato è così costituita:

- Modello di offerta tecnica allegato 5 A – pagg. 7
- Materiale illustrativo: Brochure Scheda tecnica – pagg. 10
- Chiavetta USB

dalla documentazione fornita, non sono chiare alcune indicazioni rispetto alle prescrizioni indicate nel capitolato speciale d'appalto e sotto riportate:

- *Certificato di taratura accreditato (Accredia o similari), almeno per i seguenti valori di ampiezza e frequenza. In particolare 8b. Sonda campo elettrico 100MHz – 40GHz  
Frequenze: 1GHz, 3GHz, 6GHz, 15GHz, 30GHz\_Ampiezza: 6V/m*

Si ritiene opportuno, per una corretta valutazione delle offerte, richiedere alla Ditta DQM S.r.l. il seguente chiarimento: La proposta non esplicita con sufficiente chiarezza le frequenze di taratura, ed in particolare la possibilità di taratura alla frequenza di 30GHz. Si prega di specificare, in modo da poter verificare l'effettiva rispondenza a quanto richiesto, demandando l'Ufficio Acquisti a procedere in tal senso.

**LOTTO 3 CIG 72725412B0 - N. 1 MISURATORE BANDA LARGA DI CAMPO ELETTRO A  
RADIOFREQUENZA  
OFFERTE PERVENUTE N. 3**

Verifica offerta operatore economico LEPACOM srl

- Modello di offerta tecnica allegato 5 A – pagg. 4
- Materiale illustrativo: Brochure Scheda tecnica – pagg. 3
- Chiavetta USB

**L'OFFERTA PRESENTATA DALLA DITTA LEPACOM SRL rispecchia i requisiti minimi previsti nel capitolato**

Verifica offerta operatore economico DQM srl

- Modello di offerta tecnica allegato 5 A – pagg. 6
- Materiale illustrativo: Brochure Scheda tecnica – pagg. 8
- Chiavetta USB

**L'OFFERTA PRESENTATA DALLA DITTA DQM SRL rispecchia i requisiti minimi previsti nel capitolato**

Verifica offerta operatore economico Delo Instruments Srl

- Modello di offerta tecnica allegato 5 A – pagg. 10

- Materiale illustrativo: Brochure Scheda tecnica – pagg.4
- CD

**L'OFFERTA PRESENTATA DALLA DITTA DELO INSTRUMENTS SRL rispecchia i requisiti minimi previsti nel capitolato**

La Commissione procede con la comparazione qualità/prezzo, i cui risultati sono i seguenti:

CRITERIO BASE	PUNTI PREMIALI	OFFERTA PRESENTATA		
		Lepacom Srl	DQM Srl	Delo Instr.
<b>Caratteristiche dei sensori e incertezza strumentale Linearità</b> (per livelli di campo superiori a 3V/m): minore o uguale a $\pm 0.5\text{dB}$ (Punto 3a scheda tecnica componente 3)	<b>PUNTI 0</b> all'offerta con caratteristiche pari a quelle minime richieste	0		0
	<b>PUNTI 10</b> all'offerta che presenta linearità sensore di campo elettrico <b>Minore o uguale a <math>\pm 0.3\text{dB}</math></b>		10	
	<b>PUNTI 20</b> all'offerta che presenta linearità sensore di campo elettrico <b>Minore o uguale a <math>\pm 0.2\text{dB}</math></b>			
<b>Intervallo dinamico:</b> almeno da 0.5 V/m a 100 V/m (Punto 2 scheda tecnica componente 3)	<b>PUNTI 0</b> all'offerta con caratteristiche pari a quelle minime richieste			
	<b>PUNTI 5</b> all'offerta che presenta intervallo dinamico <b>almeno da 0,5 V/m a 200 V/m</b>			
	<b>PUNTI 10</b> all'offerta che presenta che presenta intervallo dinamico <b>almeno da 0,5 V/m a 300 V/m</b>	10		

*[Handwritten signatures and initials on the right side of the table]*

	<b>PUNTI 15</b> all'offerta che presenta che presenta intervallo dinamico almeno da 0,5 V/m a 350 V/m		<b>15</b>	<b>15</b>
--	---	--	-----------	-----------

<b>Caratteristiche dei sensori e incertezza strumentale</b> <b>Piattezza in frequenza:</b> minore o uguale a $\pm 2.5$ dB <b>(Punto 3b scheda tecnica componente 3)</b>	<b>PUNTI 0</b> all'offerta con caratteristiche pari a quelle minime richieste	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>PUNTI 10</b> all'offerta che presenta piattezza in frequenza sensore di campo elettrico (tra 80MHz e 4GHz): minore o uguale a $\pm 1.5$ dB			<b>10</b>
<b>Batterie ricaricabili</b> <b>(Punto 4b scheda tecnica componente 3)</b>	<b>PUNTI 0</b> all'offerta con caratteristiche pari a quelle minime richieste		<b>0</b>	
	<b>PUNTI 10</b> all'offerta che presenta Possibilità di agevole sostituzione (anche in campo)			
	<b>PUNTI 20</b> all'offerta che presenta Possibilità di agevole sostituzione (anche in campo) con batterie di formati commerciali standard	<b>20</b>		<b>20</b>
<b>Connettore fibra ottica per controllo remoto/eventuale connessione repeater</b>	Verranno assegnati:  Verranno assegnati: <b>PUNTI 0</b> all'offerta con caratteristiche pari a quelle minime richieste			

*acc*  
*SK*

	PUNTI 2 all'offerta con connettore fibra ottica posizionato in modo da non interferire con fissaggio al treppiede			
	PUNTI 5 all'offerta con connettore fibra ottica posizionato su lato diverso da attacco di fissaggio al treppiede	5	5	5
<b>TOTALE</b>		<b>35</b>	<b>30</b>	<b>50</b>

**LOTTO 4 CIG 7272550A1B - N° 1 ANALIZZATORE SELETTIVO DI CAMPO ELETTRICO A RADIOFREQUENZA CON DECODIFICA UMTS ED LTE, CORREDATO DI ANTENNA TRIASSIALE E SOFTWARE DI INTERFACCIA  
OFFERTE PERVENUTE N. 1**

- Modello di offerta tecnica allegato 5 A – pagg. 10
- Materiale illustrativo: Brochure Scheda tecnica – pagg.20
- Chiavetta USB

**SI RITIENE L'OFFERTA PRESENTATA DALLA DITTA DQM SRL CONFORME**

**LOTTO 10 CIG 7272671DF4 N° 1 AMPLIFICATORE RF A STATO SOLIDO  
OFFERTE PERVENUTE N. 2**

Verifica offerta operatore economico DQM srl

- Modello di offerta tecnica allegato 5 A – pagg. 5
- Materiale illustrativo: Brochure Scheda tecnica – pagg.2
- Chiavetta USB

Rispetto a quanto indicato nel capitolato tecnico, dall' esame dell'offerta prevenuta non appaiono evidenti i punti 4 **Regolazione guadagno**: e punto 9 **Segnali spuri**: max -60 dBc

Le incongruenze riscontrate sono le seguenti:

- **Non è dichiarata la possibilità di regolazione del guadagno (che dalle specifiche fornite risulta con valore fisso)**
- **Manca dichiarazione su livello segnali spuri, che costituisce parametro di qualità essenziale per l'attività di taratura a cui lo strumento verrà dedicato**

**SI RITIENE L'OFFERTA PRESENTATA DALLA DITTA DQM SRL NON CONFORME**

Verifica offerta operatore economico Delo Instruments Srl

- Modello di offerta tecnica allegato 5 A – pagg. 8
- Materiale illustrativo: Brochure Scheda tecnica – pagg.2
- CD

**SI RITIENE L'OFFERTA PRESENTATA DALLA DITTA DELO INSTRUMENTS SRL CONFORME**

A conclusione di quanto sopra evidenziato si evidenzia infine che:


- **In merito ai lotti 1 / 4 / 10** considerata la conformità di una sola offerta per lotto, non si è proceduto alla comparazione ai sensi dell'art 95 comma 3 del D.Lgs.50/2016

- **In merito al lotto 2**, saranno richiesti a cura dell'Ufficio Acquisti chiarimenti su alcuni aspetti relativi alla documentazione tecnica presentata. La Commissione incaricata della verifica di idoneità tecnica decide di ritrovarsi immediatamente dopo il termine che verrà posto alla Ditta per fornire i chiarimenti richiesti.


Torino 09/02/2018

*Letto, confermato e sottoscritto*


Dott. Mauro Magnoni (Presidente)



Sig. Polesel Massimiliano (Commissario)



Dott.ssa Sara Adda (Commissario)



**PROGETTO "CEM" - PROGRAMMA DI CONTRIBUTI PER IL MONITORAGGIO CEM DI CUI AL  
DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE DEL 14/07/2016 " - [COD. PROGETTO 16\_09]  
FORNITURA A N. 10 LOTTI DI STRUMENTAZIONE PER LA MISURA DI CAMPI ELETTRICI,  
MAGNETICI ED ELETTROMAGNETICI  
(CUP ASSEGNATO AL PROGETTO E69I16000140001)**

**Verbale idoneità tecnica  
Seduta riservata N° 2 del 23/02/2018**

L'anno 2018, il giorno 23 del  mese di febbraio  alle ore 13.30 presso una sala riunioni, all'interno della sede di Ivrea di Arpa Piemonte, sita in, via Jervis 30 si procede alla seconda seduta riservata relativa alla procedura in oggetto a cura della Commissione sotto riportata e nominata con Determinazione Dirigenziale n.3 del 18/01/2018:

- Dott. Mauro Magnoni (Presidente)
- Sig. Polesel Massimiliano (Commissario)
- Dott.ssa Sara Adda (Commissario)

Si evidenzia altresì che, la funzione di segretario verbalizzante viene esercitata dello stesso Presidente di Commissione

**Scopo della seduta odierna è quello di valutare la risposta pervenuta dalla ditta DQM Srl a seguito del chiarimento richiesto per l'offerta presentata per il lotto 2.**

Nel corso della prima seduta (del 09 febbraio 2018) si è proceduto ad esaminare le offerte tecniche dei sotto riportati operatori economici:

- Lepacom Srl prot.109895 del 18/12/2017 (partecipa per i lotti 1 / 3 / 6)
- DQM Srl prot. 109852 del 18/12/2017 (partecipa per i lotti 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 9 / 10)
- Delo Instruments prot. 109713 del 18/12/2017 (partecipa per i lotti 3 / 5 / 10)

Come disposto nell'art. 7 del Disciplinare di gara il criterio di aggiudicazione fissato per i diversi lotti è:

**Lotti 5 / 6 / 7 / 8 / 9** criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art.95 comma 4 punto b) del D.LGS 50/2016 previo accertamento della rispondenza dell'offerta tecnica alle specifiche tecniche fissate nel Capitolato.

**Lotti 1 / 2 / 3 / 4 / 10** verrà aggiudicata, criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 3 del D.Lgs.50/2016, previo accertamento della rispondenza dell'offerta tecnica alle specifiche tecniche fissate nel Capitolato.

Dall'esame effettuato è stato stabilito quanto segue:

**Sono state ammesse alla fase successiva della procedura di gara:**

**Lotto 1 CIG 7272490898** – N.1 Misuratore Con Sonde Di Campo Elettrico E Magnetico Nell' Intervallo Delle Basse Frequenze Con Analisi Picco Ponderato E Nell'intervallo Delle Radiofrequenze E Microonde  
AMMESSA: DITTA DQM SRL

**Lotto 3 CIG 72725412B0** - N. 1 Misuratore banda larga di campo elettrico a radiofrequenza  
AMMESSI:

DITTA DQM SRL

DITTA LEPACOM srl

DITTA Delo Instruments Srl

**Lotto 4 CIG 7272550A1B** - N. 1 Analizzatore selettivo di campo elettrico a radiofrequenza con decodifica umts ed lte, corredato di antenna triassiale e software di interfaccia  
AMMESSA: DITTA DQM SRL

**Lotto 5 CIG. 72725688F6** – N. 5 Analizzatori di spettro palmari con antenna per identificazione segnali radiofrequenza

AMMESSA DITTA Delo Instruments Srl

**Lotto 9 CIG 727265726** - N. 1 CELLA TEM

AMMESSA: DITTA DQM SRL

**Lotto 10 CIG 7272671DF4** - N° 1 AMPLIFICATORE RF A STATO SOLIDO

AMMESSA DITTA Delo Instruments Srl

**In merito al Lotto 6 CIG 7272625800** - N 5 misuratori di campo magnetico a bassa frequenza con sonda triassiale e datalogger per acquisizione prolungata nel tempo, corredato di software di gestione per trasferimento ed elaborazione dati.

Sono pervenute n. 2 offerte entrambe dichiarate non conformi

**Come indicato in premessa la seduta odierna,**

è limitata alla disamina delle note pervenute dalla Ditta DQM Srl, in merito al chiarimento inviato da questa Stazione Appaltante.

Nello specifico:

relativamente al **Lotto 2 Cig 7272517EDE** - N. 1 Misuratore Banda Larga Di Campi Elettromagnetici a Radiofrequenza corredato di Serie di Sonde per Campo Elettrico e di Software di Interfaccia, è stato disposto, dalla Commissione di gara nel corso della prima seduta riservata, di richiedere un chiarimento in merito ad alcuni punti previsti nel capitolato d'appalto per una corretta valutazione dell'unica offerta pervenuta dalla **Ditta DQM Srl**.

Con nota prot. 0013550 del 14.02.2018, è stata inviata una Pec all'operatore economico succitato con la richiesta dei seguenti chiarimenti:

➤ **Punto 8: Certificato di taratura accreditato (Accredia o similari), almeno per i seguenti valori di ampiezza e frequenza: 8b. Sonda campo elettrico 100MHz – 40GHz Frequenze: 1GHz, 3GHz, 6GHz, 15GHz, 30GHz Ampiezza: 6V/m**

L'offerta presentata non esplicita con sufficiente chiarezza le frequenze di taratura, ed in particolare la possibilità di taratura alla frequenza di 30 GHz.

Si chiede pertanto di specificare quanto previsto nei punti succitati, in modo da poter verificare l'effettiva rispondenza a quanto richiesto.

E' pervenuta la risposta con nota del 20.02.2018.

La Commissione procede alla verifica di quanto pervenuto dichiarando quanto segue:

La comunicazione della ditta DQM Srl esplicita adeguatamente quanto richiesto. Pertanto si dichiara la **conformità dell'offerta della ditta DQM Srl**.


Allegati:

- Richiesta chiarimento lotto 2 – ditta DQM
- Nota risposta DEL 20.02.2018


Ivrea 23/02/2018

*Letto, confermato e sottoscritto*

Dott. Mauro Magnoni (Presidente)



Sig. Polesel Massimiliano (Commissario)



Dott.ssa Sara Adda (Commissario)

