

Agenzia Regionale per la protezione ambientale del Piemonte
C.F. 07176380017

SEDUTA del 14/05/2019

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART.60, COMMA 1, DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A N.4 LOTTI DI STRUMENTAZIONE TECNICO SCIENTIFICA DA DESTINARE AI LABORATORI DI ARPA PIEMONTE.

Verbale tecnico: Lotto n.2 - N.1 Sistema GC/MS Singolo Quadrupolo con Purge & Trap e relativo autocampionatore

Destinazione: Laboratorio di Novara

L'anno 2019, il giorno 14 del mese di maggio, alle ore 10:00 presso una sala del IV piano della palazzina E1, all'interno della sede legale di Arpa Piemonte, sita in Torino, via Pio VII, 9, si procede alla verifica tecnica dell'offerta per l'affidamento della fornitura di **n. 1 sistema GC/MS Singolo Quadrupolo con Purge & Trap e relativo autocampionatore – lotto 2.**

La scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata per le ore 12,00 del giorno **14.02.2019.**

Alla scadenza sopra indicata, relativamente al lotto 1, sono pervenute le seguenti offerte:

- Ditta: Thermo Fisher Scientific S.p.A. rappresentata da Rollo Maurizio con sede legale Strada Rivoltana, Km. 4 20090 Rodano ((MI))

Il fascicolo contenente la documentazione di questo fornitore è stato aperto per la prima volta il giorno 18-02-2019 alle ore 10:23.

- Ditta: SRA INSTRUMENTS SpA rappresentata da Cobelli Luigi con sede legale via alla Castellana, 3 20063 Cernusco sul Naviglio (Milano)

Il fascicolo contenente la documentazione di questo fornitore è stato aperto per la prima volta il giorno 18-02-2019 alle ore 10:23.

- Ditta: PERKIN ELMER.ITALIA SPA rappresentata da MAGGIONI MASSIMO con sede legale Via GIOBERTI N 1 20123 MILANO (MILANO)


Il fascicolo contenente la documentazione di questo fornitore è stato aperto per la prima volta il giorno 18-02-2019 alle ore 10:23.

- Ditta: AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA S.p.A. rappresentata da PALIZZI GIUSEPPE con sede legale Via Piero Gobetti n. 2/C 20063 Cernusco sul Naviglio (Milano)

Il fascicolo contenente la documentazione di questo fornitore è stato aperto per la prima volta il giorno 18-02-2019 alle ore 10:23.

Come disposto nell'art. 17 del Disciplinare di gara il criterio di aggiudicazione fissato è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/ prezzo ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 **previo accertamento della rispondenza dell'offerta tecnica alle specifiche tecniche fissate dal capitolato.**

Dall'esame delle offerte tecniche la Commissione evidenzia la necessità di richiedere ad alcune delle ditte concorrenti chiarimenti sui seguenti punti previsti come requisiti minimi irrinunciabili dal capitolato tecnico:



Ditta Agilent Technologies SpA:

1) Art.3 punto 3.7 Capitolato tecnico *"Sistema di vuoto composto da pompa turbo molecolare con capacità di almeno 200 L/sec e da pompa rotativa per il pre-vuoto; le pompe dovranno essere attrezzate con dispositivi di protezione per eventuali emissioni di oli e per il rumore."*

Si chiede di meglio specificare quali siano i dispositivi antirumore adottati e di confermare o meno se siano previsti dispositivi per il contenimento di perdite d'olio.

2) Art.3 punti da 4.1 a 4.13 Capitolato tecnico *"Software di gestione dedicato completo di PC, monitor HD da almeno 21" e stampante laser"*

La relazione tecnica della ditta parla di "software di gestione dedicato completo di PC, monitor HD da almeno 21" e stampante laser". Nelle pagine successive si trovano vari riferimenti alla messa in rete e all'uso di password.

Non viene tuttavia dichiarato esplicitamente la conformità ai requisiti di cui al punto 4.13 dell'art.3 del capitolato tecnico. Si richiedono chiarimenti in merito.

3) Art.3 e Art.4 Capitolato tecnico *"Caratteristiche tecniche della fornitura" "Prestazioni comprese nella fornitura"*

Nella relazione tecnica si fa riferimento a manuali d'uso hardware e software senza specificare se sono redatti in lingua italiana o altra lingua. Occorre richiedere di specificare questo aspetto.

4) Art. 7 Capitolato tecnico *"Garanzia manutenzione full risk"*

Non risulta chiaro se la garanzia full risk offerta per la strumentazione copra anche eventuali problematiche riscontrate sul software.

Ditta Perkin ELmer Italia S.p.A

2) Art.3 e Art.4 Capitolato tecnico *"Caratteristiche tecniche della fornitura" "Prestazioni comprese nella fornitura"*

Nella relazione tecnica si fa riferimento a manuali d'uso hardware e software senza specificare se sono redatti in lingua italiana o altra lingua. Occorre richiedere di meglio specificare questo aspetto.

3) Art. 7 Capitolato tecnico *"Garanzia manutenzione full risk"*


Non risulta chiaro se la garanzia full risk offerta per la strumentazione copra anche eventuali problematiche riscontrate sul software.

Occorre richiedere di meglio specificare questo aspetto.



La seduta si conclude alle ore 15.30 circa.

Letto, confermato e sottoscritto


Dott. Claudio Trova (Presidente)



Dott.ssa Miano Emanuela Rosa Bruna (Commissario)



Sig.ra Mele Gabriella (Commissario)



Dott.ssa Elisabetta Lucido (Segretario Verbalizzante)

