

**Allegato 2a al Capitolato Tecnico-Prestazionale: frequenza manutenzione strumentazione servizio tarature**

	<b>Frequenza per Servizio interno tarature</b>
<b>API 700 Diluitore 2 strumenti</b>	
Controllo lettura pressioni	Annuale a richiesta
Pulizia strumento	Annuale a richiesta
Sostituzione batteria tampone	Annuale a richiesta
Verifica lettura MASS FLOW CONTROLLER	Annuale a richiesta
<b>TCR TECORA - FlowCell MF 1 strumento</b>	
Controllo lettura pressioni	Annuale a richiesta
Pulizia strumento	Annuale a richiesta
Sostituzione batteria tampone	
Verifica lettura MASS FLOW CONTROLLER	Annuale a richiesta
<b>THERMO SCIENTIFIC - Mod. 49i Generatore Ozono 1 strumento</b>	
Controllo capillari	Annuale a richiesta
Controllo pompa	Annuale a richiesta
Pulizia banco ottico	Annuale a richiesta
Pulizia strumento	Annuale a richiesta
Sostituzione lampada	Annuale a richiesta
Sostituzione membrana pompa	Annuale a richiesta
Verifica frequenza	Annuale a richiesta
<b>API – 400E Ozono 2 strumenti</b>	
Controllo e pulizia circuito pneumatico	Annuale a richiesta
Controllo perdite circuito pneumatico	Annuale a richiesta
Misura portata flusso sample	
Pulizia cella di misura	Annuale a richiesta
Pulizia parte interna dello strumento	Annuale a richiesta
Sostituzione carbone attivo	Annuale a richiesta
Sostituzione filtro DFU	

Sostituzione filtro sinterizzato	Annuale a richiesta
Sostituzione membrana pompa	Annuale a richiesta
Sostituzione o-ring filtro sinterizzato	Annuale a richiesta
Taratura elettrica	Annuale a richiesta
<b>API – 200 NOX e T200 (n° 2 strumenti analizzatori di NOx)</b>	
Controllo e pulizia circuito pneumatico	Annuale a richiesta
Controllo perdite circuito pneumatico	Annuale a richiesta
Controllo sostituzione sorgente a permeazione	Annuale a richiesta
Misura portata flusso ozono	
Misura portata flusso sample	
Pulizia camera di reazione	Annuale a richiesta
Pulizia parte interna dello strumento	Annuale a richiesta
Sostituzione carbone attivo	Annuale a richiesta
Sostituzione filtro DFU	
Sostituzione filtro sinterizzato	Annuale a richiesta
Sostituzione o-ring filtro sinterizzato	Annuale a richiesta
Taratura elettrica	Annuale a richiesta
Verifica GPT	
<b>API – 701 Generatore Aria (n° 2 strumenti)</b>	
Controllo pressione uscita	Annuale a richiesta
Pulizia strumento	Annuale a richiesta
Sostituzione kit pompa	Annuale a richiesta
Sostituzione scrubber	Annuale a richiesta
Verifica scarico condensa	
<b>Campionatore sequenziale PM 10 e PM 2.5 (n° 2 strumenti)</b>	
Controllo e pulizia circuito pneumatico	Annuale a richiesta
Controllo perdite circuito pneumatico	Annuale a richiesta
Misura portata flusso campionamento	
Pulizia parte interna dello strumento	Annuale a richiesta
Sostituzione cartuccia filtro della pompa di aspirazione	Annuale a richiesta

Sostituzione palette della pompa di aspirazione	Annuale a richiesta
Misura portata flusso campionamento	Annuale a richiesta
Pulizia testa di prelievo	Annuale a richiesta
Controllo della tenuta	Annuale a richiesta
<b>Scrubber di zero (n°1)</b>	
Sostituzione Purafil e Carbone attivo	Annuale a richiesta
<b>Gilibrator (n°1)</b>	
	Annuale a richiesta