

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A N.2 LOTTI, CON CONTRATTO DI NOLEGGIO, DI STRUMENTAZIONE TECNICO-SCIENTIFICA.

Verbale idoneità tecnica

In data 08 luglio alle ore 9:00 si è tenuta la seduta pubblica telematica di apertura dei plichi contenenti la documentazione amministrativa e tecnica relativa alla gara in oggetto citata e riferita alla fornitura di:

- lotto 1: n.1 spettrometro di massa triplo quadrupolo interfacciato con 2 cromatografi liquidi (UHPLC) con sistema di arricchimento on-line con autocampionatore e generatore di azoto.
- lotto 2: n.1 spettrometro di massa ad alta risoluzione interfacciato con 2 cromatografi liquidi (UHPLC) con autocampionatore e generatore di azoto.

Alla scadenza fissata per la presentazione delle offerte, 07/07/2020, è pervenuta per entrambi i lotti un'unica offerta da parte della Ditta AB Sciex Srl.

In detta seduta è stata verificata la completezza e la conformità della documentazione amministrativa rispetto a quanto richiesto nei documenti di gara e si è provveduto allo sblocco telematico delle offerte tecniche.

Come disposto nell'art. 16 del Disciplinare di gara il criterio di aggiudicazione fissato è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, **previo accertamento della rispondenza dell'offerta tecnica alle specifiche tecniche fissate dal capitolato.**

Considerata l'unicità dell'offerta da valutare per ogni singolo lotto e data l'impossibilità di condurre operazioni di comparazione non si è reputato necessario procedere alla nomina di una commissione giudicatrice.

Con nota prot. 54992 del 09/07/2020 le offerte tecniche sono state trasmesse al RUP affinché ne verifichi la corrispondenza con le specifiche imposte dal capitolato.

L'offerta tecnica presentata dall'operatore economico succitato è così costituita:

Lotto 1: n.1 spettrometro di massa triplo quadrupolo interfacciato con 2 cromatografi liquidi (UHPLC) con sistema di arricchimento on-line con autocampionatore e generatore di azoto. CIG 8237994FB

- Allegato 5 modello per la presentazione dell'offerta tecnica, tot. pag. 8;
- Relazione tecnica, tot. pag. 29;
- Brochure, tot. pag. 2

lotto 2: n.1 spettrometro di massa ad alta risoluzione interfacciato con 2 cromatografi liquidi (UHPLC) con autocampionatore e generatore di azoto. CIG 823800264E

- Allegato 5 modello per la presentazione dell'offerta tecnica, tot. pag. 7;
- Relazione tecnica, tot. pag. 24;
- Brochure, tot. pag. 1

Dall' esame dell'offerta prevenuta si evince quanto segue: la strumentazione offerta presenta caratteristiche che soddisfano tutti i requisiti minimi previsti dal Capitolato Speciale di Appalto in relazione a:

- componenti strumentali e specifiche tecniche di funzionamento
- componenti/strumentazioni aggiuntive
- prestazioni analitiche.

L'offerta è pertanto ritenuta conforme.

Torino 15/07/2020

Letto, confermato e sottoscritto

Il RUP

Dott. Fulvio Raviola