



OGGETTO:

RISPOSTE AI QUESITI RELATIVI ALLA RDO 2811974 fornitura a n. 7 lotti di strumentazione tecnico scientifica da destinare al Centro Regionale di Biologia Molecolare di La Loggia (TO)

QUESITO UNO

viene da Voi indicata una tempistica di consegna di 40 giorni, non congrua per la tipologia ed i quantitativi richiesti. Si chiede di specificare che sia accettabile una tempistica di 45 giorni lavorativi, tempistica solitamente indicata come congrua per la tipologia di strumentazione ed i quantitativi richiesti

RISPOSTA

Si confermano tempi di consegna di cui all'art 4 del capitolato tecnico

QUESITO DUE

Si chiede di specificare se per il posizionamento della strumentazione richiesta siano presenti barriere architettoniche e se la struttura di destinazione sia dotata di montacarichi idoneo per l'eventuale posizionamento al piano.

RISPOSTA

Non sono presenti barriere architettoniche.

La Consegna avviene al piano terra dello stabile (piano stradale)

QUESITO TRE

In merito al LOTTO 3 N°1 CENTRIFUGA DA BANCO REFRIGERATA

punto 3 Rotori basculanti e adattatori per provette coniche da 15 mL e 50 mL.

quante provette di ciascun tipo deve poter alloggiare?

punto4 Rotori ad angolo fisso per applicazioni ad alta velocità con provette da 0,2 mL

quante provette deve poter alloggiare?

RISPOSTA

Non è stato previsto un numero specifico di provette. In fase di presentazione dell'offerta, dovrà essere la ditta stessa a specificare una capacità massima di provette in quanto questa varia in funzione dei rotor e volumi delle provette stesse (es. 50ml, 15 ml, 2 ml).

QUESITO QUATTRO

In relazione al LOTTO 7: N°1 pH-METRO/CONDUCIMETRO CON ELETTRODO/SONDA PER pH-CONDUCIBILITA' E TEMPERATURA, chiediamo se possibile accettare un elettrodo già comprensivo di sensore di temperatura o se debbano essere separati.

Si richiede inoltre se la specifica sull'accuratezza richiesta nel capitolato sia effettivamente $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$ e non invece 1°C – Vi preghiamo di voler confermare se trattasi di un errore

RISPOSTA QUESITO QUATTRO

- L'elettrodo può essere già comprensivo del sensore di temperatura.

- Relativamente all'accuratezza si conferma quanto indicato e cioè di $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$.

QUESITO CINQUE

In relazione al lotto 3 N°1 CENTRIFUGA DA BANCO REFRIGERATA si richiede la capacità massima richiesta in numero di provette

RISPOSTA QUESITO CINQUE

Non è stato previsto un numero specifico di provette. In fase di presentazione dell'offerta,

dovrà essere la ditta stessa a specificare una capacità massima di provette in quanto questa varia in funzione dei rotor e volumi delle provette stesse (es. 50ml, 15 ml, 2 ml).

QUESITO SEI

In relazione al lotto 6 N°1 INCUBATORE CO2 si richiede se:
l'incubatore deve essere dotato di ciclo di sterilizzazione automatico ($T < 140^{\circ}\text{C}$)
deve essere dotato di ventilazione interna per uniformare la temperatura.
Vogliate chiarire se l'assenza della ventilazione è un refuso o meno.

RISPOSTA QUESITO SEI

L'incubatore deve essere dotato di ciclo di sterilizzazione automatico con temperatura $>140^{\circ}\text{C}$
Deve inoltre essere senza ventola, con sistema di circolazione dell'aria tramite convezione.

QUESITO SETTE

viene da Voi indicata una tempistica di consegna di 40 giorni, non congrua per la tipologia ed i quantitativi richiesti. Si chiede di specificare che sia accettabile una tempistica di 45 giorni lavorativi, tempistica solitamente indicata come congrua per la tipologia di strumentazione ed i quantitativi richiesti

RISPOSTA QUESITO SETTE

Si confermano tempi di consegna di cui all'art 4 del capitolato tecnico

QUESITO OTTO

Si chiede di specificare se per il posizionamento della strumentazione richiesta siano presenti barriere architettoniche e se la struttura di destinazione sia dotata di montacarichi idoneo per l'eventuale posizionamento al piano.

RISPOSTA QUESITO OTTO

Non sono presenti barriere architettoniche.
La Consegna avviene al piano terra dello stabile (piano stradale)

QUESITO NOVE

In relazione al **LOTTO 1**: N°1 AUTOCLAVE VERTICALE al punto n. 7 viene indicato il filtro aria sterile. Vorremo sapere dove va applicato tale filtro e quali specifiche deve avere.

RISPOSTA QUESITO NOVE

Il filtro deve essere all'ingresso dell'aria di raffreddamento e per sterilità microbiologica si intende filtro 0,22 μ

QUESITO DIECI

In relazione al **LOTTO 6** N°1 INCUBATORE CO2

Si chiede conferma che non deve essere presente un sistema di "ventilazione", che si consiglia per un corretto mantenimento dei parametri di coltura impostati, o se viene richiesto che la ventilazione sia integrata e non se ne richieda la rimozione durante la fase di sterilizzazione.

RISPOSTA QUESITO DIECI

Si conferma quanto indicato all'art 3 del capitolato tecnico scheda tecnica lotto 6 al punto 13

QUESITO UNDICI

In relazione al **LOTTO 3** N°1 CENTRIFUGA DA BANCO REFRIGERATA

Si chiede se al punto 55. Centrifugazione ad alta velocità fino a $20.913 \times g$ (14,000 rpm). si riferisce al rotore basculante o al rotore fisso.

RISPOSTA QUESITO UNDICI

Si riferisce al rotore fisso

QUESITO DODICI

per il lotto 2 :sono obbligatorie le istruzioni in italiano? per verifica di conformità si intende verifiche elettriche?

RISPOSTA QUESITO DODICI

le istruzioni in italiano sono obbligatorie vedere capitolato tecnico ART. 4 – CONDIZIONI DELLA FORNITURA E PRESTAZIONI COMPRESSE NELL'IMPORTO FORNITURA per verifica di conformità si intende il rispetto dei requisiti minimi indicati nella scheda tecnica vedere anche art 4 ed art 5 del capitolato tecnico

QUESITO TREDICI

La centrifuga richiesta al lotto 3 deve essere conforme alla normativa 98/79 IVD?

RISPOSTA QUESITO TREDICI

Non è specificatamente richiesta

Il Dirigente Responsabile della
Struttura Semplice Acquisti Beni e Servizi
Dott. Massimo BOASSO