

Procedura di affidamento con ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per la fornitura di filtri in fibra di quarzo per la determinazione del particolato PM10 e PM2.5 tramite campionatori gravimetrici del “Sistema regionale di rilevamento della qualità dell’aria”. Anno 2022.

Primo verbale di verifica congruità tecnica offerte
RDO MEPA N. 2850282

PREMESSO CHE

Il giorno 04.09.2021 in Torino, nella sede legale di Arpa Piemonte sita in Torino, Via Pio VII, 9, si è proceduto ad aprire la documentazione amministrativa presentata dai 4 sottoriportati Operatori economici alla RDO MEPA, istituito da Consip S.p.a. per conto del MEF n. 2850282 per l'affidamento della fornitura di n. 30000 filtri in fibra di quarzo.

Esaminata la documentazione amministrativa, ed in attesa degli esiti dei controlli tramite sistema Anac - AVCPASS, tutte le ditte vengono dichiarate: **AMMESSE alla fase successiva della gara.**

Ditte partecipanti sono le seguenti:

#	Denominazione concorrente	Forme di partecipazione	Lotti a cui ha partecipato	Data presentazione offerta
1	LABOINDUSTRIA S.P.A.	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 1	07/09/2021 15:48:02
2	LABSERVICE ANALYTICA	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 1	08/09/2021 09:43:49
3	SARTORIUS ITALY SRL	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 1	07/09/2021 09:26:21
4	TCR TECORA SRL	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 1	08/09/2021 09:10:55

PREMESSO ALTRESI CHE

Ai sensi dell'articolo 3 “CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE – CAMPIONATURA” delle Condizioni particolari di fornitura della RDO in parola:

- La gara sarà aggiudicata secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 comma 4 D.Lgs. 50/2016, previa verifica dell'idoneità tecnica dell'articolo proposto rispetto ai requisiti tecnici previsti nell'allegato 1 "SCHEDE TECNICHE ARPA";
- La verifica di congruità tecnica, si effettuerà a cura dei tecnici di ARPA, sull'offerta presentata dall'operatore economico che ha proposto il prezzo complessivo più basso. Tale verifica tecnica comprenderà non solo la valutazione delle schede tecniche dei prodotti proposti dall'Operatore economico, ma anche la fase di campionatura, come di seguito descritto.
 - ► n. 40 filtri provenienti da un unico lotto di produzione a titolo di campionatura gratuita (da consegnare presso la sede di Grugliasco all'attenzione del nominativo che verrà successivamente indicato).
 - Su tale campionatura Arpa effettuerà le prove atte a verificare la corrispondenza, con quanto previsto dalle norme delle presenti condizioni di fornitura e con quanto asserito dall'offerente, come condizione necessaria per l'aggiudicazione della fornitura.
 - Detta campionatura dovrà essere rappresentativa della fornitura e dovrà pertanto essere fornita con confezionamento analogo a quello di fornitura ed idoneo al fine di impedire il distacco di fibre libere durante il trasporto.

TUTTO CIO' PREMESSO

dallo svolgimento delle operazioni di verifica di congruità tecnica (conclusa il 21.09.2021), sulla base della documentazione tecnica presentata dagli operatori economici, (ed in attesa pertanto della fase di campionatura), si è rilevato quanto segue:

Concorrente	Parere congruità tecnica
LABOINDUSTRIA SPA	Non conforme: non rispetta il requisito tecnico previsto per la concentrazione del parametro Cadmio
LABSERVICE ANALYTICA	CONFORME
SARTORIUS ITALY SRL	CONFORME
TCR TECORA SRL	Non conforme: non rispetta il requisito tecnico previsto per la concentrazione del parametro Cadmio

Si procederà pertanto a chiedere la campionatura alla ditta SARTORIUS ITALY che ha proposto il prezzo complessivo più basso;

Torino 21/09/2021

Il responsabile del subprocedimento di gara

Dott. Massimo Boasso

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. Marco Fontana