

Agenzia Regionale per la protezione ambientale del Piemonte
C.F. 07176380017

SEDUTA del 28/04/2022

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART.60, COMMA 1, DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A N.5 LOTTI DI STRUMENTAZIONE TECNICO SCIENTIFICA DA DESTINARE AI LABORATORI DI ARPA PIEMONTE.

Verbale tecnico: LOTTO 1: n. 1 (uno) ICP MS (Spettrometro di massa a quadrupolo con sorgente di ioni al plasma accoppiato induttivamente)

Destinazione: Laboratorio di Alessandria

In relazione alla fornitura in oggetto si evidenzia che in data 28/04/2022, si è riunita in webcall la Commissione giudicatrice composta dai seguenti membri:

Presidente: Dott.ssa Laura Erbetta
Commissaria: Dott.ssa Marilisa Gaino
Commissaria: Sig.ra Valeria Zulian

Nella precedente seduta del 07/04/2022 non si è potuto procedere alla dichiarazione di conformità della Ditta Perkin Elmer Italia SpA in quanto è apparso opportuno richiedere ulteriori precisazioni in merito ai seguenti punti:

- lingua nella quale sono redatti i manuali d'uso hardware e software;
- conferma della presenza della licenza d'uso del software dello strumento fornito

Con nota prot. n. 33528 del 13/04/2022 a firma del Responsabile della Struttura semplice Acquisti beni e servizi, sono stati posti al suddetto operatore economico i chiarimenti necessari.

Nella seduta odierna

si procede pertanto, con la verifica delle risposte pervenute con nota pec del 13/04/2022.

Sono stati richiesti i seguenti chiarimenti:

Ditta Perkin Elmer Italia SpA:

- a) 1) Art.3 Capitolato tecnico: è previsto che tutta la strumentazione fornita debba essere corredata da manuali d'uso redatti in lingua italiana, compresi quelli relativi all'hardware e al software.

Nella relazione tecnica caricata in piattaforma si fa riferimento a manuali d'uso hardware e software senza specificare se sono redatti in lingua italiana o altra lingua.

Si richiede di dichiarare esplicitamente in quale lingua tali manuali d'uso hardware e software sono redatti.

Risposta: Saranno forniti manuali d'uso in lingua italiana.

- b) Art.3 Capitolato tecnico: è previsto che tutta la strumentazione fornita debba essere corredata da licenze d'uso dei software applicativi dello strumento.

Nella relazione tecnica caricata in piattaforma non appare chiaro se il software dello strumento ne sia provvisto.

Si richiede di dichiarare esplicitamente se il software dello strumento fornito è corredato di licenza d'uso.

Risposta: Si dichiara che il software dello strumento fornito è corredato di licenza d'uso.

Alla luce delle precisazioni fornite, si dichiara l'offerta presentata dalla ditta Perkin Elmer Italia SpA conforme ai requisiti minimi irrinunciabili previsti dal capitolato tecnico di gara.

Trattandosi dell'unica offerta rimasta in gara per il lotto in oggetto, a seguito dell'esclusione della ditta Thermo Fisher Scientific SpA, la Commissione Giudicatrice dichiara concluse le operazioni di accertamento della rispondenza dell'offerta tecnica ai requisiti minimi irrinunciabili fissati dal capitolato di gara.

La seduta procede con la valutazione delle offerte tecniche presentate per il lotto 5.
La seduta si conclude alle ore 12:15 circa.


Le firme autografe acquisite digitalmente sono autenticate da pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 25 del D.lgs.82/2005

Letto, confermato e sottoscritto

Laura Erbetta (Presidente)

Firmato digitalmente da: LAURA ERBETTA
Data: 02/05/2022 09:19:51

Marilisa Gaino (Commissaria)



Valeria Zulian (Commissaria)

