

Procedura di affidamento con ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per la fornitura di n. 24000 filtri in fibra di quarzo (anno 2022 ed opzione anno 2023) per la determinazione del particolato PM10 e PM2.5 tramite campionatori gravimetrici del “Sistema regionale di rilevamento della qualità dell’aria”

verbale di verifica congruità tecnica offerte
RDO MEPA N. 2967715
Cig. 9119188001

PREMESSO CHE

Il giorno 04/04/2022 in Torino, nella sede legale di Arpa Piemonte sita in Torino, Via Pio VII, 9, si è proceduto ad aprire la documentazione amministrativa presentata dall'unico sottoriportato Operatore economico alla RDO MEPA, istituito da Consip S.p.a. per conto del MEF n. 2967715 per l'affidamento della fornitura di n. 24000 filtri in fibra di quarzo (anno 2022 e d opzione anno 2023).

Esaminata la presenza della documentazione amministrativa, ed in attesa degli esiti dei controlli tramite sistema Anac - AVCPASS, la Ditta viene dichiarata: **AMMESSA alla fase successiva della gara di verifica congruità tecnica.**

L'unica Ditta partecipante è la seguente:

Denominazione concorrente	Forme di partecipazione	Lotti a cui ha partecipato	Data presentazione offerta
1 SAVATEC STRUMENTI S.R.L.	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 1	18/03/2022 12:20:19

PREMESSO ALTRESI CHE

Ai sensi dell'articolo 3 “**CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**” delle **Condizioni particolari di fornitura della RDO in parola:**

La gara sarà aggiudicata secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 comma 4 D.Lgs. 50/2016, previa verifica dell'idoneità tecnica dell'articolo proposto, sulla base della documentazione presentata, rispetto ai requisiti tecnici previsti nell'allegato 1 “**SCHEDA TECNICA ARPA**”.

TUTTO CIO' PREMESSO

Dallo svolgimento delle operazioni di verifica di congruità tecnica, sulla base della documentazione tecnica presentata dagli operatori economici, si è rilevato quanto segue:

Concorrente	Parere congruità tecnica
<p>SAVATEC STRUMENTI SRL</p>	<p>CONFORME CON RISERVA</p> <p>In merito ai requisiti di: “bassa igroscopicità e costanza di peso” e “robustezza” dei filtri, non è stato dichiarato nella scheda tecnica la rispondenza, ai requisiti di cui sopra, mentre la documentazione tecnica prodotta evidenzia la rispondenza alla norma europea per la determinazione del particolato atmosferico EN 12341.</p> <p>Si richiede di confermare la rispondenza dei requisiti di “bassa igroscopicità e costanza di peso” e “robustezza” dei filtri” in conformità alla norma EN 12341 mediante comunicazione da inviare via pec ad acquisti@pec.arpa.piemonte.it entro tre giorni dal ricevimento del presente verbale.</p> <p>Si evidenzia che dalla documentazione prodotta il parametro cadmio risulterebbe essere superiore ai requisiti richiesti da Arpa, ma potrebbe rientrare nei parametri richiesti in funzione del lotto specifico, così come indicato dalla casa madre.</p> <p>L'accettazione dei singoli lotti sarà verificata mediante analisi di laboratorio, al fine di verificare la rispondenza dei requisiti minimi indicati nella scheda tecnica ARPA.</p>

Torino 04/04/2022

Il responsabile del subprocedimento di gara

Dott. Massimo Boasso

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. Marco Fontana