

T1.19.4.1.13950.01/ARPA – 61/2022

**Agenzia Regionale per la protezione ambientale del Piemonte  
C.F. 07176380017**

**Procedura aperta ai sensi dell'art. 60, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016, finalizzata alla conclusione di un accordo quadro per la fornitura di consumabili da laboratorio chimico e biologico, prodotti per il monitoraggio della qualità dell'aria e pollini per la durata di mesi 48**

**CIG Accordo Quadro 928668708D**

**VERBALE DI VALUTAZIONE CONFORMITA' SPECIFICHE TECNICHE**

**ESITO CAMPIONATURA**

Ad integrazione del verbale del 21\11\2022, si riporta l'esito delle campionature richieste come da capitolato tecnico per i prodotti di seguito elencati nell'ambito dell'accordo quadro per la fornitura di consumabili per laboratorio.

Di seguito, l'elenco delle campionature effettuate dal laboratorio di biologia molecolare di La Loggia per i prodotti della Ditta **Laboindustria** e dei relativi esiti.

POS	Codice ARPA	Descrizione prodotto	um	Confezione richiesta vincolante vedere art. 1 Capitolato	CODICE PRODOTTO OFFERTO	VALUTAZIONE
301	PCR0157	Puntali sterili con filtro 0.1-10 µL (non lunghi) (DNAsi/RNAsi FREE- low retention), conf. in rack <b>(SI RICHIEDE CAMPIONATURA)</b>	pz	96	MFTRS10-96L	Valutazione positiva
302	PCR0158	Puntali sterili con filtro 2-20 µL (DNAsi/RNAsi FREE- low retention), conf. in rack <b>(SI RICHIEDE CAMPIONATURA)</b>	pz	96	MFTR20-96L	Valutazione positiva
303	PCR0159	Puntali sterili con filtro 20-200 µL (DNAsi/RNAsi FREE- low retention), conf. in rack <b>(SI RICHIEDE CAMPIONATURA)</b>	pz	96	MFTR200-96L	Valutazione positiva

304	PCR0160	Puntali sterili con filtro 100-1000 µL (DNAsi/RNAsi FREE- low retention), conf. in rack ( <b>SI RICHIEDE CAMPIONATURA</b> )	pz	96	MFTR1000-96L	Prodotto non idoneo. I puntali non risultano idonei per l'utilizzo con pipette multicanale presenti in laboratorio (non è possibile l'aggancio)
305	PCR0161	Puntali sterili con filtro 100-1200 µL (DNAsi/RNAsi FREE- low retention) (Ditta GILSON codice prodotto F171803) ( <b>SI RICHIEDE IL PRODOTTO ORIGINALE E CAMPIONATURA</b> )	pz	96	F171803	Accettato esonero campionatura proposto dalla Ditta
306	PCR_NOCODE_3	Puntali sterili con filtro 100-1000 µL (DNAsi/RNAsi FREE- low retention), puntale XL, conf. in rack ( <b>SI RICHIEDE CAMPIONATURA</b> )	pz	96	MFTR1000-96L	Prodotto non idoneo. I puntali non risultano idonei per l'utilizzo con pipette multicanale presenti in laboratorio (non è possibile l'aggancio)

Di seguito, l'elenco delle campionature effettuate dal laboratorio chimico di Grugliasco per i prodotti della Ditta **AQUARIA** e dei relativi esiti.

POS	codice ARPA	descrizione	SI RICHIEDE PRODOTTO	DITTA PRODOTTO RE	CODICE PRODOTTO PRODOTTO RE	um	Confezione richiesta vincolante e vedere art. 1 Capitolato	VALUTAZIONE Laboratorio
7	AIR0121-00010PZ	Fiale DNPH per campionamento aldeidi ( 75-150 mg) (B_2190)	EQUIVALENTE ( <b>SI RICHIEDE CAMPIONATURA</b> )	Acquaria srl	B_2190	pz	10	Non è stata effettuata nessuna analisi sul prodotto fornito, in quanto non è più eseguita l'analisi per tali tipologie di fiala. Pertanto, il prodotto è da eliminare dalla lista di fornitura.
9	AIR0188-00050PZ	Fiale XAD-7, tipo standard, 75/150 mg.	EQUIVALENTE ( <b>SI RICHIEDE CAMPIONATURA</b> )	Acquaria srl	B_2187	pz	50	Valutazione positiva

LA RESPONSABILE UNICA DEL PROCEDIMENTO

---