



OGGETTO:

RISPOSTE AI QUESITI RELATIVI ALLA RDO 2912829 fornitura a n. 2 lotti di cappe chimiche da destinare ai diversi laboratori di Arpa Piemonte

QUESITO TRE

In merito alla RDO 2912829 lotto 1 si prega di specificare quanto segue:

- 1) se la cappa in oggetto dovrà essere equipaggiata dell'aspiratore.
- 2) se è presente la tubazione d'espulsione fumi dedicata esclusivamente alla cappa.

RISPOSTA

Come indicato nell'articolo 9, punto 2 del capitolato, la tubazione di espulsione dei vapori è già presente ma dovrà essere in comune con una cappa già presente nello stesso locale. Nel punto 3 dello stesso articolo viene invece richiesto di verificare la conformità del motore a servizio della cappa già presente. Se non conforme e/o di potenza adeguata dovrà essere fornito un nuovo motore con caratteristiche tali da poter gestire il flusso di entrambe le cappe (velocità di flusso di entrambe compresa tra 0,45 e 0,64 m/s)

Il Dirigente Responsabile della
Struttura Semplice Acquisti Beni e Servizi
Dott. Massimo BOASSO