



OGGETTO:

RISPOSTE AI QUESITI RELATIVI ALLA RDO 2912829 fornitura a n. 2 lotti di cappe chimiche da destinare ai diversi laboratori di Arpa Piemonte

QUESITO QUATTRO

LOTTO 1 - durante il sopralluogo effettuato, a fronte della problematica riscontrata relativa alla canalizzazione all'esterno, chiediamo se è possibile offrire una soluzione superiore a quella richiesta che garantirebbe di risolvere le problematiche riscontrate. In questo caso, chiediamo la possibilità di offrire la cappa senza lavandino

RISPOSTA

Non è possibile accettare tale proposta poiché, la dotazione del lavandino rientra tra i requisiti minimi irrinunciabili indicati per il lotto 1 all'art 3 del capitolato tecnico.

QUESITO CINQUE

LOTTO 1 - chiediamo la possibilità di offrire il modulo sottocappa con cassette in alternativa alle ante.

RISPOSTA

E' possibile ma dipende dalla dimensione e dal numero dei cassettei poiché devono contenere i palloni con gli estratti, (anche da 500 ml).

QUESITO SEI

LOTTO 2 – si chiede di indicare il piano a cui devono essere installate le cabine e la eventuale presenza di montacarichi con relative dimensioni così come di indicare eventuali impedimenti al passaggio delle cappe

RISPOSTA

le sedi Arpa interessate alle forniture del lotto 2 sono:

ALESSANDRIA - Spalto Marengo 33 (Ingresso da Spalto Marengo 37 Alessandria Magazzino piano rialzato accesso a mezzo scala – è presente montacarichi

GRUGLIASCO (TO) - Via Sabaudia, 164 - Magazzino al piano terreno

LA LOGGIA (TO) - Strada Nizza 24 - Magazzino al piano terreno

Il Dirigente Responsabile della
Struttura Semplice Acquisti Beni e Servizi
Dott. Massimo BOASSO