



REGIONE PIEMONTE
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DEL PIEMONTE
Sede legale: Via Pio VII n° 9 – 10135 TORINO (Tel. 011-19680111 – Fax 011-19681551)
CODICE FISCALE – PARTITA IVA 07176380017

FORNITURA A N. 2 LOTTI DI DI STRUMENTAZIONE TECNICOSCIENTIFICA
(R.D.O. n. 2920774/2021)
VERBALE DI VERIFICA IDONEITA' TECNICA LOTTO 1

Il Dott. Denis Polato, presso il Centro regionale di biologia molecolare La Loggia (TO), ha proceduto a verificare l'idoneità tecnica delle offerte del **lotto 1**, relative alla procedura in oggetto.

Oggetto fornitura: n. 1 microscopio ottico a fluorescenza per il Centro regionale di biologia molecolare La Loggia (TO) – CIG ZCB3421A37.

Responsabile unico del procedimento (RUP): Dott. Denis Polato, Dirigente Responsabile della Struttura Semplice "Centro Regionale Biologia Molecolare".

Alla procedura sono stati invitati tutti i fornitori iscritti nella categoria oggetto della RDO denominata "**BENI/Ricerca, rilevazione scientifica e diagnostica**",

La scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata per le ore 12:00 del giorno 17.12.2021

Nei termini fissati sono pervenute le offerte dalle ditte sotto indicate:

LOTTO 1		
N.	DENOMINAZIONE CONCORRENTE	IMPORTO OFFERTO € Iva esclusa
1	TIESSELAB	5.648,00
2	EXACTA+OPTECH LABCENTER	7.314,00
3	MONTEPAONE	8.155,00

La Struttura Acquisti beni e servizi, non essendoci documentazione amministrativa da valutare, ha proceduto subito all'apertura delle schede tecniche corredate dell'Allegato 2 "Dettaglio tecnico – economico, al fine della trasmissione per la verifica a cura di personale tecnico.

Ai sensi dell'art. 4 delle Condizioni particolari di fornitura, si procede con la valutazione dell'offerta con il prezzo più basso, in caso di non conformità della stessa si procederà con l'Operatore economico che segue in graduatoria, scorrendo la medesima finché non si giungerà all'individuazione della prima offerta valida e congrua. La valutazione consiste nel verificare se l'offerta presentata rispetti i requisiti minimi fissati nel capitolato tecnico e nei relativi allegati.

Si procede con la verifica dell'offerta con il prezzo più basso presentata dalla Ditta Tiesselab S.r.l., che offre l'apparecchiatura denominata Microscopio CNOptech BK 6000 – cod. BK 6000 FL ed accessori.

Si verifica la corrispondenza delle specifiche e della dotazione accessoria dell'apparecchiatura proposta dal concorrente con le caratteristiche tecniche minime richieste.

Ai fini della valutazione, è emersa la necessità di avere i seguenti chiarimenti dalla Tiesselab S.r.l.:

- 1) viene nominato un filtro V, il quale dovrebbe essere nel campo del viola. Si è chiesto di confermare la dotazione del filtro rosso.
- 2) non è indicata la presenza della scala graduata di Vernier sul tavolino mobile, così come mancante la relativa accuratezza. Si è chiesto di confermare la presenza della scala graduata e della relativa accuratezza.

A seguito della richiesta di chiarimenti a cura della Struttura Acquisti, la Tiesselab S.r.l. ha inviato il giorno 11.01.2022 i chiarimenti richiesti, le risposte sono state esaustive.
Esito valutazione offerta Tiesselab S.r.l.: **CONFORME.**

La Loggia (TO), data __02/02/2022_____

Letto, confermato e sottoscritto:

.....
.....