

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
via Pio VII 9 - 10135 TORINO
Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07176380017

Codice gara 471898 CIG. 479316269

Oggetto: RICHIESTA OFFERTE PER AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DI N. 1 ANALIZZATORE DI CARBONIO ORGANICO TOTALE (TOC) DESTINATO ALLA STRUTTURA SEMPLICE LABORATORIO DI VERCELLI

QUESITI:

- 1) strumenti con un detector IR con possibilità di rivelazione inferiore a 30000 ppm, raggiungibili comunque con funzione di diluizione, saranno esclusi?
- 2) Strumenti che possano iniettare oltre 1000 ul per garantire la massima sensibilità saranno esclusi?
- 3) Strumenti con un range di misura da 0,004 ppm a 30.000 ppm con diluizione saranno esclusi?
- 4) Strumenti con possibilità di effettuare curve con un numero finito di punti partendo da unico standard con stesso volume di iniezione saranno esclusi?
- 5) Strumenti con una ripetibilità di 1,5% sull'intero range di misura saranno esclusi?

RISPOSTA:

I principi affermati nella scheda tecnica di Arpa Piemonte, nei tre punti indicati a livello di requisiti metrologici, sono da ritenersi fondamentali. Ogni operazione da effettuarsi sul campione (es. diluizione) può determinare incertezza sulla misura. Si ritiene però opportuno comprendere come la tecnica di misura alla base della strumentazione proposta/proponibile nell'ambito della gara possa essere in grado di sopperire alle eventuali incertezze sopra indicate.

Trattandosi di una tecnica nuova che non ha eguali in ARPA, si reputa importante poter valutare la più ampia gamma di strumentazioni presenti sul mercato delle quali occorrerà quindi considerare la metodologia adottata e la possibilità di rientrare nei requisiti metrologici richiesti attraverso le specifiche caratteristiche.

In conclusione, a tutti i quesiti posti si ritiene di rispondere che gli strumenti con le caratteristiche citate non saranno esclusi dalla gara, fermo restando la necessità di comprendere con chiarezza in quale modo si possa rientrare nei range richiesti adottando criteri quali ad esempio la diluizione.

Torino, 17.1.2013

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
SEMPLICE UFFICIO ACQUISTI BENI E SERVIZI

(Dott.ssa Rossana Maria Caterina Giannone)