

**A.R.P.A. PIEMONTE**  
**AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DEL PIEMONTE**

“Procedura aperta in ambito comunitario per l’aggiudicazione del servizio biennale di manutenzione ordinaria, preventiva e correttiva della rete di rilevamento della qualità dell’aria della Regione Piemonte – CIG 6351651C35”.

**QUESITI PERVENUTI**

1) **DOMANDA:** Quota costi della sicurezza da indicare nella riga 2 della tabella alla pagina 2 dell’Allegato 4B Offerta economica è compresa nel Corrispettivo complessivo di cui alla riga 1 della stessa tabella.

**RISPOSTA:** I costi della sicurezza da indicare nella riga 2 della tabella dell’Allegato 4B “Offerta Economica” non possono essere compresi nel corrispettivo complessivo in quanto due voci che devono essere obbligatoriamente distinte e separate.

Tale importo rappresenta i costi relativi alla sicurezza propri dell’impresa, ovvero la quota di oneri derivanti dall’adozione di tutte le misure necessarie per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro (es. costi per visite mediche di controllo, sostituzione di apparati obsoleti, per gli eventuali DPI, per i costi sulla sicurezza, ecc.).

2) **DOMANDA:** Si possa inserire nell’allegato 5B Tabella economica strumenti una riga corrispondente al valore presuntivamente da voi quantificato in €. 50.000,00 oltre IVA all’art.5.3 Busta Offerta Economica del Disciplinare di gara, in quanto detto valore è incluso nella base d’asta ma non è stato riportato nell’allegato 5B tabella economica strumenti.

**RISPOSTA:** Gli allegati 5A, 5B “Tabella economica strumenti” sono stati rettificati. In entrambi è stato inserito il punto 10. “Interventi di manutenzione straordinaria non soggetti a ribasso €. 50.000,00”

3) **DOMANDA:** Che le righe delle due colonne A) taratura a due punti e B) taratura multi punto dell’allegato 5B tabella economica strumenti devono essere compilate con relativi canoni solo in corrispondenza di strumentazione su cui il Capitolato Speciale d’Appalto richiede l’effettuazione delle tarature ovvero sulla strumentazione riportata nelle tabelle: Tab2, Tab2-a, e Tab3 dell’art.3.6 del Capitolato. Si chiede di poter inserire nelle suddette righe la dicitura non applicabile.


**RISPOSTA:** Nel Capitolato speciale di appalto è espressamente indicato nelle tabelle 2, 2-a e 3 quali sono gli strumenti soggetti a “taratura multipunto” oppure solo alla “messa a punto”.

Dovendo le imprese concorrenti riportare nelle colonne A e B l’importo economico per i servizi di taratura multipunto e/o messa a punto per singolo strumento, ove il servizio di taratura multipunto non è richiesto è possibile inserire la dicitura NON APPLICABILE.

Torino, li 21/09/2015

Il Responsabile

del procedimento di gara

  
\_\_\_\_\_  
(Dott.ssa Rossana Maria Caterina GIANNONE)